

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 22.11.2022 roku

ZP/p/24/2022

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa produktów jednorazowych wyrobów medycznych II”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 2

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 1129 r., poz. 2021 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie 1

Część 13

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści nitkę w rozmiarze 0, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 2

Część 13

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści nitkę bez igły o długości 6x45 cm, reszta parametrów bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 3

Część 16

Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści nitkę bez igły o długości 75 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza nitkę o długości 75cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Część 16

Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści igłę konwencjonalnie tnącą o długości nici 75 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 5

Część 16

Poz. 20 Czy Zamawiający dopuści nitkę niebarwioną, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 6

Część 16

Poz. 26 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37 mm o krzywiznie koła 5/8 koła , nitka w rozmiarze 0 o długości 75 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 7

Część 16

Poz. 26 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 32 mm, nitka o długości 75 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 8

Część 16

Poz. 29 Czy Zamawiający dopuści nitkę długości 3x 45 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Pytanie 9

Część 16

Poz. 29 Czy Zamawiający dopuści nitkę długości 150 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

KIEROWNIK
Departament Zamówień Publicznych
mgr Michał Flis

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: M. Flis