



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Pila, ul. Rydygiera 1

Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 18.04.2023 roku

FZP.III-241/24/23

## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „DOSTAWA NARZĘDZI DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie nr 1.

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie. Zadanie nr 1 L.p. 1 Elewator o długości 190 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie nr 2.

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie. Zadanie nr 4 L.p. 1,2,3,4,5 Łyżka o długości całkowitej 210 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie nr 3.

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie. Zadanie nr 6

L.p. 1 Ssak typu Yasargil lub prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu z powodu małej ilości wytwórców.

L.p. 5 Ssak typu Yasargil, długość części roboczej 150 lub 180 mm lub prosimy o wyłączenie do innego pakietu z powodu małej ilości wytwórców.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie nr 4.

Szanowni Państwo, prosimy także o zmianę parametrów dostawy na następujące:

Termin dostawy	Punktacja
6 tygodni	40 pkt
7 tygodni	30 pkt
8 tygodni	20 pkt
9 tygodni	10 pkt
10 tygodni	5 pkt
11 tygodni	0 pkt

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny wielorazowego użytku, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia

związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 5.**

Pakiet 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na elewator dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 6.**

Pakiet 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odgryzacz o kącie 40 stopni, pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet 2, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odgryzacz o kącie 40 stopni, pozostałe parametry bez zmian.
- Pakiet 2, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odgryzacz o kącie 40 stopni, pozostałe parametry bez zmian.
- Pakiet 2, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odgryzacz o kącie 40 stopni, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 7.**

Pakiet 4, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę kostną o szerokości części roboczej 1,7 mm oraz dł. 21 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet 4, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę kostną dł. 21 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pakiet 4, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę kostną dł. 21 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pakiet 4, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę kostną o szerokości części roboczej 2,7 mm oraz dł. 21 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pakiet 4 poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżkę kostną o szerokości części roboczej 3 mm oraz dł. 21 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 8.**

Pakiet 6, poz.5 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na kaniule ssącą o części pracującej 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet 6, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kaniule ssącą o części pracującej 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pakiet 6, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kaniule ssącą o części pracującej 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- Pakiet 6, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kaniule ssącą o części pracującej 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 9.**

Pytanie dot. pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści narzędzia alternatywne do wymienionych w zadaniu:

Odgryzacz kostny typu KERRISON odgięty w górę 40°, dł. 200 mm




**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### Pytanie nr 10.

Pytanie dot. pakietu nr 3

Czy zamawiający dopuści narzędzia alternatywne do wymienionych w zadaniu:

Odgryzacz kostny typu CASPAR, prosty, szer. 2 mm, dł. 155 mm



**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### Pytanie nr 11.

Pytanie dot. pakietu nr 6

Czy zamawiający dopuści narzędzia alternatywne do wymienionych w zadaniu:

AD1, AD2, AD3, AD4 Kaniuła ssąca typu FERGUSSON, dł. 180 mm

AD5, AD6, AD7, AD8 Kaniuła ssąca typu FRAZIER-FERGUSSON, część pracująca dł. 110 mm, dł. 195 mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### Pytanie nr 12.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Zadanie nr 2

Poz. 1) Czy Zamawiający dopuści odgryzacz Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, cienka stopka, szerokość szczęki 1mm, otwarcie szczęki 10mm, długość części pracującej 200mm, nierozkładany

Poz. 2) Czy Zamawiający dopuści odgryzacz Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, cienka stopka, szerokość szczęki 2mm, otwarcie szczęki 10mm, długość części pracującej 200mm, nierozkładany

Poz. 4) Czy Zamawiający dopuści odgryzacz Kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, cienka stopka, szerokość szczęki 4mm, otwarcie szczęki 10mm, długość części pracującej 200mm, nierozkładany

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### Pytanie nr 13.

Dotyczy: Zadanie nr 4

Poz. 1) Czy Zamawiający dopuści łyżka kostna Lempert prosta o szerokości części roboczej 1,7 mm długość całkowita 215 mm

Poz. 4) Czy Zamawiający dopuści łyżka kostna Lempert prosta o szerokości części roboczej 2,7 mm długość całkowita 215 mm

Poz. 5) Czy Zamawiający dopuści łyżka kostna typ Lempert prosta o szerokości części roboczej 3,0 mm długość całkowita 215 mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### Pytanie nr 14.

Dotyczy: Zadanie nr 6

Poz. 5) Czy Zamawiający dopuści kaniula ssaca Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 1,5 mm, długość części pracującej 150mm, długość całkowita 245mm

Poz. 6) Czy Zamawiający dopuści kaniula ssaca Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 2mm, długość części pracującej 150mm, długość całkowita 245mm

Poz. 7) Czy Zamawiający dopuści kaniula ssaca Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 3mm, długość części pracującej 150mm, długość całkowita 245mm

Poz. 8) Czy Zamawiający dopuści kaniula ssaca Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 4mm, długość części pracującej 150mm, długość całkowita 245mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### Pytanie nr 15.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od daty zawiadomienia” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza ww. zmian**

#### Pytanie nr 16.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy poprzez wprowadzenie następujących zapisów w § 8:

1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie określonym w § 6 ust. 3, a także w przypadku naruszeń postanowień § 6 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umownej brutto niedostarczonej części zadania, o której mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości umownej niedostarczonej części zadania brutto.

2. Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umownej wadliwej części zadania brutto o której mowa w § 4 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości umownej wadliwej części zadania brutto

a) za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych gwarancją w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 15 niniejszej umowy,

b) za każdy dzień zwłoki w naprawie gwarancyjnej sprzętu w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 17 niniejszej umowy.

c) za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 19 niniejszej umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub Zamawiającego druga strona może dochodzić od strony winnej kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umownej zadania brutto.

4. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 podlegają udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie określonym w zdaniu 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto zadania za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umownej zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza ww. zmian**

**Pytanie nr 17.**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur elektronicznych, nie zmienia zapisów w projekcie umowy.**

**Pytanie nr 18.**

Zadanie 1, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elewator z raspatorem typ Olivecrona dwustronny tępo/ ostry szerokość części roboczej od 2 mm do 3 mm, długość 185 mm lub szerokość części roboczej od 3 mm do 4 mm, długość 180 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 19.**

Zadanie 3, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz typu Caspar, prosty, ząbkowany, rozmiar szczęki 2x12mm, długość części pracującej 190mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 20.**

Zadanie 3, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz typu Caspar, prosty, ząbkowany, rozmiar szczęki 3x12mm, długość części pracującej 190mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 21.**

Zadanie 3, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz typu Caspar, prosty, ząbkowany, rozmiar szczęki 4x14mm, długość części pracującej 190mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 22.**

Zadanie 4, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną typ Lempert, szerokość części roboczej 1,7mm, długość 215mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 23.**

Zadanie 4, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną typ Lempert, szerokość części roboczej 2,7mm, długość 215mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 24.**

Zadanie 4, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną typ Lempert, szerokość części roboczej 3mm, długość 215mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 25.**

Zadanie 6, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę ssącą typ Fraizier z mandrynem, zakrzywiona pod kątem, średnica 1,5mm, długość części pracującej 130mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 26.**

Zadanie 6, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę ssącą typ Fraizier z mandrynem, zakrzywiona pod kątem, średnica 2mm, długość części pracującej 130mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 27.**

Zadanie 6, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę ssącą typ Fraizier z mandrynem, zakrzywiona pod kątem, średnica 3mm, długość części pracującej 130mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 28.**

Zadanie 6, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę ssącą typ Fraizier z mandrynem, zakrzywiona pod kątem, średnica 4mm, długość części pracującej 130mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 29.**

Zadanie 6, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę ssącą typ Fraizier z mandrynem, zakrzywiona pod kątem, średnica 1,5mm, długość części pracującej 160mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 30.**

Zadanie 6, pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę ssącą typ Fraizier z mandrynem, zakrzywiona pod kątem, średnica 2mm, długość części pracującej 160mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 31.**

Zadanie 6, pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę ssącą typ Fraizier z mandrynem, zakrzywiona pod kątem, średnica 3mm, długość części pracującej 160mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 32.**

Zadanie 6, pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę ssącą typ Fraizier z mandrynem, zakrzywiona pod kątem, średnica 4mm, długość części pracującej 160mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**