

Lubań, dnia 19 maja 2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 2**

**do zapytania ofertowego nr ZP/ZAP\_OFER\_02/2023 na „Zakup wraz z dostawą lampy operacyjnej z satelitą dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”**

Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą lampy operacyjnej z satelitą dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści lampę operacyjną o regulacji natężenia światła w zakresie od 5% do 100% bezstopniowo?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści źródło światła - 43 diod led dla lampy głównej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści źródło światła - 29 diod led dla lampy satelitarnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści lampę operacyjną o temperaturze barwowej czaszy od 3700 K do 4700 K bezstopniowo?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści stopień ochrony obudowy IP 40?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 6**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści pobór mocy lampy 69W dla lampy satelitarnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści pobór mocy lampy 90W dla lampy głównej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**