



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dn. 13.06.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 21/2023

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dostawę sprzętu medycznego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

Pytanie nr 1 - Ad tabela pkt.4 i pkt.5

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni-dezynfektora z komorą o konstrukcji i budowie opisanej w pkt 4 i pkt 5 którego obudowa, wszystkie elementy konstrukcyjne, komora mycia głęboko tłoczona, zbiornik na wodę, oraz wytwornica pary wykonane są ze stali austenitycznej wysoko stopowej chromowo-niklowej klasy 1.4301 zaliczonej według Europejskiej i Polskiej Normy PN-EN 10088-1 do stali kwasoodpornych. Na elementy wykonane z tej stali producent udziela gwarancji na cały okres eksploatacji myjni-dezynfektora.

Uzasadnienie:

Zapis w SWZ jest niezgodny z przepisami Ustawy PZP, gdyż Zamawiający zobowiązany jest do opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o Polskie Normy, Normy przenoszące Europejskie Normy zharmonizowane, a nie w oparciu o Normy stosowane w USA opisane w pkt. 4 i 5 tabeli –Wymagania Zamawiającego. Stale kwasoodporne jako AISI 316 związane są z klasyfikacją Norm w USA (ASTM) opracowaną przez American Iron and Steel Institute (AISI), która jest odmienna od Europejskiej.

Odp: Zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, iż stal kwasoodporna AISI 316 jest zgodna z normą PN-EN 10088-1 a jej oznaczenie to 1.4401

Pytanie nr 2 - Ad tabela pkt.6

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni -dezynfektora którego komora nie jest w całości izolowana termicznie i akustycznie materiałem o grubości minimum 1 cm

Uzasadnienie:

Nie grubość a jakość materiałów izolacyjnych decyduje o ich skuteczności . Precyzyjne określanie grubości materiału izolacyjnego komory myjącej jest niezasadne, gdyż parametr natężenia hałasu pochodzącego z urządzenia jest dodatkowo oceniany zgodnie z pkt. 35 tabeli.

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 - Ad tabela pkt.11

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni-dezynfektora z uniwersalnym koszem załadowniczym nie wymagającym dodatkowej półki na miski nerkowate mocowanej na dyszach.

Uzasadnienie:

Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne wyłącznie dla jednego producenta , co przeczy zasadom zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (Rozdział 2 Art. 16 Ustawy PZP)

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Odp: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4 - Ad tabela pkt.15

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni-dezynfektora z systemem 14 dysz ciśnieniowych w tym 7 obrotowych i rozpraszających oraz 7 stałych.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Uzasadnienie:

Wymóg 15 dysz ciśnieniowych jest wymogiem ponadstandardowym, gdyż według opinii producentów do osiągnięcia zadawalającego efektu mycia wystarcza system 10 dysz strumieniowych. Oferowany system 14 dysz ciśnieniowych zapewnia dużą efektywność czyszczenia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej

Odp: Zgodnie z SWZ..

Pytanie nr 5 - Ad tabela pkt.17

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z drzwiami komory otwieranymi manualnie, z ergonomiczny łatwym do mycia i dezynfekcji uchwytem do otwierania drzwi, niewystającym poza linię obudowy urządzenia.

Uzasadnienie:

Sposób manualnego otwierania i zamykania komory myjni nie ma większego znaczenia ponieważ ze względów epidemicznych personel obsługi musi w każdym przypadku wykonywać tę czynność w rękawicach ochronnych .

Odp: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 - Ad tabela pkt.18

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z komorą mycia i dezynfekcji termicznej wyposażoną w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego montowaną na korpusie myjni.

Uzasadnienie:

Uszczelka komory z trwałego tworzywa sztucznego wytrzymałe kilka tysięcy cykli co odpowiada wielu latom eksploatacji w zależności od intensywności wykorzystywania urządzenia . Zaletą takiej uszczelki jest całkowita paroszczelność podczas każdego cyklu pracy .

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 - Ad tabela pkt.20

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z niezwykle trwałą , energooszczędną pompą wody o wydajności 90 litrów/min. i maksymalnej mocy 0.55 kW gwarantującą wymaganą skuteczność mycia naczyń sanitarnych .

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę, iż jest to parametr oceniany wprowadzenie dodatkowego kryterium minimalnej wydajności pompy wody na poziomie 350litrów /minutę i mocy nie mniejszej niż 0,75kW nie tylko subiektywnie wysoko ocenia tradycyjne urządzenia najbardziej energochłonne ale całkowicie eliminuje możliwość oferowania myjni dezynfektorów z nowoczesnymi innowacyjnymi rozwiązaniami pompy

wodnej. Dobór pompy wodnej która ma zagwarantować optymalną jakość mycia jest rozwiązaniem indywidualnym, opatentowanym przez poszczególnych producentów, którzy kładą nacisk na koszty eksploatacyjne na które składa się koszt zużytej energii elektrycznej oraz wody i ścieków. Biorąc pod uwagę wzrastające ceny opłat za wodę i ścieki jak również za energię elektryczną zastosowanie skutecznej pompy wody o wydajności 90l/min oraz o mocy zaledwie 550W jest rozwiązaniem innowacyjnym pozwalającym na umycie naczyń sanitarnych przy niskim zużyciu wody na cykl .

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 - Ad tabela pkt.22

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający przewiduje dozowanie jednego płynu przez dwie pompy czy dwóch płynów myjącego oraz płuczaco okamieniającego, ponieważ przy stosowaniu dwóch płynów dozowanie z każdej z pomp odbywa się w innej fazie cyklu pracy

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Niezależnie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora, taniego w eksploatacji, gwarantującego efektywny proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka chemicznego-preparatu odkamieniającego od dowolnie wybranego producenta, dozowanego automatycznie z jednej pompy

Uzasadnienie:

Brak konieczności użytkowania drugiej pompy dozującej detergent przynosi korzyści zarówno przy zakupie (niższa cena) jak i przede wszystkim w czasie eksploatacji (cena detergentu w zależności od rodzaju i wymagań serwisowych producenta myjni to nawet kilkaset złotych za 5 litrowy pojemnik). Zaznaczyć należy, iż stosowanie detergentu nie ma wpływu na stopień dezynfekcji gdyż w myjniach do basenów i kaczek wymagana jest dezynfekcja termiczna oparta o współczynnik Ao która zgodnie z PN-EN ISO 15883-1 może być zaprogramowana od Ao60 aż do Ao 3000.

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 - Ad. pkt .25

Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z obligatoryjnym wymogiem osiągnięcia temperatury dezynfekcji termicznej powyżej 93°C Zamawiający wymaga zabezpieczenia przed wydostawaniem się oparów, tak aby myjnia dezynfektor wyposażona była w automatyczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, aby po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi były suche bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń zgodnie z definicją suszenia określoną wymaganą normą PN EN 15883-1/3 a pozostałości pary i skropliny odprowadzane były do kanalizacji?

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 - Ad. pkt. 27

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga skuteczności usuwania spor *Clostridium difficile* potwierdzonej certyfikatem zewnętrznej instytucji, wyłącznie przy użyciu środka zmiękczonego, bez zastosowania środka sporobójczego?

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 - Ad. pkt.31

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora ze zbiornikiem wody wbudowanym w urządzenie, wyposażonym w czujniki poziomu i temperatury podłączone do elektronicznego układu sterowania o pojemności 10 l.

Uzasadnienie:

Oferowana myjnia ze zbiornikiem wody o pojemności 10l zapewnia wystarczającą ilość płynu dla zapewnienia dużej efektywności czyszczenia naczyń sanitarnych w cyklu pracy przyczyniając się do ograniczenia zużycia wody i ścieków, a tym samym zmniejszenia kosztów eksploatacji urządzenia.

Odp: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

KOMENDANT


płk mgr Krzysztof Jurkowski

BD 91/8105982

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl