

znak: ZP/PRZET/21/19/2019

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
przetargowym na dostawę materiałów jednorazowego użytku
dla ZZOZ w Wadowicach**

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/21/2019 na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę wg poszczególnych kryteriów w zakresie Pakietu nr 3 złożyła firma:

Teleflex Polska Sp.zo.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, wartość oferty brutto: 8 389,44 zł, która wg kryterium: „cena 60%” uzyskała: 60 pkt, „jakość przedmiotu zamówienia 40%” uzyskała 40 pkt. Łączna liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.

Ponadto w postępowaniu zostały złożone następujące oferty firm:

1. SKAMEX Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź, wartość oferty brutto: 10 119,60 zł, która wg kryterium: „cena 60%” uzyskała: 49,74 pkt, „jakość przedmiotu zamówienia 40%” uzyskała 40 pkt. Łączna liczba uzyskanych punktów: 89,74 pkt.
2. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa, która podlega odrzuceniu na podstawie art 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie: W pakiecie nr 3 pozycja 4 Zamawiający wymagał „Rurka tracheostomijna z termowrażliwego PCV, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z przezroczystą ramką, z obrotowym z integrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankieta na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka na rzep na szyję oraz mandryn, sterylna w rozmiarach od 3,5 do 10,0 co 0,5”. Zamawiający w modyfikacji z dnia 10.09.2019r. odpowiadając na pytania nr 12 i 19 wyraził zgodę i dopuścił zaferowanie rurki tracheostomijnej o innych parametrach jednakże zostawił zapis „pozostałe zapisy pozostawia bez zmian” co oznacza, że rurka tracheostomijna ma być obrotowa. Zamawiający wymagał łącznika obrotowego i zintegrowanego (czyli właśnie trwale połączonego) 15mm. Pozostawiając w udzielonych odpowiedziach zapis „pozostałe zapisy pozostawia bez zmian” świadczy o tym, że zaferowane rurki tracheostomijne powinny posiadać łącznik zintegrowany obrotowy.

Zaferowane przez firmę Bialmed Sp. z o.o. rurki tracheostomijne marki Sumi nie spełniają zapisu o obrotowym łączniku 15mm. 3. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Dziękujemy za złożenie ofert.

W związku z trwaniem prac komisji przetargowej postępowanie w zakresie Pakietów nr 2 i 18 zostanie rozstrzygnięte w późniejszym terminie.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 informuję, że umowa w zakresie Pakietu nr 3 może zostać zawarta po dniu 18.11.2019r. Przewidywany termin podpisania umowy określa się na dzień **19.11.2019r.** w siedzibie Zamawiającego.

Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma.

*Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach*

Beata Szafraniec

Otrzymują
1 x Strona <https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>
1xWykonawca (e-mail):
a/a.