

PAKIET NR 20 – IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE DO KORPOREKTOMII ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA

Lp.	Asortyment	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VA T (%)	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Numer katalogowy
1.	<p>Wsuwane jednorodne węglowe koszyki szyjne do korporektomii</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anatomiczny kształt koszyków odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego – Rozmiary koszyków: długość/szerokość 12/13,5 mm, wysokość od ok. 16 mm do ok. 52 mm – Koszyki muszą być otwarte od góry, dołu i po bokach w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego 	20	2.050,00	41.000,00	0%	41.000,00	Coligne AG	Trabis	015.030.xxx
Razem:		X	X	41 000,00	X	41 000,00	X	X	X

Wymagania Zamawiającego:

- Możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia koszyka na podstawie wtopionych (niewystających ponad powierzchnie zewnętrzne) znaczników metalowych (niebędących ferromagnetykami)
- Wszystkie koszyki muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii
- Zestaw instrumentarium musi zawierać narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości koszyków o następujących parametrach:
 - proste (bez krzywizny bądź łamania),
 - łączone od przodu z klatką (nie z boku)
- W zestawie musi znajdować się komplet przymiarów odpowiadających 1:1 wszystkim rozmiarom implantów
- Zestaw implantów i instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasce umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie
- Implanty wraz z instrumentarium muszą posiadać aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych
- Depozyt implantów oraz narzędzi i przymiarów kompatybilnych do implantów