

Kraków, 23.11.2023 r.

**DZ.271.89.1148.2023**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 34 84

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.89.2023 – Dostawa wyrobów medycznych m.in. narzędzia chirurgiczne, obłożenia, elektrody, rurki**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

**PYTANIE:**

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zwracam się z prośbą o zweryfikowanie odpowiedzi na pytanie 43. Z naszej wiedzy wynika, że żaden podkład polskich, wiodących producentów, ani żaden podkład na rynku nie posiada perforacji w granicach do 45 cm, spełniając jednocześnie pozostałe warunki Zamawiającego. W ramach poprzedniego przetargu zamawiający dopuścił perforację co 50 cm, co pozwoliło na złożenie aż trzech ważnych ofert. Zwracamy się z prośbą o weryfikację i ustosunkowanie się do naszego pytania, czy Zamawiający dopuści perforację w zakresie do 50 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje odpowiedź na pytanie 43.