

Warszawa, 18.07.2022 r.

BF-2.262.25.2022

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na **zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 oraz w terminie o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy, udziela wyjaśnień treści SWZ i dokonuje zmiany treści SWZ:

Wniosek nr 1:

Do części 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie oferty na urządzenie z dozownikiem typu PTV z maksymalną temperaturą pracy 450°C?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przedstawienie oferty na urządzenie z dozownikiem typu PTV z maksymalną temperaturą pracy dozownika co najmniej 400°C.

Wniosek nr 2:

Pytania dotyczące części I – Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS. Czy Zamawiający dopuści chromatograf z dozownikiem wielofunkcyjnym typu PTV umożliwiającym programowanie temperatury w min. 3 krokach?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chromatografu z dozownikiem wielofunkcyjnym typu PTV umożliwiającym programowanie temperatury w min. 3 krokach. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

Wniosek nr 3:

Pytania dotyczące części I – Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS. Zamawiający określił detekcję detektora FID min. 10 g C/s. Czy podany limit detekcji nie jest omyłką pisarską? Jeśli tak, proszę o podanie prawidłowej wartości tego parametru.



W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że poprawia i dokonuje zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie części I zmieniając część treści opisu z „(...)Detektor FID - detekcja min. 10 g C/s.” na „(...) Detektor FID - detekcja nie gorsza niż 10 pg C/s”.

Wniosek nr 4:

Pytania dotyczące części I – Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS. Czy Zamawiający dopuści autosampler kompatybilny ze strzykawkami 5µl, 10µl, 50µl, 100µl?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza autosampler kompatybilny ze strzykawkami 5µl, 10µl, 50µl, 100µl.

Wniosek nr 5:

Pytania dotyczące części II – Chromatograf gazowy z detektorem FID. Czy Zamawiający dopuści chromatograf z dozownikiem wielofunkcyjnym typu PTV umożliwiającym programowanie do 3 zmian temperatury dozownika?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chromatograf z dozownikiem wielofunkcyjnym typu PTV umożliwiającym programowanie do 3 zmian temperatury dozownika. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

Wniosek nr 6:

Pytania dotyczące części II – Chromatograf gazowy z detektorem FID. Czy Zamawiający dopuści autosampler kompatybilny ze strzykawkami 5µl, 10µl, 50µl, 100µl?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza autosampler kompatybilny ze strzykawkami 5µl, 10µl, 50µl, 100µl.

Wniosek nr 7:

Pytania dotyczące części III – Chromatograf gazowy GC-MS. W przypadku jonizacji elektronowej (EI) w zestawie GC-MS standardową energią jest energia 70 eV, przy której zbierane są widma dla większości dostępnych bibliotek widm. Znane są aplikacje wymagające zastosowania mniejszych energii niż 70 eV natomiast nie stosuje się energii wyższych. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji źródła jonizacji w zakresie co najmniej od 5-150 eV?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości regulacji źródła jonizacji w zakresie co najmniej od 5-150 eV. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.



Wniosek nr 8:

Dotyczy: Część I - Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS.

Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy z autosamplerem na 150 fiolek kompatybilny ze strzykawkami 0.5 µL, 5 µL, 10 µL, 50 µL, 250 µL, z możliwością rozbudowy o czytnik kodów kreskowych oraz możliwością rozbudowy o rozcieńczanie, mieszanie próbek oraz sporządzanie wzorców?

Swoją prośbę motywujemy faktem, że Zamawiający wymaga dostarczenia gotowych mieszanin kalibracyjnych, które nie wymagają obecnie rozcieńczania, mieszania i przygotowywania wzorców. W przypadku analizy HT SIMDIS do której Zamawiający zamierza przeznaczyć chromatograf nie jest wymagane rozcieńczanie, mieszanie próbek oraz sporządzanie wzorców. Zaznaczamy, że autosampler będzie miał możliwość rozbudowy o wszystkie wymagane przez Zamawiającego opcje. Należy przy tym dodatkowo podkreślić, że opisane przez Zamawiającego parametry autosamplera charakteryzują konkretny autosampler jednego z producentów chromatografów i nie dopuszczają urządzeń konkurencyjnych. Trudno jednak zakładać, że Zamawiający jako instytucja stojąca na straży konkurencyjności wpisała ten wymóg w celu całkowitego ograniczenia konkurencji. Wydaje się więc, że zapis ten znalazł się jedynie przez niedopatrzenie i ufamy, że Zamawiający wyrazi zgodę na autosampler według naszej prośby, aby otworzyć postępowanie także dla innych podmiotów z długoletnią tradycją na rynku.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chromatografu gazowego z autosamplerem na 150 fiolek kompatybilnego ze strzykawkami 0.5 µL, 5 µL, 10 µL, 50 µL, 250 µL, z możliwością rozbudowy o czytnik kodów kreskowych oraz możliwością rozbudowy o rozcieńczanie, mieszanie próbek oraz sporządzanie wzorców. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

Wniosek nr 9:

Dotyczy: Część I - Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS

Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy z detektorem FID, którego częstotliwość próbkowania wynosi min. 450 Hz?

Częstotliwość próbkowania 450 Hz jest wystarczająca do analizy HT SIMDIS wymaganej przez Zamawiającego. Użytkownicy pracujący z detektorem FID pracują standardowo przy częstotliwości w okolicy 100 Hz, proponowane rozwiązanie aż 4,5-krotnie przewyższa tę standardową wartość, co daje bardzo duży zapas Zamawiającemu w przypadku, gdyby nawet w przyszłości zaistniałaby potrzeba pracy przy wyższych częstotliwościach. Nie ma zatem żadnych merytorycznych powodów, aby Zamawiający wymagał dostarczenia detektora o częstotliwości próbkowania na poziomie 500 Hz. Częstotliwość o którą pytamy różni się od wymagań Zamawiającego jedynie 10%, co będzie całkowicie niezauważalne dla osób pracujących w laboratorium Zamawiającego. Dlatego też będziemy wdzięczni za dopuszczenie chromatografu z częstotliwością próbkowania wynoszącą min. 450 Hz.



W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chromatografu gazowego z detektorem FID, którego częstotliwość próbkowania wynosi min. 450 Hz. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

Wniosek nr 10:

Dotyczy: Część I - Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS

Zwracamy się z prośbą o modyfikację kryteriów oceny ofert w zakresie kryterium jakości (J) dla części I i punktowanie rozwiązań, które są istotne dla użytkownika i przeprowadzanych analiz. W obecnej sytuacji Zamawiający punktuje parametry, które nie są istotne z punktu widzenia pracy aparatu. Jednakże, aby nie komplikować Zamawiającemu postępowania prosimy tylko o symboliczne zmiany, odnoszące się do powyżej już opisanych próśb w zakresie parametrów minimalnych.

Prosimy więc o modyfikację przez Zamawiającego punktowania kryterium jakościowego (J) według schematu

Jest obecnie:

„za zaoferowanie przyrządu o częstotliwości próbkowania detektora FID lepszej niż 500 Hz – 6 punktów”

Prosimy o zmianę na:

„za zaoferowanie przyrządu o częstotliwości próbkowania detektora FID lepszej niż 450 Hz” – 6 punktów

Jest obecnie:

„za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika w przedziale pomiędzy 9001:1 – 10000:1– 3 punkty”

Prosimy o zmianę na:

„za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika w przedziale pomiędzy 9001:1 – 9999:1– 3 punkty”

Jest obecnie:

„za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika nie mniejszym niż 10001:1 - 6 punktów”

Prosimy o zmianę na:

„za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika nie mniejszym niż 9999,9:1 - 6 punktów”

Prośbę swoją motywujemy tym, że różnica pomiędzy wartością 9999,9 a 10000 jest w zasadzie pomijalna, jednak aby uniknąć dyskusji o spełnianiu wymogu otrzymania dodatkowych punktów, chcielibyśmy uzyskać od Zamawiającego oficjalną informację, że za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika w przedziale pomiędzy 9001:1 – 9999,9:1, Zamawiający przydzieli takiemu rozwiązaniu 6 punktów. Pragniemy zauważyć, że różni producenci podchodzą do



prezentowanych wartości w różny sposób. W naszym przypadku producent uznał, że chce pokazać wartość składającą się z pięciu dziewiątek, a nie okrągłej wartości 10000. Ponadto w praktyce analitycznej stosuje się najczęściej podział próbki w stosunku 10:1; 50:1; 100:1; 500:1, więc o wiele niższym niż podział wymagany przez Zamawiającego. Tym bardziej, że Użytkownik będzie wykorzystywał chromatograf do konkretnej analizy SIMDIS, w przypadku której nie stosuje się podziałów próbki.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w lit. c) kryterium jakości dla części I postępowania w sposób:

było:

c) za zaoferowanie przyrzędu o współczynniku podziału dozownika nie mniejszym niż 10001:1 – 6 punktów

jest:

c) za zaoferowanie przyrzędu o współczynniku podziału dozownika powyżej 10000:1 – 6 punktów.

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ - Formularz ofertowy dla części I stanowi załącznik do pisma.

Wniosek nr 11:

Dotyczy: Część II - Chromatograf gazowy z detektorem FID

Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy z autosamplerem na 150 fiolek kompatybilny ze strzykawkami 0.5 µL, 5 µL, 10 µL, 50 µL, 250 µL, z możliwością rozbudowy o czytnik kodów kreskowych oraz możliwością rozbudowy o rozcieńczanie i mieszanie próbek?

Swoją prośbę motywujemy faktem, że Zamawiający wymaga dostarczenia gotowych mieszanin kalibracyjnych, które nie wymagają obecnie rozcieńczania i mieszania próbek. W przypadku analiz wg norm ASTM D3524-14 (2020) i ASTM D3525-20 do której Zamawiający zamierza przeznaczyć chromatograf nie jest wymagane rozcieńczanie i mieszanie próbek. Zaznaczamy, że autosampler będzie miał możliwość rozbudowy o wszystkie wymagane przez Zamawiającego opcje. Należy przy tym dodatkowo podkreślić, że opisane przez Zamawiającego parametry autosamplera charakteryzują konkretny autosampler jednego z producentów chromatografów i nie dopuszczają urządzeń konkurencyjnych. Trudno jednak zakładać, że Zamawiający jako instytucja stojąca na straży konkurencyjności wpisała ten wymóg w celu całkowitego ograniczenia konkurencji. Wydaje się więc, że zapis ten znalazł się jedynie przez niedopatrzenie i ufamy, że Zamawiający wyrazi zgodę na autosampler według naszej prośby, aby otworzyć postępowanie także dla innych podmiotów z długoletnią tradycją na rynku.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chromatografu gazowego z autosamplerem na 150 fiolek kompatybilnego ze strzykawkami 0.5 µL, 5 µL, 10 µL, 50 µL, 250 µL, z możliwością rozbudowy o czytnik kodów kreskowych oraz możliwością rozbudowy o rozcieńczanie i mieszanie próbek. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.



Wniosek nr 12:

Dotyczy: Część II - Chromatograf gazowy z detektorem FID

Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy z detektorem FID, którego częstotliwość próbkowania wynosi min. 450 Hz?

Częstotliwość próbkowania 450 Hz jest wystarczająca do analizy HT SIMDIS wymaganej przez Zamawiającego. Użytkownicy pracujący z detektorem FID pracują standardowo przy częstotliwości w okolicy 100 Hz, proponowane rozwiązanie aż 4,5-krotnie przewyższa tę standardową wartość, co daje bardzo duży zapas Zamawiającemu w przypadku, gdyby nawet w przyszłości zaistniała potrzeba pracy przy wyższych częstotliwościach. Nie ma zatem żadnych merytorycznych powodów, aby Zamawiający wymagał dostarczenia detektora o częstotliwości próbkowania na poziomie 500 Hz. Częstotliwość o którą pytamy różni się od wymagań Zamawiającego jedynie 10%, co będzie całkowicie niezauważalne dla osób pracujących w laboratorium Zamawiającego. Dlatego też będziemy wdzięczni za dopuszczenie chromatografu z częstotliwością próbkowania wynoszącą min. 450 Hz.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chromatografu gazowego z detektorem FID, którego częstotliwość próbkowania wynosi min. 450 Hz. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

Wniosek nr 13:

Dotyczy: Część II - Chromatograf gazowy z detektorem FID

Zwracamy się z prośbą o modyfikację kryteriów oceny ofert w zakresie kryterium jakości (J) dla części II i punktowanie rozwiązań, które są istotne dla użytkownika i przeprowadzanych analiz. W obecnej sytuacji Zamawiający punktuje parametry, które nie są istotne z punktu widzenia pracy aparatu i wymaganych norm. Jednakże, aby nie komplikować Zamawiającemu postępowania prosimy tylko o symboliczne zmiany, odnoszące się do powyżej już opisanych prośb w zakresie parametrów minimalnych.

Prosimy więc o modyfikację przez Zamawiającego punktowania kryterium jakościowego (J) według schematu

Jest obecnie:

„za zaferowanie przyrzędu o częstotliwości próbkowania detektora FID lepszej niż 500 Hz – 6 punktów”

Prosimy o zamianę na:

„za zaferowanie przyrzędu o częstotliwości próbkowania detektora FID lepszej niż 450 Hz” – 6 punktów



Jest obecnie:

„za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika w przedziale pomiędzy 9001:1 – 10000:1– 3 punkty”

Prosimy o zmianę na:

„za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika w przedziale pomiędzy 9001:1 – 9999:1– 3 punkty”

Jest obecnie:

„za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika nie mniejszym niż 10001:1 - 6 punktów”

Prosimy o zmianę na:

„za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika nie mniejszym niż 9999,9:1 - 6 punktów”

Prośbę swoją motywujemy tym, że różnica pomiędzy wartością 9999,9 a 10000 jest w zasadzie pomijalna, jednak aby uniknąć dyskusji o spełnianiu wymogu otrzymania dodatkowych punktów, chcielibyśmy uzyskać od Zamawiającego oficjalną informację, że za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika w przedziale pomiędzy 9001:1 – 9999,9:1, Zamawiający przydzieli takiemu rozwiązaniu 6 punktów. Pragniemy zauważyć, że różni producenci podchodzą do prezentowanych wartości w różny sposób. W naszym przypadku producent uznał, że chce pokazać wartość składającą się z pięciu dziewiątek, a nie okrągłej wartości 10000. Ponadto w praktyce analitycznej stosuje się najczęściej podział próbki w stosunku 10:1; 50:1; 100:1; 500:1, więc o wiele niższym niż podział wymagany przez Zamawiającego. Tym bardziej, że Użytkownik będzie wykorzystywał chromatograf do konkretnych analiz, w przypadku których nie stosuje się tak wysokich podziałów próbki.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w lit. c) kryterium jakości dla części II postępowania w sposób:

było:

- c) *za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika nie mniejszym niż 10001:1 – 6 punktów*

jest:

- c) *za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika powyżej 10000:1 – 6 punktów*

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ - Formularz ofertowy dla części II stanowi załącznik do pisma.

Wniosek nr 14:

Dotyczy: Część III. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw

Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy z autosamplerem na 150 fiolek, kompatybilny ze strzykawkami 0.5 µL, 5 µL, 10 µL, 50 µL, 250 µL, z możliwością rozbudowy o czytnik kodów



kreskowych oraz rozbudowę tacy o moduł chłodzenia i grzania oraz możliwością rozbudowy o rozcieńczanie i mieszanie próbek?

Swoją prośbę motywujemy faktem, że Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia do konkretnej analizy, a odbiór przyrzędu nastąpi po sprawdzeniu poprawności identyfikacji jakościowej i ilościowej próbki odniesienia przygotowanej w laboratorium. W związku z tym nie ma konieczności aby autosampler sam przygotowywał próbkę skoro użytkownik podaje w opisie, że próbka będzie przygotowana. Zaznaczamy, że autosampler będzie miał możliwość rozbudowy o wszystkie wymagane przez Zamawiającego opcje. Należy przy tym dodatkowo podkreślić, że opisane przez Zamawiającego parametry autosamplera charakteryzują konkretny autosampler jednego z producentów chromatografów i nie dopuszczają urządzeń konkurencyjnych. Trudno jednak zakładać, że Zamawiający jako instytucja stojąca na straży konkurencyjności wpisała ten wymóg w celu całkowitego ograniczenia konkurencji. Wydaje się więc, że zapis ten znalazł się jedynie przez niedopatrzenie i ufamy, że Zamawiający wyrazi zgodę na autosampler według naszej prośby, aby otworzyć postępowanie także dla innych podmiotów z długoletnią tradycją na rynku.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chromatografu gazowego z autosamplernem na 150 fiolek, kompatybilnego ze strzykawkami 0.5 µL, 5 µL, 10 µL, 50 µL, 250 µL, z możliwością rozbudowy o czytnik kodów kreskowych oraz rozbudowę tacy o moduł chłodzenia i grzania oraz możliwością rozbudowy o rozcieńczanie i mieszanie próbek. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

Wniosek nr 15:

Dotyczy: Część III. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw

Czy Zamawiający zaakceptuje chromatograf gazowy z detektorem FID, którego częstotliwość próbkowania wynosi min. 450 Hz?

Częstotliwość próbkowania 450 Hz jest wystarczająca do analizy HT SIMDIS wymaganej przez Zamawiającego. Użytkownicy pracujący z detektorem FID pracują standardowo przy częstotliwości w okolicy 100 Hz, proponowane rozwiązanie aż 4,5-krotnie przewyższa tą standardową wartość, co daje bardzo duży zapas Zamawiającemu w przypadku, gdyby nawet w przyszłości zaistniała potrzeba pracy przy wyższych częstotliwościach. Nie ma zatem żadnych merytorycznych powodów, aby Zamawiający wymagał dostarczenia detektora o częstotliwości próbkowania na poziomie 500 Hz. Częstotliwość o którą pytamy różni się od wymagań Zamawiającego jedynie 10%, co będzie całkowicie niezauważalne dla osób pracujących w laboratorium Zamawiającego. Dlatego też będziemy wdzięczni za dopuszczenie chromatografu z częstotliwością próbkowania wynoszącą min. 450 Hz.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chromatografu gazowego z detektorem FID, którego częstotliwość próbkowania wynosi min. 450 Hz. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.



Wniosek nr 16:

Dotyczy: Część III. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw

Zwracamy się z prośbą o modyfikację kryteriów oceny ofert w zakresie kryterium jakości (J) dla części III i punktowanie rozwiązań, które są istotne dla użytkownika i przeprowadzanych analiz. W obecnej sytuacji Zamawiający punktuje parametry, które nie są istotne z punktu widzenia pracy aparatu i wymaganej analizy. Jednakże, aby nie komplikować Zamawiającemu postępowania prosimy tylko o symboliczne zmiany, odnoszące się do powyżej już opisanych prośb w zakresie parametrów minimalnych.

Prosimy więc o modyfikację przez Zamawiającego punktowania kryterium jakościowego (J) według schematu

Jest obecnie:

„za zaoferowanie przyrządu o częstotliwości próbkowania detektora FID lepszej niż 500 Hz – 8 punktów”

Prosimy o zamianę na:

„za zaoferowanie przyrządu o częstotliwości próbkowania detektora FID lepszej niż 450 Hz” – 8 punktów

Jest obecnie:

„za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika w przedziale pomiędzy 9001:1 – 10000:1– 4 punkty”

Prosimy o zamianę na:

„za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika w przedziale pomiędzy 9001:1 – 9999:1– 4 punkty”

Jest obecnie:

„za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika nie mniejszym niż 10001:1 - 8 punktów”

Prosimy o zamianę na:

„za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika nie mniejszym niż 9999,9:1 - 8 punktów”

Prośbę swoją motywujemy tym, że różnica pomiędzy wartością 9999,9 a 10000 jest w zasadzie pomijalna, jednak aby uniknąć dyskusji o spełnianiu wymogu otrzymania dodatkowych punktów, chcielibyśmy uzyskać od Zamawiającego oficjalną informację, że za zaoferowanie przyrządu o współczynniku podziału dozownika w przedziale pomiędzy 9001:1 – 9999,9:1, Zamawiający przydzieli takiemu rozwiązaniu 6 punktów. Pragniemy zauważyć, że różni producenci podchodzą do prezentowanych wartości w różny sposób. W naszym przypadku producent uznał, że chce pokazać wartość składającą się z pięciu dziewiątek, a nie okrągłej wartości 10000. Ponadto w praktyce analitycznej stosuje się najczęściej podział próbki w stosunku 10:1; 50:1; 100:1; 500:1, więc o wiele



niższym niż podział wymagany przez Zamawiającego. Tym bardziej, że Użytkownik będzie wykorzystywał chromatograf do konkretnej analizy w przypadku której nie jest wymagany tak wysoki stosunek podziału próbki.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w lit. c) kryterium jakości dla części III postępowania w sposób:

było:

- a) *za zaoferowanie przyrzędu o współczynniku podziału dozownika nie mniejszym niż 10001:1 – 8 punktów*

jest:

- c) *za zaoferowanie przyrzędu o współczynniku podziału dozownika powyżej 10000:1 – 8 punktów*

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ - Formularz ofertowy dla części III stanowi załącznik do pisma.

Wniosek nr 17:

Dotyczy: Część III. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw

Zwracamy się z prośbą o modyfikację kryteriów oceny ofert w zakresie kryterium funkcjonalności (F) dla części III i punktowanie równoważnych i jednocześnie lepszych oraz ekologicznych rozwiązań w tym zakresie.

Prosimy więc o modyfikację przez Zamawiającego punktowania w ramach tego kryterium urządzenia o dodatkowych możliwościach według schematu:

Jest obecnie:

- a) za zastosowanie kwadrupola pokrytego złotem pozwalającego na usunięcie zanieczyszczeń w analizatorze mas – 9 punktów

Prosimy o zmianę na:

- a) za zastosowanie kwadrupola pokrytego złotem lub zbudowanego z inertnego stopu metalu w celu usunięcia zanieczyszczeń w analizatorze mas – 9 punktów

Dla Zamawiającego nie powinno mieć znaczenia z jakiego metalu/stopu metalu zbudowany jest kwadrupol, jeśli tylko dane rozwiązanie spełnia swoje zadanie, tj. usuwa zanieczyszczenia w analizatorze mas. Zwracamy uwagę, że samo pokrycie kwadrupola złotem nie zabezpiecza analizatora mas, więc punktowanie akurat złotego kwadrupola nie ma żadnego logicznego uzasadnienia oprócz jednego tj. usunięcia innych rozwiązań konkurencyjnych. Zwracamy uwagę, że kwadrupol pokryty złotem posiada tylko jedna firma na rynku. Warto również podkreślić, że ten złoty kwadrupol nie oczyszcza analizatora mas, a jedynie ma za zadanie likwidację problemu kwarcowego kwadrupola, który jest wrażliwy na zanieczyszczenia i występuje wyłącznie w GCMS jednej firmy. Dlaczego więc Zamawiający punktuje takie rozwiązanie i nie punktuje lepszych rozwiązań technologicznych, które występują w konkurencyjnych urządzeniach GCMS?

Prosimy więc o wprowadzenie zapisu o punktowaniu także rozwiązania polegającego na budowie kwadrupola z inertnego stopu metalu i przyznanie za takie rozwiązanie także 9 punktów.



W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację kryteriów oceny ofert według powyższego schematu. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.

Wniosek nr 18:

Dotyczy: Część III. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw

Pytanie to jest następstwem pytania 17 i jest z nim związane.

Jest obecnie:

b) za możliwość wygrzewania kwadрупolowego analizatora mas w temperaturze od 110°C do 190°C pozwalające na usunięcie w nim zanieczyszczeń – 9 punktów

Prosimy o zmianę na:

b) za możliwość wygrzewania kwadрупolowego analizatora mas w temperaturze od 110°C do 190°C lub zastosowywanie układu prefiltrów w celu usunięcia zanieczyszczeń analizatora mas – 9 punktów

Zwracaliśmy już Zamawiającemu w poprzednim postępowaniu nr BF-2.262.17.2022 uwagę na fakt, że Zamawiający punktuje rozwiązanie, które wymaga grzania, a więc zużycia energii elektrycznej. W obecnych czasach, gdy bardzo szeroko mówi się o poszukiwaniu i stosowaniu nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią ograniczenie w każdym miejscu, czy to w domu, czy w zakładzie pracy zużycia energii elektrycznej czyli zmniejszenie emisji CO₂, Zamawiający idzie w swoim podejściu w całkowicie przeciwną stronę. Medialne doniesienia codziennie wskazują zarówno na już bardzo wysokie i ciągle rosnące koszty energii oraz braki surowców energetycznych. Dziwi więc fakt, że Zamawiający jako Urząd, który powinien dbać o dobro konsumentów i którego celem zakupowym jak już wielu innych instytucji publicznych powinno być także zwracanie uwagi na proekologiczne rozwiązania, nie dostrzega tak podstawowych elementów w swoim opisie przedmiotu zamówienia i stosowaniu punktacji.

Ponownie musimy podkreślić, że tak wysoko punktowane rozwiązanie nieekologicznego przestarzałego grzanego kwadрупola stosowaną tylko przez jednego producenta aparatury.

Zwracamy również uwagę, że już wiele instytucji publicznych wprowadziło w kryteriach oceny ofert element proekologicznych rozwiązań, natomiast Zamawiający zdaje się nie dostrzegać tego zjawiska i ciągle promuje rozwiązania energochłonne, co stoi w sprzeczności z powołaniem i funkcją Zamawiającego. Liczymy więc już po raz drugi na rozsądek Zamawiającego i modyfikację punktacji zgodnie z naszą prośbą. Spełnienie naszej prośby nie wyklucza obecnie preferowanego rozwiązania, a co więcej otwiera możliwości startu innym dostawcom posiadającym podobne rozwiązania proekologiczne, nie wymagające grzania.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację kryteriów oceny ofert według powyższego schematu. Zamawiający pozostaje przy zapisach treści SWZ.



Wniosek nr 19:

Dotyczy: Część III. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw

Czy Zamawiający zaakceptuje GCMS, który posiada równoważne rozwiązanie do dedykowanego oprogramowania do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz, z możliwością precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji działający w oparciu o indeks retencji?

Liniowy indeks retencji jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż dostrajanie ciśnienia na czole kolumny, ponieważ nie ma konieczności zmiany parametrów ciśnienia i przepływu w metodzie, a ponadto parametr opisujący dostrajanie ciśnienia na czole kolumny (blokowanie czasów retencji), charakteryzuje wyłącznie jednego producenta chromatografów i tym samym nie dopuszcza konkurencyjnych urządzeń

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że przedmiotowym pismem dokonał zmiany w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie części III zamówienia.

Wniosek nr 20:

Dotyczy: Część III. Chromatograf gazowy GC-MS – 1 zestaw

Czy Zamawiający dopuści system GCMS, który posiada regulowaną energię jonizacji w zakresie od 10 do 200 eV?

Nie ma uzasadnienia analitycznego, aby stosować w technice GCMS tak niską energię jonizacji jak 5eV, ponieważ wówczas nie uzyska się odpowiedniego widma mas z prawidłową fragmentacją. Podobnie, w analizach, które Zamawiający wskazuje w SIWZ nie stosuje się energii jonizacji od wartości 5eV. Jest to więc zapis typowo wykluczający pozostałych uczestników rynku i prosimy o jego zmianę na wskazany powyżej, który umożliwi złożenie oferty także przedstawicielom innych producentów.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza system GCMS, który posiada regulowaną energię jonizacji w zakresie od 10 do 200 eV

Wniosek nr 21:

W związku z ograniczoną dostępnością na rynku drukarek z dwoma portami USB, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie drukarki z jednym portem?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zapis dotyczący posiadania co najmniej 2 szt. portów USD dotyczy komputera do sterowania urządzeniem, a nie drukarki.

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmian w treści SWZ:



1. w Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy poprzez dodanie ust. 3 w § 11 o treści:
 3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:
 - 1) zmiany terminu realizacji dostaw z uwagi na:
 - a) przypadki zaistnienia siły wyższej, bądź też sytuacji będącej następstwem działania ludzkiego, na które Strony nie mają wpływu (np. zaistnienie zamieszek, strajków, ataków terrorystycznych, przerw w dostawie energii elektrycznej, przerw w łańcuchach dostaw spowodowanych kryzysem i trudną sytuacją gospodarczą, itp.) mającej wpływ na realizację Umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego przyczyny leżą poza kontrolą danej Strony, są nagłe i zewnętrzne, w tym między innymi takie przyczyny jak: wojna, embargo, akty normatywne lub decyzje administracji państwowej, zdarzenia losowe, powódź, pożar, strajki, epidemie lub pandemie chorób. Wystąpienie siły wyższej rozpatrywane będzie tak w skali kraju, jak w skali poszczególnych jednostek administracyjnych kraju, na których wystąpiły opisane wyżej zjawiska.
 - 2) Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.
 - 3) Nie można powoływać się na siłę wyższą w przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa powyżej.

2. w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia w Części III poprzez modyfikację zapisu:

było:

- dedykowane oprogramowanie do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz, z możliwością precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki

jest:

- dedykowane oprogramowanie do szczegółowej obróbki danych, integracji i interpretacji wyników oraz raportowania analiz, z możliwością precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji.

Powyższe stanowi zmianę treści SWZ. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> do dnia 25 lipca 2022 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 25 lipca 2022 r. o godz. 11:15

Zatwierdził:
DYREKTOR DEPARTAMENTU LABORATORIÓW
Ewa Mrówka



UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.

Załącznik nr 5 do SWZ

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)
Tel.
REGON
NIP

**Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY
BF-2.262.25.2022
Część I zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

Marka, model oferowanego urządzenia
Chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS
..... (marka)
..... (model)

Kwota netto - zł

Kwota VAT - zł



Kwota brutto - zł

Oświadczam/y, że powyższa kwota brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Oświadczamy, że udzielamy **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 36 miesięcy)

Oświadczam/y, że oferowany chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS posiada następujące parametry:

- a) możliwość eksportu i importu plików pomiędzy oprogramowaniem sterującym chromatografem a systemem LIMS – **TAK/NIE***
- b) możliwość ustawienia chromatografu na blacie stołu w odległości pomiędzy tylną pokrywą przyrządu a ścianą poniżej 20 cm – **TAK/NIE***

(* niepotrzebne skreślić. Nie skreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

Oświadczam/y, że oferowany chromatograf gazowy z detektorem FID do oznaczania metodą HT SIMDIS posiada następujące parametry:

- a) częstotliwość próbkowania detektora FID jest lepsza niż 500 Hz i wynosi Hz
- b) współczynnik podziału dozownika mieści się w przedziale 9001:1 – 10000:1 i wynosi
- c) współczynnik podziału dozownika jest wyższy niż 10000:1 i wynosi

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **w terminie określonym w SWZ.**

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy**, że wybór naszej oferty **nie będzie/będzie*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*



Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
.....

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: zł

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłyby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

- a. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- b. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- c. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
- d. **nie jestem** obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
- e. **nie jestem** osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- f. **nie jestem** osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:



- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

Oświadczamy, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Warunki płatności - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
.....
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców*

** niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....



Dane kontaktowe Wykonawcy:

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

-

..... Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

-

.....

Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.

Załącznik nr 5 do SWZ

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)
Tel.
REGON
NIP

**Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY
BF-2.262.25.2022
Część II zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

Marka, model oferowanego urządzenia
Chromatograf gazowy z detektorem FID
..... (marka)
..... (model)

Kwota netto - zł



Kwota VAT - zł

Kwota brutto - zł

Oświadczam/y, że powyższa kwota brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Oświadczamy, że udzielamy **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 36 miesięcy).

Oświadczam/y, że oferowany chromatograf gazowy z detektorem FID posiada następujące parametry:

- a) możliwość eksportu i importu plików pomiędzy oprogramowaniem sterującym chromatografem a systemem LIMS – **TAK/NIE***
- b) możliwość ustawienia chromatografu na blacie stołu w odległości pomiędzy tylną pokrywą przyrządu a ścianą poniżej 20 cm – **TAK/NIE***

(* niepotrzebne skreślić. Nie skreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

Oświadczam/y, że oferowany chromatograf gazowy z detektorem FID posiada następujące parametry:

- a) częstotliwość próbkowania detektora FID jest lepsza niż 500 Hz i wynosi Hz
- b) współczynnik podziału dozownika mieści się w przedziale 9001:1 – 10000:1 i wynosi
- c) współczynnik podziału dozownika jest wyższy niż 10000:1 i wynosi

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia **w terminie określonym w SWZ.**

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*



Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

.....

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: zł

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziły u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

- a. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- b. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- c. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
- d. **nie jestem** obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
- e. **nie jestem** osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- f. **nie jestem** osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:



- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

Oświadczamy, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Warunki płatności - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy,

w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców*

** niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

Dane kontaktowe Wykonawcy:



Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....

Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

-
.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

-
.....

Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.



.....
(nazwa i adres Wykonawcy)
Tel.
REGON
NIP

**Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY
BF-2.262.25.2022
Część III zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

Marka, model oferowanego urządzenia
<p style="text-align: center;">Chromatograf gazowy GC-MS</p> <p style="text-align: center;">..... (marka)</p> <p style="text-align: center;">..... (model)</p>

Kwota netto - zł

Kwota VAT - zł

Kwota brutto - zł



Oświadczam/y, że powyższa kwota brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Oświadczamy, że udzielamy **miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie na warunkach określonych w SWZ. (minimum 36 miesięcy).

Oświadczam/y, że oferowany chromatograf gazowy GC-MS posiada następujące parametry:

- a) częstotliwość próbkowania detektora FID jest lepsza niż 500 Hz i wynosi Hz
- b) współczynnik podziału dozownika mieści się w przedziale 9001:1 – 10000:1 i wynosi
- c) współczynnik podziału dozownika jest wyższy niż 10000:1 i wynosi

Oświadczam/y, że oferowany chromatograf gazowy GC-MS posiada następujące parametry:

- a) zastosowanie kwadrupola pokrytego złotem pozwalającego na usunięcie zanieczyszczeń w analizatorze mas – **TAK/NIE***
- b) za możliwość wygrzewania kwadrupolowego analizatora mas w temperaturze od 110°C do 190°C pozwalające na usunięcie w nim zanieczyszczeń – **TAK/NIE***

(* *niepotrzebne skreślić*. Nie skreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy**, że wybór naszej oferty **nie będzie/będzie*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: zł



UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłyby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

- a. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- b. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- c. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
- d. **nie jestem** obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
- e. **nie jestem** osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- f. **nie jestem** osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
 - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub



- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

Oświadczamy, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Warunki płatności - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale podwykonawców*

** niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Imię i Nazwisko

.....

Adres:

.....



Telefon/Fax:

.....

Adres e-mail:

.....

„Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

-
.....

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

-
.....

Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

