



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 04.03.2024r.

Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu. Znak sprawy – TP- 9/2024- dostawę gazów medycznych i technicznych dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – załącznik nr 1 do SWZ – DOTYCZY PAKIETU NR 1 oraz PAKIETU NR 3

Rozumiemy, że Zamawiający wymaga podania producenta oraz nazwy własnej tylko dla gazów medycznych i technicznych. Nie dotyczy to pozostałych pozycji tj. transportu, dzierżawa butli oraz dzierżawy zbiornika. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – załącznik nr 1 do SWZ – DOTYCZY PAKIETU NR 1 oraz PAKIETU NR 3

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w pozycji „nazwa własna” wpisał nazwę produktu, która jest umieszczana na fakturach Wykonawcy? Dla gazów ciekłych i sprężonych nie ma odgórnie wprowadzonej nazwy własnej. Każdy Wykonawca stosuje indywidualne nazwy własne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – załącznik nr 1 do SWZ – DOTYCZY PAKIETU NR 1 oraz PAKIETU NR 3

Rozumiemy, że Zamawiający wymaga podania (w tabelach dotyczącej dzierżaw butli) ceny netto za 1 szt./dobę, natomiast ilość na 12 miesięcy jest podana w j.m. = butlodzień ? Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – załącznik nr 1 do SWZ – DOTYCZY PAKIETU NR 1 oraz PAKIETU NR 3

Prosimy o wykreślenie z formularza zdania o treści:

Zamawiający wymaga dostawy butli w przypadkach awaryjnych (na ratunek) w czasie nie dłuższym niż 8 godziny.

Wyjaśnienie: Żaden gaz w formularzu cenowym nie znajdują się na liście produktów leczniczych ratujących życie, w związku z tym w tym przypadku nie obowiązują dostawy tzw. „na cito”

Zamawiający zgodnie z normą PN-EN-ISO 7396-1:2007 powinien posiadać rezerwowe i pomocnicze źródło zasilania (zbiornik kriogeniczny, butle lub odgazowywacz). Pojemność magazynowa jakiegokolwiek źródła zasilania powinna być określona na podstawie przewidywanego zużycia i częstotliwości dostaw. Usytuowanie i pojemność głównych, pomocniczych i rezerwowych źródeł zasilania wszystkich systemów zasilających oraz liczba pełnych butli przechowywanych w magazynie, powinno być określone przez kierownictwo obiektu ochrony zdrowia w konsultacji z dostawcą gazów z wykorzystaniem zasad zarządzania ryzykiem

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 5- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – załącznik nr 1 do SWZ – DOTYCZY PAKIETU NR 1 oraz PAKIETU NR 3

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu z treści :

Zamawiający wymaga okresowego mycia zbiornika co najmniej 4 razy w roku.

na treść:

Zamawiający wymaga okresowego mycia zbiornika, zgodnie z zaleceniami UDT 2

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 6- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – załącznik nr 1 do SWZ – DOTYCZY PAKIETU NR 1 oraz PAKIETU NR 3

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu z treści :

Zamawiający wymaga w przypadku awarii zbiornika, osprzętu, niezwłocznego przybycia zespołu serwisowego (max 6 godzin po powiadomieniu tel.)

na treść:

Zamawiający wymaga w przypadku awarii zbiornika, osprzętu , niezwłocznego przybycia zespołu serwisowego (czas reakcji max 6 godzin po powiadomieniu tel.)

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy.

Pytanie 7- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – załącznik nr 1 do SWZ – DOTYCZY PAKIETU NR 1 oraz PAKIETU NR 3

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na tlen techniczny w butlach o poj. 50 l o poj. ok 10,64 m³?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – załącznik nr 1 do SWZ – DOTYCZY PAKIETU NR 1 oraz PAKIETU NR 3

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na ciekły dwutlenek węgla techniczny w butlach o poj.10 l o zawartości ok. 6 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – załącznik nr 1 do SWZ – DOTYCZY PAKIETU NR 1 oraz PAKIETU NR 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający żąda złożenia oferty na dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii stan gazowy w butlach o poj. 40 l (ilość gazu ok. 28 kg), czy na dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii stan gazowy w butlach o poj. 10 l (ilość gazu ok. 7,5 kg)? - część B - lokalizacja Pruszków

Odpowiedź: Zamawiający żąda złożenia oferty na dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii stan gazowy w butlach o poj. 40 l (ilość gazu ok. 28 kg).

Pytanie 10- SWZ

Rozdział IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 2 z treści :

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania w/w umowy z Wykonawcą, w przypadku niezrealizowania w okresie na jaki została ona zawarta, całości przedmiotu zamówienia, na skutek niewyczerpania wskazanych w umowie ilości. Łączny czas trwania umowy nie może jednak przekroczyć 24 miesięcy (słownie: dwudziestu czterech). Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu, z tym, że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta, co będzie wiążące dla Wykonawcy.

na treść:

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania w/w umowy z Wykonawcą, w przypadku niezrealizowania w okresie na jaki została ona zawarta, całości przedmiotu zamówienia, na skutek niewyczerpania wskazanych w umowie ilości. Łączny czas trwania umowy nie może jednak przekroczyć 24 miesięcy (słownie: dwudziestu czterech).

Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu, z tym, że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta. Wymagana jest obustronna akceptacja zaproponowanych zmian.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 11- C. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DODODOWE pkt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kart charakterystyki dla gazów technicznych, zamiast folderów, ulotek, katalogów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.