



Wieluń, 9 maja 2024 r.

**Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy postępowania pn. **Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, płynów do żywienia pozajelitowego, materiałów opatrunkowych i medycznych, staplerów, nici, szwów i siatek chirurgicznych**, numer sprawy: **SPZOZ.ZP.2.24.242.7.2024**

Zamawiający SPZOZ w Wielunium informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1

Pakiet 20 poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny do wstrzykiwania do wypełniania ubytków kości gąbczastej. Podstawowy składnik hydroksyapatyt (fosforan wapnia- 38%) oraz 62% części wagowych wody o wysokim stopniu czystości H₂O. Biokompatybilny, bioresorbowalny, elastyczny, bioindukcyjny, w postaci pasty powstający ze zmieszania składników. Całość preparatu umieszczona w kaniuli/strzykawce do bezpośredniego użycia. Nie wymaga mieszania. Pasta posiada krystaliczną strukturę, która przypomina strukturę naturalnej kości. Produkt sterylny. Pojemność 5cc

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

PAKIET 22 poz.1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o następującym składzie:

* wosk pszczeli (83%),

* parafina stała (5%),

* palmitynian izopropylu (12%)?

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 9, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 9, Pozycji nr 1 igłę o długości 24mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 9, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 9, Pozycji nr 2 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu nr 9, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 9, Pozycji nr 3 igłę o długości 45mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 26, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 26, Pozycji nr 1 klipsy w rozmiarze M/L wraz z bezpłatnym użyczeniem klipsownicy na czas trwania umowy, kompatybilnej z w/w klipsami, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z użyczeniem klipsownicy na czas trwania umowy.

Pytanie 8

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. W przypadkach wymienionych poniżej, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:

a) za zwłokę w realizacji złożonego zamówienia względem terminu określonego § 3 ust. 5 umowy, w wysokości 0,5% wartości netto tego zamówienia za każdy dzień opóźnienia zwykłego, nie więcej jednak niż 10% wartości netto opóźnionego zamówienia;

b) za zwłokę w realizacji obowiązków reklamacyjnych określonych w § 4 względem terminu określonego w § 4 ust. 2, w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanej części zamówienia za rozpoczęty każdy dzień opóźnienia zwykłego, nie więcej jednak niż 10% wartości reklamowanej części zamówienia;

d) z tytułu braku zmiany wysokości Wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 9

Pakiet 29. Czy Zamawiający dopuści staplery pakowane po 10 szt. (z odpowiednim przeliczeniem wg wymagań Zamawiającego) wielkość zszywki 4x7,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Pak. nr 9

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nici syntetyczne, wchłaniające, plecione z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy Pak. nr 9

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nici syntetyczne, wchłaniające, plecione z kwasu glikolowego i polimlekowego, powlekane, o podtrzymywaniu tkankowym po 5 dniach 50, po 10-14 dniach 0% i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy Pak. nr 9, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) i długość nici 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy Pak. nr 10 A, poz. 1-2; 10 B, poz. 1-2,

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe, z polidoksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok.75%, po 28 dniach ok.65-70%, po 43 dniach ok.55-60% i po 57 dniach ok.40%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Pak. nr 10 C, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści nici o czasie wchłaniania 90-120 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy Pak. nr 10, 12

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga długość 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję w długości nici $\pm 15\%$ (zaokrąglanie zgodnie z zasadami matematycznymi).

Pytanie 16

Dotyczy Zamówienia nr 11B, poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą o długości 55 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję w długości igieł o $\pm 10\%$ (zaokrąglanie zgodnie z zasadami matematycznymi).

Pytanie 17

Dotyczy Zamówienia nr 11C

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy Zamówienia nr 12B

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia diocetanem chlorohexydydy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Zamówienia nr 13 A, poz. 1-19

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok.80%, po 21 dniach ok.50%, po 28 dniach ok.20%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy Zamówienia nr 13 B, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe, z polidoksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok.75%, po 28 dniach ok.65-70%, po 43 dniach ok.55-60% i po 57 dniach ok.40%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 21

Pakiet nr 28, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści lejce naczyniowe wykonane z silikonu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 22

Pakiet nr 28, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści lejce naczyniowe o długości 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 23

Pakiet nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści lejce naczyniowe o szerokości 5,3mm w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 24

Pakiet nr 28, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści lejce naczyniowe o szerokości 2,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 25

Pakiet nr 28, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści lejce naczyniowe o szerokości 2mm i kolorze (do wyboru przez Zamawiającego): czerwony, niebieski, żółty i biały?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy tytanowe, do zamykania naczyń, pakowane po 6 szt. Rozmiar średnio - duże ML?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 27

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pakiecie 26 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 28

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Zwracamy się zatem do Zamawiającego w pakiecie 26 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynka), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 29

Czy Zamawiający w pakiecie 29 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Sterylny stapler jednorazowego użytku do zszywania skóry w szerokim zakresie różnych zabiegów chirurgicznych, zawierający 35 nierdzewnych zszywek pokrytych teflonem, posiadający wskaźnik ustawienia. Opakowanie 6 staplerów, wielkość zszywki 4,7 mm x 6,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 30

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 12 dopuści nić o dł. 90cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 31

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 14 dopuści nić o dł. 100cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 32

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 2 (materiał 2.Nici poliestrowe,plecione,powleczone) dopuści igłę odwrótnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 33

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 3 (materiał 2.Nici poliestrowe,plecione,powleczone) dopuści igłę o dł. 55mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 34

Do §2 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację §2 ust. 4 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, a przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §2 ust. 4 jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych oraz nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści § 2 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych i bieżące zapotrzebowanie, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania, które uzależnione jest od czynników od Zamawiającego niezależnych (tj. liczba pacjentów i rodzaj schorzeń) zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamawianego asortymentu, deklarując wykonanie w minimalnej wartości wynoszącej 70 % wartości danego pakietu, wyszczególnionego w załączniku nr 1, zaś Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Rezygnacja z części zamówienia nie wymaga składania jakiegokolwiek oświadczenia i może nastąpić wyłącznie poprzez niezłożenie w terminie obowiązywania umowy zamówienia na częściową dostawę.”

Pytanie 35

Do (§3 ust.6) wzoru umowy: Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 36

Do §9 ust.10 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację treści §9 ust. 10, poprzez skonkretyzowanie, że podana graniczna wielkość opcji (30%) odnosi się do poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, co oznaczało będzie, że każdy z określonych w formularzu cenowym produktów może zostać zamówiony przez Zamawiającego w ilości maksymalnie o 30% większej niż pierwotnie zakładano. Aktualna treść §5a ust. 6 jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym samym nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. Zastrzeżenie bowiem prawa opcji jako „30% wartości zamówienia podstawowego” w praktyce oznaczać może, że jedne z wycenianych pozycji mogą nie ulec zwiększeniu wcale, natomiast inne o niczym nieograniczoną ilość uwarukowaną jedynie granicą wynoszącą „30% wartości zamówienia podstawowego”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 37

Do §6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy do wysokości 0,5% wartości NIEDOSTARCZONEGO w terminie asortymentu za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy odnoszą się do wartości opóźnionej dostawy.

Pytanie 38

Do §6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy do wysokości 0,5% wartości niedostarczonego w terminie reklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy odnoszą się do wartości opóźnionej dostawy.

Pytanie 39

Do §9 ust. 1-7 wzoru umowy. Prosimy o dodanie zapisu, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia §9 ust. 1-7 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje w §9 nowy pkt. 8, który otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli, z uwagi na wzrost ceny, realizacja umowy będzie nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu, a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia częściowe będą składane, cena jednostkowa będzie podwyższona o max. 50% proponowanej zmiany ceny).”

Pytanie 40

Z uwagi na to, że umowa zawierana będzie na okres 24 miesięcy z możliwością jej przedłużenia aż do okresu kolejnych 6 miesięcy, zgodnie z art. 436 pkt 4) PZP prosimy o uzupełnienie wzoru umowy o jego obligatoryjne elementy takie jak:

a. określenie zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz

b. określenie zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079).

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści §8 i dodaje ust. 2, 3 i 4:

2. Strony dopuszczają również w trakcie obowiązywania umowy zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w następujących przypadkach:

- 2.1. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian,
 - 2.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - 2.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - 2.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione.

3. O propozycji zmiany cen towarów, o której mowa w ust. 2 strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz uzasadnieniem, obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, których te zmiany będą dotyczyły, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian i podpisania aneksu, nie krótszy jednak niż 30 dni od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. W przypadku gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 30 dni od złożenia wniosku przez którąkolwiek ze stron, każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie, którego, jeżeli zamówienia częściowe będą składane, zastosowanie będą miały ceny dotychczasowe.

4. Zmiany wynagrodzenia z tytułów o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 będą dokonywane wg. następujących zasad:

- 4.1. w przypadku zwiększenia ww. wynagrodzenia Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia częściowe będą składane, zastosowanie będą miały ceny dotychczasowe;
- 4.2. W przypadku wzrostu stawki VAT, jeżeli realizacja umowy będzie nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu, a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia częściowe będą składane, zastosowanie znajdą nowe, podwyższone stawki podatku VAT);

- 4.3. w przypadku zmniejszenia ww. wynagrodzenia Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów zmniejszających wysokość wynagrodzenia minimalnego lub minimalnej stawki godzinowej.

Pytanie 41

Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Pakiet 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Pakiet 2, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,48g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 44

Pakiet 2, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,08g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Pakiet 2, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 17,5x28,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Pakiet 2, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,50g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 47

Pakiet 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,02g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Pakiet 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 18x28,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Pakiet 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu naklejek do wklejenia do dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 50

Pakiet 2, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,85g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Pakiet 2, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 22,5x38cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Pakiet 2, pozycja 18-20 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na nieperforowany plastikowy trzpień typu krzyżak z wypustkami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 53

Pakiet 2, pozycja 18-20 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Pakiet 2, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Pakiet 2, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 90x120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar jak w odpowiedzi do pytania 54.

Pytanie 56

Pakiet 2, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Pakiet 2, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Pakiet 2, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 6cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 59

Pakiet 2, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Pakiet 2, pozycja 24-28 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek z włókniny poliestrowej z wkładem chłonnym o składzie: 80% włókna naturalne + 20% poliester?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 61

Pakiet 2, poz. 24 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. handlowe=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Pakiet 2, poz. 26, 27 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. handlowe=30szt z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

Pakiet 2, poz. 28 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. handlowe=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Pakiet 5 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. handlowe=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Pakiet 7, pozycja 1, 4 - Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów sterylizowanych metodą najbardziej bezpieczną dla pacjenta.

Pytanie 66

Pakiet 7, pozycja 3-4 - Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67

Pakiet 7, pozycja 9-13 - Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o właściwościach kohezyjnych o rozciągliwości min. 60%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 68

Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuści szew o podtrzymywaniu tkankowym ok. 50% po 7 dniach, 0% po 10-14 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 69

Pakiet 9, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2 koła okrągłą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 70

Pakiet 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71

Pakiet 9, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72

Pakiet 29 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian/.

Pytanie 73

Pakiet 29 - Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 7,2mm x 4,9mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 74

Pakiet 29 - Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 5,9mm x 3,9mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 75

Pakiet 29 - Czy Zamawiający dopuści zszywki bez pokrycia teflonem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 76

Pakiet 18, pozycja 4-5 - Czy Zamawiający dopuści plaster na rolce bez bocznych zabezpieczeń?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 77

Pakiet 18, pozycja 10-11 - Czy Zamawiający dopuści plaster na rolce bez bocznych zabezpieczeń?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 78

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 wymaga by w każdym opakowaniu z klipsami tytanowymi znajdowały się samoprzylepne kontrolki identyfikujące, do wklejania w protokole operacyjnym pacjenta, zawierające producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii, co najmniej po 2 sztuki do każdego magazynka z klipsami?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 79

Wnosimy o potwierdzenie, iż w Pakiecie nr 26 (Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 2015, poz.1416) wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do długotrwałego użytku zalicza się do klasy IIb)

Zamawiający wymagać będzie zaoferowania produktów zaklasyfikowanych do klasy IIb?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 80

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29 staplery skórne wykonane z niepowlekaney chirurgicznej stali nierdzewnej o wys.4,4mm szer.7,3mm gr.0,6mm pakowane po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, spełniającej pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 81

Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą lub w trybie elektronicznym. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 82

Czy zamawiający zgodzi się na zmniejszenie liczby próbek w pakietach nr 2, 4 oraz 6 do 1 szt. z każdego rodzaju wyrobu, zamiast z każdej pozycji? W przypadku produktów takich jak opaski gipsowe czy kompresy różniących się tylko rozmiarem można ocenić produkt na podstawie jednego rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próbek w pakietach 4,6 po 1 sztuce z każdego rodzaju zamiast z każdej pozycji, dla pakietu 2 bez zmian.

Pytanie 83

dot. pak. 2, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści gazę w rozmiarze 90 cm x 200 m z przeliczeniem ilości oferowanych opakowań? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 84

dot. pak. 2, poz. 18-20: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga wyceny za sztukę, ale produktu pakowanego po dwie sztuki („opakowanie po 2 szt. rozmiar 3 m x 10 cm x 1 szt.?)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za sztukę.

Pytanie 85

dot. pak. 28: Czy zamawiający zgodzi się na lejce poliestrowe, zamiast zielonego wersja żółta lub biała, długość 900 mm, szerokość 2 mm, 3 mm lub 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 86

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu wpisania w cenniku kodów EAN. Jednocześnie potwierdzamy, iż nazwa handlowa i nr katalogowy w pełni identyfikują oferowane przez naszą firmę produkty, a kody EAN znajdują się na każdym (nawet najmniejszym) opakowaniu handlowym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 87

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych produktów leczniczych z 12 do 6 miesięcy? Biorąc pod uwagę fakt, że dostawy realizowane są na bieżąco, w bardzo krótkich terminach i Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być wystarczający.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 88

Prosimy o doprecyzowanie, czy dokument wymieniony w rozdz. IX ust. 1. lit. b SWZ należy złożyć wraz z ofertą w terminie składania ofert czy będzie on wymagany na wezwanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego oświadczenia wraz z ofertą, zgodnie z treścią SWZ (rozdz. XIV ust. 16 lit d).

Pytanie 89

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie żądał wydruków temperatury ze środków transportu w przypadku wyrobów medycznych, dla których producent nie określił szczególnych, odbiegających od standardowych warunków transportu, tzn. w przypadku wyrobów medycznych, które mogą być przewożone bez uszczerbku na jakości w standardowych środkach transportu firmy kurierskiej? Jeśli warunki przechowywania wyrobu określone przez producenta odpowiadają standardowym temperaturom występującym w Polsce nie ma potrzeby przewożenia wyrobu w specjalnie przystosowanych samochodach-chłodniach i podnoszenia tym samym kosztów transportu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów dostaw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 90

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od umowy do 5% pozostałej do realizacji wartości netto umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści wzoru umowy.

Pytanie 91

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć ze łączną wysokość kar umownych do 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 2 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wzór umowy po modyfikacji zostanie opublikowany wraz z niniejszą informacją.

Pytanie 92

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 7. usunąć dopiski „bez dodatkowego wezwania”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wzór umowy po modyfikacji zostanie opublikowany wraz z niniejszą informacją.

Pytanie 93

pakiet 2, poz. 1-4,

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94

Pakiet 2, poz. 3-4

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sterylizowanych metodą najbardziej bezpieczną dla pacjenta.

Pytanie 95

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 96

pakiet 2, poz. 7-11

Czy zamawiający wydzieli poz.7-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju

- 19 cm x 38 cm dla rozmiaru 10 cm x 10 cm ;
- 14,5 cm x 28,5 cm dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm
- 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 5 cm x 5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający:

- 19 cm x 38 cm dla rozmiaru 10 cm x 10 cm - podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ
- 14,5 cm x 28,5 cm dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm- dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian
- 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 5 cm x 5 cm - podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 98

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

Odpowiedź: Zamawiający:

- dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%)- podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ
- dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g- dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian
- dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g - podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 99

Pakiet 2, poz. 7-8

Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź: Zamawiający

Pytanie 100

Pakiet 2, poz. 7-8

czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron, nie typu ES, natomiast składane standardowo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 101

Pakiet 2, poz. 9-11

czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron, nie typu ES, natomiast składane standardowo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 102

Czy zamawiający dopuści opakowanie z sposobem sterylizacji i datą ważności, bez wskaźnika sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 103

Czy zamawiający dopuści opakowanie bez naklejek do wklejenia do dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 104

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 1A i 2A dopuszcza igłę pogrubioną/wzmocnioną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 2A miał na myśli nić 150 cm pętlę?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli pętlę.

Pytanie 106

PAKIET NR 2

Poz. nr 1- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji z Pakietu nr 2 i przeniesienie jej do innego pakietu zawierającego opatrunki gazowe. Zwiększy to konkurencyjność postępowania i poszerzy grono potencjalnych wykonawców, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 107

PAKIET NR 2

Poz. nr 2 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej gazy opatrunkowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 108

PAKIET NR 2

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty celulozowej w rozmiarze min. 37 x 57 cm, sklasyfikowanej przez producenta jako produkt higieniczny (nie wyrób medyczny), pakowanej w opakowanie handlowe 3 x 5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109

PAKIET NR 2

Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty opatrunkowej zawierającej w swoim składzie 50% bawełny i 50% wiskozy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110

PAKIET NR 2

Poz. nr 7-8 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych sklasyfikowanych minimum w klasie I, regule 4?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 111

PAKIET NR 2

Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów bawełnianych o minimalnym wykroju 11,2 cm x 18,3 cm oraz wadze 1 szt. min. 0,53 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112

PAKIET NR 2

Poz. Nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów bawełnianych o wykroju min. 15,7 x 27,7 cm oraz wadze 1 szt. min. 1,08 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113

PAKIET NR 2

Poz. Nr 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów bawełnianych o minimalnym wykroju 11 cm x 18,5 cm oraz wadze 1 szt. min. 0,51 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114

PAKIET NR 2

Poz. nr 10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów bawełnianych o minimalnym wykroju 16 cm x 28,5 cm oraz wadze 1 szt. min. 1,11 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115

PAKIET NR 2

Poz. nr 11- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów bawełnianych o wadze 1 szt. min. 1,94g oraz minimalnym wykroju 21 x 38,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116

PAKIET NR 2

Poz. nr 9- 11- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych pakowanych w opakowanie typu miękki blister z intuicyjnym dla użytkownika sposobem otwierania, z nadrukowaną etykietą główną w tym symbolem rodzaju sterylizacji, bez dodatkowej naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 117

PAKIET NR 2

Poz. Nr 15-17- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej jednokrotnego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 118

PAKIET NR 2

Poz. nr 17- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej pakowanej z 2 zapinkami ze względu na jej dużą szerokość?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 119

PAKIET NR 2

Poz. Nr 18-20- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej pokrytej 90% +/- 2 % gipsem naturalnym, pakowanej w opakowanie a' 2 szt. z podaniem ceny za sztukę? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120

PAKIET NR 2

Poz. nr 23- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu o minimalnej gramaturze 49 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121

PAKIET NR 2

Poz. nr 19- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o szerokości 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie 122

PAKIET NR 3

17.Poz. nr 1; 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o następującym opisie:

Hydroaktywny opatrunek wspomagający kumulację czynników wzrostu, które stymulują proliferację i migrację keratynocytów, przyczyniając się do przyspieszenia procesu gojenia rany. Opatrunek utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko w ranie zarówno suchej jak i sączącej. Warstwa pianki poliuretanowej wchłania nadmiar wydzieliny, zatrzymując ją w swojej strukturze nawet pod wpływem terapii uciskowej. Warstwa hydrożelu aktywnie dostarcza wilgoć do rany przesuszanej. Hydrożel daje efekt początkowej przylepności „Initial Tack”, dzięki temu zakładanie opatrunku jest dużo prostsze oraz zapobiega przywieraniu opatrunku do rany, umożliwiając jego atraumatyczne zmiany. Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest membraną poliuretanową, która chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, nie utrudnia jednak przepływu powietrza i pary wodnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123

PAKIET NR 3

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku bez krawędzi lepnej w rozmiarze 10 x 10 cm lub opatrunku przylepnego w rozmiarze 15 x 15 cm (warstwa opatrunku przylegającego do rany w rozmiarze 10 x 10 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek przylepny w rozmiarze 15 x 15 cm (warstwa opatrunku przylegającego do rany w rozmiarze 10 x 10 cm).

Pytanie 124

PAKIET NR 3

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku bez krawędzi lepnej w rozmiarze 15 x 15 cm lub opatrunku przylepnego w rozmiarze 20 x 20 cm (warstwa opatrunku przylegającego do rany w rozmiarze 14 x 14 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek przylepny w rozmiarze 20 x 20 cm (warstwa opatrunku przylegającego do rany w rozmiarze 14 x 14 cm)

Pytanie 125

PAKIET NR 3

Poz. nr 1; 3- w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji z Pakietu nr 3 i przeniesienie ich do innego pakietu zawierającego opatrunki hydrokoloidowe. Zwiększy to konkurencyjność postępowania i poszerzy grono potencjalnych wykonawców, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw opatrunków specjalistycznych.

Odpowiedź: Zamawiający

Pytanie 126

PAKIET NR 3

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku wykonanego z alginianów wapnia i sodu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 127

PAKIET NR 3

Poz. nr 4-5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywnego opatrunku płuczaco-absorbpcyjnego nasyconego roztworem Ringera, zawierającego poliakrylan sodu (SAP)? Opatrunek stale wydziela roztwór Ringera do rany i jednocześnie wchłania wydzielinę z rany przez co dochodzi do interaktywnego płukania łożyska rany. Zawarty w opatrunku SAP dezaktywuje zaburzające proces gojenia MMP's dzięki czemu zahamowany proces gojenia może być ponownie aktywowany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128

PAKIET NR 7

Poz. nr 6- 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek pakowanych w opakowanie a' 5 szt. z podaniem ceny jednostkowej za sztukę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129

PROJEKT UMOWY

§ 3, ust. 8- wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku lub wady towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 6 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy”

Odpowiedź: Zamawiający częściowo wyraża zgodę. Wzór umowy został uzupełniony o proponowane zapisy.

Pytanie 130

PROJEKT UMOWY

24. § 6, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1a do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia, jednakże nie więcej niż 5% wartości niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki,
- §6 ust. 1b, do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia, jednakże nie więcej niż 5% wartości reklamowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki
- §6 ust. 1c do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści wzoru umowy.

Spełniając wymóg art. 284 ust. 2 i ust. 6 treść pytań wraz z wyjaśnieniami udostępniamy na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Powyższe odpowiedzi Zamawiającego stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Sporządził:

.....
(Na oryginale właściwy podpis:
Inspektor Działu Zamówień Publicznych SPZOZ w Wieluniu
Magdalena Pałyga)

Zatwierdził:

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
(Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Anna Freus)

