



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU



e-mail: [sekretariat@szpital-lebork.com.pl](mailto:sekretariat@szpital-lebork.com.pl), [www.szpital-lebork.com.pl](http://www.szpital-lebork.com.pl)

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325

ZP.261.20.1.2021

Lębork, dn. 24.05.2021 r.

### Uczestnicy postępowania ZP-TP/17/21

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę myjni-dezynfektora.

Znak sprawy: ZP-TP/17/21.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. *Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, pkt. nr 6 tabeli parametrów techniczno-użytkowych. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w ergonomiczny uchwyt otwierania umieszczony centralnie na drzwiach.*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza ww. rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.**
2. *Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, pkt. nr 28 tabeli parametrów techniczno-użytkowych. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w minimum trzy pompy detergentu z możliwością określenia dozowania środków w ml dla każdego programu oddzielnie realizowane za pomocą oprogramowania na komputerze, które zostanie dostarczone przez wykonawcę w momencie dostawy urządzenia i które Zamawiający może zainstalować na dowolnym komputerze z systemem WINDOWS.*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że nie dopuszcza ww. rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.**
3. *Lp. 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dostępem serwisowym z boków urządzenia? Uzasadnienie: Proponowana myjnia wymaga przestrzeni serwisowej po 45 cm z każdej strony z możliwością podłączenia na elastycznych przyłączach i wysuwania na czas serwisu. W tym celu myjnia wyposażona jest w kółka.*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że nie dopuszcza ww. rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.**
4. *Lp. 6. Czy Zamawiający dopuści drzwi otwierane automatycznie w płaszczyźnie pionowej? Uzasadnienie: W pełni automatyczne pionowo opuszczane drzwi zapewniają większy komfort obsługi, a wózki wsadowe wyjeżdżają bezpośrednio na wózki transportowe*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że nie dopuszcza ww. rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.**
5. *Lp.39. Czy Zamawiający dopuści nieznacznie większe wymiary myjni: wysokość 1950mm, szerokość 780 mm, głębokość 800mm*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że nie dopuszcza ww. rozmiarów, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.**

6. *Dot. pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie nowe, nie używane, nie powystawowe wyprodukowane w roku 2020 r. Ze względu na panującą epidemię urządzenia zostały zamówione na tzw. magazyn w celu szybkiej realizacji zamówień, myjnia z roku produkcji 2020 oraz 2021 nie różni się pod względem konstrukcyjnym, oprogramowania etc.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie dopuszcza ww. roku produkcji, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.**
7. *Dot. pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 256 litrów co nieznacznie różni się od podanego w SIWZ?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
8. *Dot. pkt. 23 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wysokowydajną pompą obiegową o wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że wymaga urządzenia z pompą obiegową o wydajności min. 600 l/min, do natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe e myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych.**
9. *Dot. pkt. 31 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na pobieraniu archiwów z przeprowadzonych cykli za pomocą łącza LAN i zbierania danych bezpośrednio na komputer klasy PC/MAC?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie dopuszcza ww. rozwiązania tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.**
10. *Dot. pkt. 33 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepszej jakości gwarantującej równomierny rozkład dystrybucji wody i powietrza na wszystkich poziomach wózka wsadowego realizowanego za pomocą jednego przyłącza ?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
11. *Dot. pkt. 39 - Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach 662 x 787 x 1985 mm ?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**
12. *Dot. pkt. 39 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 2000 mm ?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

Z poważaniem  
Sekretarz Komisji Przetargowej  
Leszek Kaiser