

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/13-ZO/2023 z dnia 26.07.2023 r. na „**Dostawę odczynników chemicznych oraz szkła i sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Tarnowskiej**”

- część 1: Odczynniki chemiczne

Pytanie:

W nawiązaniu do postępowania prosimy o odpowiedź czy nie zaistniała omyłka pisarska w pozycji 31 glin testy fotometryczne do oznaczania glinu zakres 0,0020-1,20 mg/l kompatybilne ze spektrofotometrem Merck, 350 testów. Czy nie ma być zakres 0,020-1,20 mg/l.?

Odpowiedź do pytania:

Zamawiający informuje, iż zaistniała omyłka pisarska w pozycji 31- glin testy fotometryczne do oznaczania glinu zakres 0,0020-1,20 mg/l kompatybilne ze spektrofotometrem Merck, 350 testów. Prawidłowy zakres to: 0,020-1,20 mg/l.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowaną wersję załącznika nr 1 - formularza asortymentowo-cenowego.

Rektor Akademii Tarnowskiej
dr hab. Małgorzata Kołpa