

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP4/2021

Milicz, dn. 07.07.2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o. o., w Miliczu**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1:

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 65 poz. 2 i 3 w przedmiotowym postępowaniu:

Wnosimy o wydzielenie poz. 2 i 3 z Pakietu nr 65 w celu utworzenia z nich odrębnego Pakietu. Aktualny opis przedmiotu zamówienia poprzez podanie parametrów nakłuwaczy oferowanych tylko przez jednego wytwórcę, w sposób oczywisty faworyzuje konkretnego producenta, uniemożliwiając złożenie oferty wielu potencjalnym wykonawcom, którzy posiadają w swojej ofercie paski testowe do glukometrów opisane w poz. 1, nie posiadając nakłuwaczy opisanych w poz. 2 i 3. Nakłuwacze nie są w żaden sposób powiązane konstrukcyjnie z paskami testowymi ani z glukometrami, będąc produktem zaliczanym do zupełnie innej klasy wyrobów medycznych. Nie istnieje zatem dająca się uzasadnić potrzeba korzystania z pasków testowych do glukometrów i nakłuwaczy tego samego producenta ani umieszczania tych wyrobów w jednym pakiecie. Opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 65 ogranicza zatem konkurencję z przyczyn pozamerytorycznych naruszając przepisy zawarte w art. 16 ust. 1 i w art. 99 ust. 4-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2:

Pakiet nr 3 poz. 1-16

Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną w całości z PCV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 3:

Pakiet nr 3 poz. 1-16

Czy Zamawiający dopuści znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 4:

Pakiet nr 3 poz. 17-21

Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną w całości z PCV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 5:

Pakiet nr 3 poz. 22-24

Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną w całości z PCV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 6:

Pakiet nr 3 poz. 22-24

Czy Zamawiający dopuści znaczniki głębokości w postaci dwóch półpięścieni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 7:

Pakiet nr 3 poz. 44

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych dla dorosłych nr 2,0?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 8:

Pakiet nr 3 poz. 44

Czy Zamawiający dopuści długość 275mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 9:

Pakiet nr 3 poz. 45

Czy Zamawiający dopuści długość 275mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 10:

Pakiet nr 3 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści długość 275mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 11:

Pakiet nr 3 poz. 47

Czy Zamawiający dopuści długość tylko 340mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 12:

Pakiet nr 3 poz. 48

Czy Zamawiający dopuści długość tylko 340mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 13:

Pakiet nr 3 poz. 50

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę pakowaną w sztywne opakowania papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 14:

Pakiet nr 3 poz. 51

Czy Zamawiający dopuści port medyczny do podawania leków z końcówką LUER?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 15:

Pakiet nr 3 poz. 51

Czy Zamawiający dopuści cewnik od długości 600 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 16:

Pakiet nr 3 poz. 51

Czy Zamawiający dopuści karbowany łącznik dołączony osobno?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 17:

Pakiet nr 3 poz. 52

Czy Zamawiający dopuści długość do 15 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 18:

Pakiet nr 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści równoważny wymiennik ciepła i wilgoci?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 19:

Pakiet nr 33 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści długość 210 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 20:

Pakiet nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważne okulary do fototerapii:

- Dwuczęściowe
- Szybkie i wygodne założenie
- Możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji
- Wygodne zapięcie za pomocą dwóch oddzielnych rzepów po bokach
- Podwójna ochrona oczu
- Możliwość dostosowania rozmiaru:
- Dostępne w trzech rozmiarach: S, M, L
- Jednorazowe
- Pakowane indywidualnie



Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 21:

Pakiet nr 45 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 2 tych samych okularów jak proponowane powyżej dla pozycji 1? Okulary te są wykonane z bardzo delikatnego materiału, który zapewnia maksymalne komfort i ochronę pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści

PYTANIE NR 22:

Pakiet nr 58 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żywotność 100 użyć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści

PYTANIE NR 23:

Pakiet nr 58 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści żywotność 100 użyć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści

PYTANIE NR 24:

Pakiet nr 58 poz. 2

Czy Zamawiający dopuściobudowę przezroczystą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 25:

Pakiet nr 64 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwie z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 26:

Pakiet nr 64 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 1500 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 27:

Pakiet nr 64 poz. 2-3

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 2-3 z Pakietu nr 64 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 28:

PAKIET NR 1

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki Dufoura trójdrożne, niemieckiego renomowanego producenta, wykonane z termoplastycznego, przezroczystego tworzywa z balonem lateksowym, pozostałe wymogi b/z.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 29:

PAKIET NR 1

Poz. 1

Prosimy o opisanie wymaganej wielkości balonów lub uznanie, za wymóg złożenia oferowanych cewników Dufoura z balonem 30ml i 75ml do dowolnego wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje za wymóg złożenie oferowanych cewników Dufoura z balonem 30ml i 75ml do dowolnego wyboru przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 30:

PAKIET NR 2

Poz. 16

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości, standardowe przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, w pełni zgodne z PN-EN ISO 8536-4 „Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego - Część 4: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” takich polskich liderów w produkcji tego typu przyrządów jak: Margomed lub Polfa Lublin, powszechnie i z powodzeniem używane w wielu jednostkach służby zdrowia w Polsce.

W tym miejscu zwracamy uwagę, iż opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jeden z modeli przyrządów produkowanych przez jednego z wyżej wskazanych producentów, którego cena znacząco odbiega od ceny przyrządów standardowych, a jednocześnie określone parametry techniczne, takie jak np. sposób ścięcia igły bioreczej, długość komory kroplowej podana z dokładnością do 5mm !, czy długość drenu podana z dokładnością do 5cm !, sposób oznakowania, czy zabezpieczenia igły bioreczej, nie wpływają znacząco na walory użytkowe wyrobu, co potwierdza brak takich samych wymagań dla analogicznych przyrządów z poz. 14, 17 czy 18, a jednocześnie naraża Zamawiającego

na niezamierzone podniesienie kosztów związanych z wykonywaniem podstawowych procedur w Państwa Centrum.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 31:

PAKIET NR 2

Poz. 18

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości, standardowe przyrządy bursztynowe do przetaczania płynów infuzyjnych, w pełni zgodne z PN-EN ISO 8536-4 „Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego - Część 4: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” takich polskich liderów w produkcji tego typu przyrządów jak: Margomed lub Polfa Lublin, powszechnie i z powodzeniem używane w wielu jednostkach służby zdrowia w Polsce z równoważnym workiem do ochrony przed światłem dostarczonym osobno, w rozmiarach 12x21cm; 20x30cm lub 30x50cm do wyboru Zamawiającego.

W tym miejscu zwracamy uwagę, iż opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jeden z modeli przyrządów produkowanych przez jednego z wyżej wskazanych producentów, dostępny na dodatek tylko dla jednego z dystrybutorów wyrobów tego producenta.

Jednocześnie określone w siwz tak szczegółowo parametry techniczne, nie wpływają znacząco na walory użytkowe wyrobu, podobnie jak wymóg cyt. „pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem”. Dopuszczenie możliwości osobnego dostarczanie wskazanego worka, nie tylko poszerza możliwość ich wykorzystania w zależności od wielkości opakowania leku czy płynu światłoczułego, ale poszerza też możliwość złożenia ofert przez innych niż jeden, konkretny Wykonawca.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 32:

PAKIET NR 2

Poz. 16 i 18

W wypadku odpowiedzi odmownych wnosimy o wyłączenie powyższych pozycji do osobnego zadania, co umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 33:

PAKIET NR 9

Poz. 1-10

Prosimy o wskazanie, czy oferowane igły, powinny posiadać potrójne ścięcie typu lancet oraz powinny być polerowane na całej swej długości ultradźwiękami i pokryte precyzyjnie odmierzoną warstwą silikonu, co zapewnia ich atraumatyczne przejście przez tkanki, a tym samym zwiększa komfort pacjenta przy wykonywaniu procedury, pozostałe wymogi b/z.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 34:

PAKIET NR 33

Poz. 11

Prosimy o wskazanie, czy oferowane filtry mechaniczne, powinny charakteryzować się skutecznością filtracji dla bakterii na poziomie min. 99,99999%, w tym Tuberculosis min. 99,999% oraz wirusów na poziomie min. 99,999%, wagą własną poniżej 55g oraz zmniejszoną objętością zalegania poniżej 82ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 35:

PAKIET NR 40

Poz. 1-6

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na jednorazowe ostrza, japońskiego renomowanego producenta, wykonane ze stali nierdzewnej, pozostałe wymogi b/z.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 36:

PAKIET NR 64

Poz. 1

Wnosimy o wyłączenie przedmiotowej pozycji do osobnego zadania, gdyż obecny kształt pakietu oraz opis wyrobów z poz. 2-5, pochodzących od jednego producenta, posiadającego w RP wyłącznego dystrybutora naraża Zamawiającego na niezamierzone podniesienie kosztów związanych z wykonywaniem podstawowych procedur w Państwa Centrum.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 37:

Prosimy o wprowadzenie do przyszłej umowy możliwości zaproponowania przez Wykonawcę zamiennika, w przypadku zaprzestania produkcji danego towaru przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie uzupełni wzoru umowy o proponowany zapis.

PYTANIE NR 38:

Pakiet nr 6, poz. 1,2,3

Czy zamawiający dopuści opaski nawinięte na tubus z tworzywa sztucznego, czas zanurzenia 5 s. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 39:

Dot. Pakiet 65, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'200 szt. nakluwaczy z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tj. po 30 opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 40:

Dot. wzoru umowy §4 ust. 3 załącznik nr 4 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §4 ust. 3 umowy w sposób następujący:

3Wstępne reklamacje, dotyczące zarówno ilości, jak i jakości dostarczonego towaru Zamawiający zgłaszać będzie w ciągu 48 godzin od dostawy. Wykonawca wymieni wyroby o wadliwej jakości lub z terminem przydatności krótszym niż opisany w ust.1 niniejszego paragrafu na towar wolny od wad w ciągu 5dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że takiej modyfikacji dokonał dnia 01.07.2021r., a Zmieniony Załącznik Nr 4 do SWZ wzór umowy udostępnił na Platformie Zakupowej i na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE NR 41:

Dotyczy pak. 59.

Czy Zamawiający miał na myśli **800 op.x** 50 szt. czyli 40 000 szt. pasków ?

Paski testowe pakowane są po 50 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego:

*Tak, Zamawiający miał na myśli **800 op.x** 50 szt. czyli 40 000 szt. pasków.*

PYTANIE NR 42:

Dotyczy pakietu 44

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 1-6, 10 z części 44 do oddzielnego pakietu bądź o wyrażenie zgody na składanie ofert częściowych na każdą pozycję oddzielnie. Zwiększyłyby to konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej licznie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 43:

Dotyczy przedmiotu zamówienia

PAKIET 22

W związku z tym, że na rynku Polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wapno było wapnem medycznym, zgodnym z wymaganiami i zatwierdzonym przez

Farmakopee Brytyjska i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 44:

Dotyczy przedmiotu zamówienia

PAKIET 22

W związku z tym, że na rynku Polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga: Medyczne wapno sodowane, pochłaniacz, CO₂, do użytku klinicznego, do aparatów do znieczuleń z indykatorem zmieniającym kolor w miarę zużycia, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH oraz stopień pylenia nie przekraczał 0,3%. Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna, pogarszając jego właściwości pochłaniania

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 45:

Dotyczy przedmiotu zamówienia

PAKIET 28

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy Zestawów przetworników jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą, renomowanej amerykańskiej firmy, wstępnie wykalibrowane na etapie produkcyjnym o sztywnych trwałych drenach nie wymagających specjalnych portów testujących, ani konieczności stosowania eliminatorów rezonansu typu ROSE, które w zestawie zawierają kontrastowo żółte koreczki w celu uniknięcia przypadkowej kontaminacji podczas przepłukiwania systemu, jakie Państwo używają do tej pory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 46:

Dotyczy przedmiotu zamówienia

PAKIET 45

Czy w celu zachowania maksymalnej ochrony Zamawiający dopuści okularki do fototerapii noworodków, renomowanej amerykańskiej firmy jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9% potwierdzone niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Wykonane z jednego kawałka materiału.

dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy, Wcześniaki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy. Oznaczenia rozmiarów (naklejki identyfikacyjne) na indywidualnym opakowaniu (nie na okularkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 47:

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1.1) Istotnych postanowień umownych na: „0,2 % wartości nie zrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 1.1) wzoru umowy.

PYTANIE NR 48:

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1.2) Istotnych postanowień umownych na: „0,2 % wartości dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 3 umowy.”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 1.2) wzoru umowy.

PYTANIE NR 49:

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 4 Istotnych postanowień umownych na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 4 wzoru umowy.

PYTANIE NR 50:

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 Istotnych postanowień umownych na następujący:
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest spółką prawa handlowego i nie dotyczy go powyższy zapis.

PYTANIE NR 51:

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie natomiast cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, zgodnie z §6 ust. 1 wzoru umowy.

PYTANIE NR 52:

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 3) b) na: „dwukrotnej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 3) b) wzoru umowy.

PYTANIE NR 53:

Pakiet nr 66 poz. 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia uchwytów, które stanowią zablokowanie udziału większości firm w przedmiotowym postępowaniu na zakup rękawic – naszej wiedzy wynika, iż takie uchwyty posiada tylko jeden wykonawca nie będący pośrednikiem handlowym, a co za tym idzie narazi to Zamawiającego na znacznie wyższe ceny zakupu rękawic.

Państwa zgoda da możliwość przystąpienia większej ilości oferentów do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania, zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Wymóg ten nie powinien dyskwalifikować naszej firmy, powodując brak możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, przy spełnianiu pozostałych wymogów Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie o wymogu.

PYTANIE NR 54:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

- a) gładkie z teksturą na końcach palców;
- b) przebadane na przenikanie substancji trzech chemicznych zgodnie z EN 16523-1:
 - wodorotlenek sodu 40% z czasem ochrony na poziomie 6
 - formaldehyd 37% z czasem ochrony na poziomie 6
 - nadtlenek wodoru 30% z czasem ochrony na poziomie 2;

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B.

Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phi-x174 norma równoważna do ASTM F 1671), **ASTM D 6978 (31 substancji cytostaticznych).**

Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania, zmniejszając ilość złożonych ofert, stawiając w uprzywilejowanej pozycji konkretnego Wykonawcę, przyczynia się tym samym do zmniejszenia ilość złożonych ofert (tzw. procedura zamknięta).

art. 16 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

cyt.: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

- 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;*
- 2) ...”*

Opisując przedmiot zamówienia w sposób otwarty – np. *„Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe. Uniwersalne, pasujące na lewą i prawą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, dopuszczone do kontaktu z żywnością”* – w odpowiedzi na tak ogłoszone postępowanie przetargowe, przystąpi większa ilość wykonawców, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania. Nie naruszając przepisów ustawy PZP.

Dokonując w powyższy sposób opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapewnia również skuteczną ochronę dla personelu jednostki leczniczej, pacjenta, jak i przy wykonywaniu procedur takich jak: dezynfekcja powierzchni, kontakt z substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów czy styczność z materiałem biologicznym.

Rozporządzenie Rady EU 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej załącznik nr 1

Kategoria III ŚOI obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z:

- a) niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;
- b) atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu;
- c) szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
- d) promieniowaniem jonizującym;
- e) środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C;
- f) środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej;
- g) upadkiem z wysokości;
- h) porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;
- i) utonięciem;
- j) przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;
- k) strumieniem pod wysokim ciśnieniem;
- l) ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem;
- m) szkodliwym hałasem;

Rękawice diagnostyczne w kategorii III stanowią odpowiednią ochronę w wykonywaniu czynności związanych z kontaktem z czynnikami zakaźnymi lub agresywnymi substancjami chemicznymi. Nie ma zatem potrzeby podawania dodatkowych cech rękawic np. grubości rękawic oraz zawyżania cech które są dopuszczone zgodnie z europejskimi normami dot. wyrobów medycznych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, kierując się dbałością o wspólne środki publiczne przeznaczone za zakup przez zamawiającego, prosimy o merytoryczne uzasadnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty od sprawdzonych fabryk. Nie wypuszczamy na rynek tańszych produktów, niespełniających odpowiednich norm europejskich. Oferujemy swoim klientom wysokiej jakości produkty aby zapewnić bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.

Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych.

EN 455-1 – podaje metodologię badania rękawic medycznych na nieobecność dziur. Aby uznać rękawicę za wyrób medyczny, muszą spełniać Akceptowalny poziom Jakości AQL.

EN 455-2 – określa mediany długości i szerokości [mm] oraz mediany siły zrywu [N] dla rękawic chirurgicznych i diagnostycznych, wytworzonych z różnych surowców: lateksu, nitrilu, elastomerów.

EN 455-3 – określa wymagania i badania w ocenie bezpieczeństwa biologicznego (m.in. poziomu protein lateksowych)

EN 455-4 – norma wskazuje wymagania i metodę badania rękawic medycznych jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia okresu trwałości wyrobu zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG.

Spełnienie wszystkich czterech części normy EN 455 daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

Produkty nasze są użytkowane w szpitalach w krajach Europy wschodniej i zachodniej oznaczenie ich zgodnie z unijną normą EN 455 tam w zupełności wystarcza i zapewnia bezpieczeństwo zarówno przed jak i w czasie pandemii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 55:

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 50ml z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 50 – 60 ml z pojedynczą skalą pomiarową w pakiecie nr 2 pozycja 3.

PYTANIE NR 56:

Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z igłą 0,4x13mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 57:

Pakiet 2, pozycja 6-9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastowym mlecznym tłokiem z możliwością rozszerzenia skali do 10%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 58:

Pakiet 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a'50szt. z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 59:

Pakiet 1, pozycja 10, 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę luer-lock 50ml z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 60:

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji TS z drenem o długości 150cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 61:

Pakiet 1, pozycja 16

Proszę o dopuszczenie przyrządów z drenem o długości 150cm oraz komorą kropłową o długości 55mm w części przezroczystej wykonaną z medycznego PCV? Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 62:

Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu 5-2505ml z drenem o długości 145cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 63:

Pakiet 1, pozycja 18

Proszę o dopuszczenie równoważnego zestawu przyrząd bursztynowy z drenem o długości 150cm oraz komorą kropłową o długości 55mm w części przezroczystej wykonaną z medycznego PCV z igłą bioreczą wykonaną ze wzmocnionego ABS z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym z dołączonym oddzielnie workiem do osłony podawanego płynu? Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV. Jednocześnie nadmieniamy, że powyższy opis wskazuje na konkretnego wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 64:

Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań na biokompatybilność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstąpi od wymogu badań na biokompatybilność w pakiecie nr 2 pozycja 19.

PYTANIE NR 65:

Pakiet 5, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o grubości 0,03 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 66:

Pakiet 5, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną posiadającą symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości min. 2 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 67:

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 30 x 40 cm, powierzchnia lepna 30 x 36 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 68:

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 40 x 42 cm, powierzchnia lepna 40 x 36 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 69:

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 45 x 55 cm, powierzchnia lepna 45 x 49 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 70:

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 55 x 55 cm, powierzchnia lepna 55 x 51 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 71:

Pakiet 5, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w opakowaniu zbiorczym a'20 szt z podaniem ceny za 1 szt i przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 72:

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w opakowaniu zbiorczym a'15 szt z podaniem ceny za 1 szt i przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.


PYTANIE NR 73:

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów urologicznych o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, z włókniny spunlace
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny spunlace o podwyższonej chłonności
- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², dolna część serwety wykonana z folii PE. Odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.




190x230cm
1szt./pc.



30x30cm
4szt./pcs



10x50cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 74:

Pakiet 5, pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od powyższego wymogu.

PYTANIE NR 75:

Pakiet 6, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski nawinięte na plastikowy trzpień, o czasie wiązania 3min, wykonane z gazy 20-nitkowej, min. 94% nasycenie opaski masą gipsową- gips naturalny, o czasie zanurzenia w wodzie wynosi około 5s?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 76:

Pakiet 6, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski nawinięte na plastikowy trzpień, o czasie wiązania 5-6min, wykonane z gazy 20-nitkowej, min. 94% nasycenie opaski masą gipsową- gips naturalny, czas zanurzenia w wodzie wynosi około 5s?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 77:

Pakiet 6, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a'1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 78:

Pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała, wykonane z wysokiej jakości celulozy, o lekko tłoczonych powierzchni przyspieszającej absorpcję wody, o wysokiej gramaturze materiału - 50g/m², zapewniającej dokładne osuszenie skóry, miękkie i wytrzymałe, w rozmiarze 40 cm x 70 cm, w opakowaniu foliowym a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 79:

Pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny w rozmiarze 30 cm x 40 cm, gramaturze 45g/m², grubości min. 0,55 mm, w opakowaniu a'100 sztuk zgrzewanym w folię umieszczone dodatkowo w kartonowym dyspenserze ułatwiającym wyjmowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 80:

Pakiet 33, pozycja 3,7,8,10

Czy Zamawiający wydzieli w/ pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 81:

Pakiet 33, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe o długości 210cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 82:

Pakiet 47, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści koce grzewcze/termiczne okrycia pacjenta jednorazowego użytku w rozmiarze 110cm x 120 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 83:

Pakiet 55, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną o powierzchni aktywnej 118cm², spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści elektrodę bierną o powierzchni aktywnej 118cm², spełniającą pozostałe wymagania SWZ w pakiecie nr 46 pozycja 1.

PYTANIE NR 84:

Pakiet 55, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a'90szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a'90szt. w pakiecie nr 46 pozycja 9.

PYTANIE NR 85:

Pakiet 55, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy o długości 30m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści dren silikonowy o długości 30m, spełniający pozostałe wymagania SWZ w pakiecie nr 46 pozycja 30.

PYTANIE NR 86:

Pakiet 55, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy średnica 9/12 mm o długości 30m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści dren silikonowy średnica 9/12 mm o długości 30m, spełniający pozostałe wymagania SWZ w pakiecie nr 46 pozycja 31.

PYTANIE NR 87:

Pakiet 66, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200 szt. (dla rozmiaru XS-L) oraz pakowane po 180 szt. (dla rozmiaru XL) i zgodzi się na wycenę za opakowanie a'200 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości do 3000 opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści pakowane po 200 szt. (dla rozmiaru XS-L) oraz pakowane po 180 szt. (dla rozmiaru XL) i zgodzi się na wycenę za opakowanie a'200 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości do 3000 opakowań.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 16.07.2021r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SWZ.

PREZES

Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Andrzej Oćwieja

WICEPREZES

Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Andrzej Szandera