

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 09.01.2024 r.

ZP/p/43/2023

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp na **dostawę preparatów do dezynfekcji endoskopów, preparatów do zamglawiania, worków na odpady, koszy, środków czystości, mopów, dozowników, środków czystości dla pacjenta i innych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 3

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 12

1. Do pakietu nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat gotowy do użycia, wymagający aktywacji z dołączonym aktywatorem, preparat przeznaczony do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych, na bazie kwasu nadoctowego, możliwość do zastosowania do dezynfekcji manualnej i automatycznej wyrobów medycznych i endoskopów wyprodukowanych przez m.in. Olympus, działający bójczo na B,F,Tbc,V,S(C.difficile, B. cereus B.subtilis) w czasie 5 min, zachowujący swoją aktywność biobójczą przez min 14 dni, kontrolowana za pomocą testów paskowych, konfekcjonowane po min. 14 sztuk, Opakowanie 5000ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Do pakietu nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat czteroenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, celulaza) do manualnego i maszynowego reprecusowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych, usuwający substancje organiczne (krew, śluz, białka), kompatybilny z preparatem od tego samego producenta do dezynfekcji endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Preparat wydajny, o niskim stężeniu roboczym (do 0.5 %) i szybkim czasie działania (do 5 minut), pH6-9 roztwór roboczy przygotowywany w wodzie wodociągowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, konfekcjonowany w op. a'5L?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3. Do pakietu nr 1 poz. 3: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania paski testowe w op. a'25 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4. Do pakietu nr 3 poz.1: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia niewielkich powierzchni medycznych oraz nieinwazyjnego sprzętu medycznego, nie zawierające aldehydu i fenolu, gotowe do użycia, działają już od 30 sek. na B, F, Tbc, oraz V (Adeno, Polio i Noro) do 1 minuty, posiadające wysoką tolerancję materiałową w opakowaniu sztywnym typu tuba, szczelnie zamykanym, zapobiegającym wysychaniu, zachowujące trwałość biobójczą co najmniej 21 dni od otwarcia opakowania, 100 szt. w opakowaniu, nie powodujące uczuleń. Wyrób medyczny klasy II a?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 13

Dotyczy Pakiet 12, poz.1 i 2. Prosimy Zamawiającego o odstąpieniu od wymogu składania próbek dla Pakietu 1 pozycji 1 i 2 z uwagi na fakt, iż Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu opisał produkty firmy Ecolab, które są Zamawiającemu znane. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić w kartach produkt (ulotkach), iż dostarczy oryginalne produkty Ecolab.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

1/ strona internetowa prowadzonego postępowania
1/ a/a

KIEROWNIK
Departamentu Zamówień Publicznych
mgr Michał Flis