

Kraków, dn. 16.09.2022 r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-35/22
Postępowanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

I.Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA I

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego z chwilą uregulowania całości należności przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W innych wypadkach niż określone w ust. 4 niniejszego paragrafu, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać, o ile naprawa trwała powyżej 14 dni roboczych.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 7 dni roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych oraz do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części, od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie, w związku z tym § 5 ust. 7 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie: „Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 7 dni roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych oraz do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części, od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.”



Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku braku możliwości usunięcia wady sprzętu lub trzykrotnej naprawy tej samej istotnej usterki lub trzykrotnej wymiany tego samego istotnego podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego sprzętu na wolny od wad w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % ceny umownej niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 w zakresie każdego Pakietu, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisów. W związku z tym § 10 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % ceny umownej niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 w zakresie każdego Pakietu, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy 7 dniowy termin na dostawę sprzętu.”

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy § 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

PYTANIA II

Dotyczy : Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przystąpienie do naprawy sprzętu w ciągu 72 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu. W związku z tym §5 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy sprzętu w ciągu 72 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu zastępczego w ciągu 72 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu. W związku z tym §5 ust. 10 załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany w ciągu 72 godzin (dotyczy Pakietu nr 2-5))/ 120 godzin (dotyczy Pakietu nr 1) od momentu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu do czasu zakończenia naprawy gwarancyjnej.”

PYTANIA III

Pakiet nr 4 - Rejestrator długotrwałych zapisów ciśnienia – 1 szt.

Pkt. 7 Możliwość programowania ręcznego bez użycia komputera i dedykowanego oprogramowania.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez funkcji programowania ręcznego bez użycia komputera i dedykowanego oprogramowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ.

Pkt. 10 Pamięć min 900 badań.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją rejestracji ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (400 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów?

Oferowany przez nas rejestrator umożliwia wykonanie 400 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. W praktyce jest to ilość wystarczająca. Uwzględniając cztery pomiary na godzinę i pomiar w nocy, wówczas w cyklu tygodniowym aparat wykonuje ok 400 pomiarów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 12 Przejrzysty, graficzny kolorowy wyświetlacz OLED.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z wyświetlaczem typu LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 16 Funkcja testu manometru (pomiar ciśnienia statycznego z dwóch niezależnych modułów pomiarowych).

Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez funkcji testu manometru?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ.

Pkt. 17 Funkcja testu szczelności (automatyczna weryfikacja poprawności działania urządzenia, szczelności zaworów, czujników, pompy i szczelności mankietu)

Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez funkcji testu szczelności?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ.



Pkt. 20 Pobór prądu: dla baterii i dla USB < 400 mA - pomiar, < 70 mA - gotowość do pracy.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez funkcji zasilania przez USB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 21 Pomiar ciśnienia: zakres pomiarowy - tryb dorosły (0 - 300 mmHg względem ciśnienia atmosferycznego); tryb pediatryczny (0 - 150 mmHg względem ciśnienia atmosferycznego);

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z pomiarem ciśnienia z zakresem pomiarowym - tryb dorosły (0 - 299 mmHg), bez opcji pediatrycznej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ.

Pkt. 23 Ilość okresów pomiarowych min: 6.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością podziału doby na 5 podokresów pomiarowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 24 Definicja aktywności/snu.

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli możliwość zadeklarowania trybu aktywnego, dzień i trybu nieaktywnego, noc?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli możliwość zadeklarowania trybu aktywnego, dzień i trybu nieaktywnego, noc.

Pkt. 25 Deflacja: automatyczna oraz możliwość nastawy 1000 - 5000 umHg/s, rozdzielczość nastawy 1 umHg/s/.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją deflacji automatycznej, bez możliwości nastaw?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 26 Tryb pracy: pediatryczny/dorosły.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z trybem pracy bez podziału pracy dorosły/pediatryczne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ.

Pkt. 27 Nastawa ciśnienia: ciśnienie początkowe i maksymalne.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez możliwości ustawień ciśnienia początkowego i maksymalnego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ.

Pkt. 28 Mankiet pediatryczny - rozmiar mały, obwód ramienia 18 - 26 cm.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z mankietem pediatrycznym - rozmiar mały, obwód ramienia 20 - 24 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA IV

Pytania do Pakiet nr 4: Rejestrator długotrwałych zapisów ciśnienia

1. Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści pamięć 400 badań? Zwracamy uwagę, że w warunkach ambulatoryjnych nie wykonuje się większej liczby badań, gdyż znacząco mogłoby to obciążać pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne klawisze funkcyjne na rejestratorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pkt 13 Czy Zamawiający dopuści Wyświetlacz rejestratora z możliwością podglądu bieżącego badania (ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, częstość pracy serca)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Pkt 14 Czy Zamawiający dopuści rejestrator z rozbudowanym menu: dane informacyjne np. godzinę w trakcie trwania rejestracji, z możliwością ustawienia daty i godziny, wyświetlanie informacji o zaprogramowanym protokole, wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego, wyświetlanie informacji na wyświetlaczu o istniejącym w pamięci rejestratora pomiarze z możliwością czyszczenia pamięci rejestratora bez używania oprogramowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

6. Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością programowania bez używania oprogramowania – do wyboru min. 3 protokoły pomiaru z uwzględnieniem fazy doby (dzień, noc), z możliwością ręcznego uruchomienia badania, oraz możliwość dodatkowego pomiaru przez pacjenta, poza automatycznie zaprogramowaną sekwencją ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

7. Pkt 16 i 17 Czy Zamawiający dopuści bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

8. Pkt 19 Czy Zamawiający dopuści zasilanie 2 baterie AA akumulatorowe NiMH, 1,2 V >1500 mAh lub 2 baterie alkaliczne AA oraz wbudowane porty USB i RS232?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Pkt 20 Czy Zamawiający dopuści 2 baterie AA akumulatorowe NiMH o pojemności >1500 mAh z możliwością wykonania co najmniej 400 pomiarów z ładowarką 0,5 A?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści zakres mierzonego ciśnienia 40-260 mmHg? Pragniemy zwrócić uwagę, że dla warunków ambulatoryjnych jest to zakres całkowicie wystarczający.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



11. Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści okres pomiaru minimum 3dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

12. Pkt 23 Czy Zamawiający dopuści do wyboru min. 3 protokoły pomiaru z uwzględnieniem fazy doby (dzień, noc) programowane bez używania oprogramowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

13. Pkt 25 Czy Zamawiający dopuści tylko deflację automatyczna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez wyróżnionych trybów pediatryczny/dorosły?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

15. Pkt 27 Czy Zamawiający dopuści ciśnienie początkowe 160 mmHg i maksymalne 250 mmHg w fazie dziennej oraz 220 w fazie 220 mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Pkt 28 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 17-26 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Pkt 29 Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 24-32 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

19. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozpoczęcie naprawy sprzętu w ciągu 48 godzin w do robocze (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu. W związku z tym §5 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy sprzętu w ciągu 72 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.”

20. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu zakończenia naprawy na: 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie, w związku z tym § 5 ust. 7 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie: „Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 7 dni roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych oraz do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części, od dnia otrzymania zawiadomienia, o



którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.”

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na:

„W przypadku braku możliwości usunięcia wady sprzętu lub czterokrotnej naprawy tej samej istotnej usterki lub czterokrotnej wymiany tego samego istotnego podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego sprzętu na wolny od wad w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

21. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 10

Ze względu na specyfikę sprzętu, dostarczenie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany w ciągu 48 godzin jest trudne do wykonania. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego na: do 3 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia (...)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu. W związku z tym §5 ust. 10 załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany w ciągu 72 godzin (dotyczy Pakietu nr 2-5))/ 120 godzin (dotyczy Pakietu nr 1) od momentu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu do czasu zakończenia naprawy gwarancyjnej.”

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1 i 2

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisów. W związku z tym § 10 ust. 1,2 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % ceny umownej niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 w zakresie każdego Pakietu, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowo 7 dniowy termin na dostawę sprzętu.”

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1:

- a) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi,***
- b) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust.6;***
- c) za każdy dzień zwłoki w dostawie sprzętu zastępczego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 10;”***



22. Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych Wykonawcy nie mogła przekraczać 10% wartości wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym § 10 ust. 3 załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy otrzymuje brzmienie: „Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać 25 % wynagrodzenia brutto.”

23. Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisów. W związku z tym § 10 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % ceny umownej niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 w zakresie każdego Pakietu, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy 7 dniowy termin na dostawę sprzętu.”

24. Dotyczy wzoru umowy

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w kraju oraz na świecie, proponujemy dodanie do umowy paragrafu o następującej treści:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

II. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) zmienia treść SWZ w zakresie:

- 1) **Pkt 1 Działu XII, który otrzymuje brzmienie:**
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital> do dnia **21.09.2022 r.** do godz. **09:30.**”
- 2) **Pkt 7 Działu XII, który otrzymuje brzmienie:**
„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **21.09.2022 r. godz. 10:00**”
- 3) **Pkt 1 Działu X, który otrzymuje brzmienie:**
„Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia **20.10.2022r.**
- 4) **Załącznika nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 4 - Rejestrator długotrwałych zapisów ciśnienia, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.**

Odpowiedzi do pytań i zmiana treści SWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a

Załączniki:

- ✓ Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 4 - Rejestrator długotrwałych zapisów ciśnienia – po zmianie

