

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WSSE.DEA OZPA 272.13.2023

Łódź, 07.07.2023r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do wszystkich Uczestników

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, którego przedmiotem jest:

Dostawa autoklawów, analizatora, komory laminarnej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w podziale na części:

CZĘŚĆ 1: Pionowy autoklaw elektryczny parowy, z wytwornicą pary.

CZĘŚĆ 2: Pionowy autoklaw laboratoryjny do sterylizacji żywności mikrobiologicznych oraz wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym niezbędnym do prawidłowej pracy autoklawu.

CZĘŚĆ 3: Komora z laminarnym, pionowym przepływem powietrza, II kl. bezpieczeństwa.

CZĘŚĆ 4: Automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

Dotyczy Części 2:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o pojemności komory 85 litrów umożliwiające pracę z 3 koszami ustawianymi na sobie przez co można uzyskać wkład w tej samej ilości co urządzeniu z komorą 100 litrów i 2 koszami?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o pojemności komory 85 litrów i podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część i z dniem 07.07.2023r stają się wiążące dla każdego Wykonawcy.

W dniu 07.07.2023r zatwierdził:
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
z up.
Waldemar Mańkowski
z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych
WSSE w Łodzi