

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

TEL. 12 614 25 32, FAKS 12 614 34 86

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

Kraków, dn. ²⁶... .IV.2019 r.

DZ. 271.27.³²⁸..... .2019

**Do wszystkich uczestników
Postępowania przetargowego
nr DZ.271.27.2019**

Dotyczy : odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym, nr DZ 271.27.2019 – „Dostawa obłożeń operacyjnych dla Pracowni Hemodynamiki i Angiografii”

Szanowni Uczestnicy,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem zostały zadane następujące pytania :

Pytanie 1 (Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy) : Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2, 3 : W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej realizacji zamówienia.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 (Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy) : Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2, 3 : W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia uznania reklamacji (rozpatrzonej w terminie 5 dni od dnia jej złożenia). W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 (Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy) : Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2, 3 : Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania wyrobu medycznego po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych, i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 3 umowy w zakresie jej niezrealizowanej części.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 (Dotyczy Pakietu nr 2) : Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 tj. STERYLNY ZESTAW DO DŁUGOTRWAŁYCH ZABIEGÓW ANGIOPLASTYKI Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI

Kleszczyki tętnicze 16 cm – zamiast Kleszczyki tętnicze 15 cm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź : Tak – Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę.


Pytanie 5 (Dotyczy Pakietu nr 2) : Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 tj. STERYLNY ZESTAW DO DŁUGOTRWAŁYCH ZABIEGÓW ANGIOPLASTYKI Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI

Nieprzemakalny podkład wysokochłonny, z warstwą chłoną wykonaną z pulpy celulozowej – zamiast Podkład wysokochłonny, wykonany z włókniny wysokochłonnej.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź : Tak – Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę.

Z poważaniem,

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk