

Kraków, dnia 25.01.2024 r.

Do

Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa szklanych i plastikowych wyrobów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie** nr zamówienia DZiK-DZP.2920.1.2024

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 – zadanie nr 3 pozycja 16

Czy w pozycji 16 Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówek żółtych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania żółtych końcówek do pipet automatycznych Eppendorf.

Pytanie 2 – zadanie nr 3 pozycja 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62

Czy w pozycjach 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58 oraz 62 Zamawiający dopuści zaoferowanie pipet nie posiadających filtra w trzonie? Filtry opisane przez Zamawiającego posiadają jedynie pipety o dużych pojemnościach tj. 500-5000µl czy też 1000-10000µl. W pipetach o mniejszych pojemności producenci nie są w stanie zastosować filtra z uwagi na bardzo ciekłą budowę trzonu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipet nie posiadających filtra w trzonie do pozycji 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62.

Pytanie 3 – zadanie nr 3 pozycja 70, 71

Czy w pozycji nr 70 oraz 71 Zamawiający dopuści zaoferowanie pipet bez izolacji termicznej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipet bez izolacji termicznej.

Pytanie 4 – zadanie nr 3 pozycja 72

Czy w pozycji 72 Zamawiający dopuści zaoferowanie pipet o długości 154mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipet o długości 154mm, jednocześnie modyfikuje formularz cenowy.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zastępca Kanclerza
mgr inż. Artur Szymacha