



Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego
Pawelca

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13

NIP: 647-21-80-171 REGON: 000297690

tel.: 32 453 71 10, fax: 32 455 53 25

sekretariat@wscp.wodzislaw.pl, www.wscp.wodzislaw.pl

DZP / 22

Wodzisław Śląski 16.09.2022

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu

„Zakup komory izolacyjnej”

znak sprawy 14/2022/DZP/PN

Działając w myśl art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. udziela się następujących wyjaśnień na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia

1. Czy zamawiający w pkt 7 (Wydajność) miał na myśli wydajność 36 m^3 ? Podane parametry z pozycji 3 i 7 wzajemnie się wykluczają, ponieważ pkt 3 Wentylacja 600 l/m tj. $0,6 \text{ m}^3/\text{m} = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$ a to daje nam wydajność $36 \text{ m}^3/\text{h}$.

W związku z tym bardzo prosimy o zmianę pkt 7 (Wydajność) lub jego wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia wartość w punkcie 7 – na minimum $36 \text{ m}^3/\text{h}$.

Z poważaniem