



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
<https://spzoz-mogilno.pl/>

Nr sprawy 13SNSMspzoz2022

Mogilno, dnia 01.12.2022r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 13SNSMspzoz2022 – Dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Zadanie 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 17, 18, 19 do odrębnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu oraz możliwości złożenia się większej ilości oferentów.

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych elektrod noworodkowych EKG 23x30 mm owalnych, na podkładzie z pianki, 3szt/op.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie nr 2 poz. 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Prosimy o wyjaśnienie czy w kolumnie 4 – Ilość w op. – w niżej podanych pozycjach nie zaszła pomyłka tzn.:

- poz. 2 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 5 rolek zamiast 1?
- poz. 14 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 50szt. zamiast 1?
- poz. 15 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 50 szt. zamiast 1?
- poz. 16 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 50 szt. zamiast 1?
- poz. 17 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 50 szt. zamiast 1?
- poz. 18 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 2 szt. zamiast 1?

- poz. 19 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 2 szt. zamiast 1?
- poz. 20 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 2 szt. zamiast 1?

Ad. Nie zaszła pomyłka, j.m. to sztuka; j.m.=sztuka=opakowanie.

Pytanie 4

Projekt umowy – par. 1 ust. 3 – dot. zadania 2 poz. 12, 13

Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w par. 1 ust. 3 projektu umowy dla wyrobów wymienionych w zadaniu nr 2 poz. 12 i 13 w zakresie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (zwane w skrócie MDR) oraz w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. Poz. 974), w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/ EWG, ponieważ oferowane papiery w zadaniu nr 2 poz. 12 i 13 nie stanowią wyrobów medycznych w rozumieniu ww. ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Ad. Tak i w związku z tym początek zdania w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy, które są wyrobami medycznymi, muszą spełniać wymagania zawarte.....”

Pytanie 5

Projekt umowy – par. ust. 1

Prosimy o zmianę okresu trwania umowy od 20.01.2023 do 20.01.2024 (zamiast 20.11.2024).

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Projekt umowy – par. 8 ust. 3

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy zadania nr 7, poz. 12:

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie i doprecyzowanie jaki ma być typ opakowania zestawu -

typ 1) "sztywne opakowanie, taca - blister dwukomorowy, zamknięty papierem medycznym z etykietą zawierającą informację o składzie zestawu, min. dwie etykiety służące do wklejania do dokumentacji medycznej",

czy też

typ 2) "Opakowanie - torebka papierowo - foliowa z wycięciem na kciuk ułatwiającym otwieranie, z etykietą zawierającą min. 2 odklejane etykiety służące do wklejania do dokumentacji zabiegu, zawierające m. in. indeks, nr serii, datę ważności, dane wskazujące na wytwórcę"?

Zważywszy na fakt, iż w skład zestawu wchodzi pojemnik - nerka plastikowa, wydaje się, że względów technologicznych zestaw powinien być zapakowany w opakowanie typu 2) - torebka papierowo - foliowa z wycięciem na kciuk ułatwiającym otwieranie, z etykietą zawierającą min. 2 odklejane etykiety służące do wklejania do dokumentacji zabiegu, zawierające

m. in. indeks, nr serii, datę ważności, dane wskazujące na wytwórcę.

Ad. Opakowanie torebka foliowa.

Pytanie 8

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej w terminie obowiązywania umowy i treść § 2 powinna brzmieć:

„§ 2 Termin dostawy

1. Dostawa towaru określonego w § 1 będzie zrealizowana sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy w okresie od dnia 20.01.2023r. do dnia 20.01.2024r., z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2.”

Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9

Zadanie 8 pozycja 1:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy składając zapotrzebowanie na 25 opakowań, Zamawiający ma na myśli 25 opakowań po 25 sztuk wkładów, czy 1 opakowanie zawierające 25 sztuk wkładów.

Ad. 1 opakowanie zawierające 25 sztuk.

Pytanie 10

Zadanie 8 pozycja 2:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie. czy składając zapotrzebowanie na 25 opakowań, Zamawiający ma na myśli 25 opakowań po 25 sztuk drenów, czy 1 opakowanie zawierające 25 sztuk drenów.

Ad. 1 opakowanie zawierające 25 sztuk.

Pytanie 11

Zadanie 8 pozycja 1:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta wkłady do ssaka są pakowane po 25 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 25 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Zadanie 8 pozycja 2:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta dreny do ssaka są pakowane po 25 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 25 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Załącznik nr 5 Umowa

§2 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli okres od dnia 20.01.2023r. do dnia 20.01.2024r.

Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.

§4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

§8

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- ust. 1 pkt. 2) do 0,2% ?

- ust. 6) do 10% ?

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Zadanie 1, poz. 11-13,15-16,20-21,47-51,53-58,69-71,78,88-92

Czy zamawiający wydzieli poz. 11-13,15-16,20-21,47-51,53-58,69-71,78,88-92 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Zadanie 1, poz. 11,12,

Czy zamawiający dopuści skalę jednostronną?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

Zadanie 1 ,poz. 15

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Ad. TAK, Zamawiający wymaga.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści IS z ostrą igłą biorczą dwukanałową trójpłaszczyznową?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21**Zadanie 1, poz. 16**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Ad. TAK, Zamawiający wymaga.

Pytanie 24**Zadanie 1, poz. 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka bez nazwy producenta bezpośrednio na produkcie. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , a umieszczona nazwa producenta bezpośrednio na koreczku (niewielki produkt) będzie słabo czytelna. Wymóg ten znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Prosimy o dopuszczenie koreczka z nazwą importera/dystrybutora na opakowaniu indywidualnym.

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26**Zadanie 1, poz. 20-21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27**Zadanie 1, poz. 53**

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm, rozmiar kartonika 13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28**Zadanie 1, poz. 78**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29**Zadanie 1, poz. 91**

Czy zamawiający dopuści dren o dł. ok. 200 cm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30**Zadanie 1, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy wykonany z silikonu w rozmiarach CH12-20?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31**Zadanie 1, pozycja 7-10**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32**Zadanie 1, pozycja 8-10**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z zakończeniem stożkowym typu luer umieszczone mimośrodkowo?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33**Zadanie 1, pozycja 7-9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34**Zadanie 1, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35**Zadanie 1, pozycja 11-13**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 36**Zadanie 1, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów z filtrem bakteryjnym 0,1µm i filtrem cząsteczkowym płynu 0,5µm bez zastawki ?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37**Zadanie 1, pozycja 15**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu raportu potwierdzającego badanie skuteczności filtrowania bakterii i wirusów?

Ad. NIE, Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie 38**Zadanie 1, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o długości 55mm, wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv, w całości pozbawiony ftalanów, z filtrem o wysokiej skuteczności, ważny 5 lat ?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 39**Zadanie 1, pozycja 15**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Ad. TAK, Zamawiający oczekuje.

Pytanie 40**Zadanie 1, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv, w całości pozbawiony ftalanów?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41**Zadanie 1, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42**Zadanie 1, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści koreczek kombi z trzpieniem poniżej krawędzi?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43**Zadanie 1, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 6 paskami rtg , plastikowym zatraskiem, z nazwą producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44**Zadanie 1, pozycja 37**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w rozmiarach 0,45-1,2mm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45**Zadanie 1, pozycja 54**

Czy Zamawiający dopuści opaski o długości całkowitej 25cm?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46**Zadanie 1, pozycja 59-61**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie podwójne – wew. folia, zew. papier/folia?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47**Zadanie 1, pozycja 64**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarach CH6 - 22?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 48**Zadanie 1, pozycja 78**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków pakowanych a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49**Zadanie 1, pozycja 81**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 50**Zadanie 1, pozycja 84**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyłącznie pojemników 0,7l?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51**Zadanie 1, pozycja 89**

Czy Zamawiający dopuści maskę ze standardowym drenem do podawania tlenu od maski do urządzenia?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52**Zadanie 1, pozycja 91**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz zakończony lejkami?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 53**Zadanie 1, pozycja 93**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 100ml?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54**Zadanie 1, pozycja 95**

Czy Zamawiający dopuści port posiadający WŁAŚCIWOŚCI:

- Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- Okres ważności: 3 lata
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Kompatybilny z kaniulami w innych pozycjach?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Zadanie 1, pozycja 96

Czy Zamawiający dopuści port posiadający WŁAŚCIWOŚCI:

- obudowa portu wykonana z transparentnego poliwęglanu
- wysokiej jakości transparentna silikonowa membrana pozwala na wielokrotną iniekcję
- płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- dren wykonany z transparentnego poliuretanu
- nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- dreny wyposażone w zaciski przesuwne
- zakończenie męskie zabezpieczone aplikatorem
- długość całkowita 15 cm
- czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- objętość wypełnienia portu bezigłowego 0,09 ml
- przestrzeń martwa 0,001 ml
- wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

Zadanie 1, pozycja 101

Czy Zamawiający dopuści wycenę golarek w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Zadanie 1, pozycja 104

Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarach 27, 30, 32?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 58

Zadanie 1, pozycja 113

Czy Zamawiający dopuści łącznik gładki w środku wykonany z medycznego PVC

- Typ rozciągliwy wykonany z wysokiej jakości PE, EVA pozbawionego PCV
- Uniwersalne połączenie 22M/15F od strony pacjenta, umożliwiające podłączenie do szerokiej gamy kompatybilnych wyrobów
- Łącznik 15M lub 22F od strony maszyny, umożliwia połączenie do dowolnego kompatybilnego wyrobu
- Wersja rozciągliwa umożliwia zapamiętanie kształtu i kontrolę ułożenia łącznika
- Podwójnie obrotowe kolanko
- Otwór do odsysania oraz bronchoskopii zabezpieczony zatyczką
- Długość 15cm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 59**Zadanie 1, pozycja 114**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o długości 600 lub 800mm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 60**Zadanie 1, pozycja 115**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na sondę do usg z żelem w rozmiarze 13x122cm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 61**Zadanie 1, pozycja 108**

Czy zamawiający dopuści myjkę do ciała pakowaną po 10 sztuk w opakowaniu z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62**Zadanie 1, pozycja 116**

Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach 6, 10 i 14 odpowiednie dla rurek od 2,0 do 10,0?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63**Zadanie 7, pozycja 1, 5**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe typu papier-folia z marginesem ułatwiającym bezpyłowe otwieranie?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 64**Zadanie 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną jałową o składzie: przędza poliamidowa teksturowana, przędza poliuretanowa, przędza bawełniana lub bawełnopodobna?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 65**Zadanie 7, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips o chłonności $\geq 10\text{g/g}$?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 66**Zadanie 7, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści tufery ROŻKI o wykroju 12cm x 12cm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 67**Zadanie 7, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 68**Zadanie 7, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

10 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

1 x Ostrze chirurgiczne nr 11

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer

1 x Strzykawka 3-częściowa 20ml Luer

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa (PE+PP), gramatura 60g/m², chłonność 600%

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa (PE+PP), z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm, gramatura 60g/m², chłonność 600% ?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 69**Zadanie 7, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 70**Zadanie 7, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu włókninowo-foliowego (zamiast laminatu bibułowo-foliowego) o gramaturze 60g/m² i chłonności 600% w rozmiarze 75cm x 75cm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 71**Zadanie 7, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 75cm (zamiast 45cm x 75cm) o gramaturze 60g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 72**Zadanie 7, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe 13cm +/- 1 cm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 73**Zadanie 7, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy typu nerka o poj. 800ml (zamiast 700ml)?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 74**Zadanie 7, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 75**Zadanie 7, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 76**Zadanie 7, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta na stolik do instrumentarium 100cm x 150cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 63g/m²

1 x Osłona na kończynę 70cm x 120cm z włókniny typu SMS

5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm

5 x Kompres włókninowy 30G 4W 10cm x 20cm

10 x Kompres włókninowy 40G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Nożyczki do cięcia pępowiny zaokrąglone metalowe 10,5cm, znaczone kolorem i znaczone symbolem jednorazowego użytku

2 x Zaciskacz do pępowiny biały 5cm x 5cm

1 x Kocyk flanelowy we wzory 160cm x 75cm

1 x Czapeczka dla noworodka

1 x Podkład chłonny 60cm x 90cm, chłonność 1177ml

1 x Serweta chłonna 60cm x 80cm, gramatura 40g/m²

1 x Nożyczki do cięcia krocza BRAUN-STADLER metalowe 14,5cm, znaczone kolorem i znaczone symbolem jednorazowego użytku

1 x Chwytnik plastikowy 23cm

1 x Miska nerkowata PVC, rozmiar 12cm x 18cm

2 x Rękawice diagn.lateksowe, bezpudrowe rozm. M

1 x Miarka centymetrowa papierowa 1m ?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 77

Zadanie 7, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno

Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a