

Warszawa, §DATA r.

§BF-2.262.20.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę chromatografu

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wniosek nr 1:

Co Zamawiający rozumie poprzez zapis: „Dozownik umożliwiający pracę z programowaną temperaturą”? Czy dozownik z konkretną (stałą, zaprogramowaną) temperaturą na każdy nastrzyk czy dozownik z programowaną temperaturą odparowania w trakcie analizy? Jednocześnie chcieliśmy podkreślić że do normy PN-EN 12177 i PN-EN 13132 w pełni wystarczający jest dozownik z konkretną, stałą, zaprogramowaną temperaturą na każdy nastrzyk.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisie „*Dozownik umożliwiający pracę z programowaną temperaturą*”. Zamawiający rozumie poprzez taką treść, że dostarczone wyposażenie będzie posiadało dozownik z zaprogramowaną, stałą temperaturą dla każdego nastrzyku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści SWZ, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> do dnia 11 sierpnia 2023 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 11 sierpnia 2023 r. o godz. 11:15

§PODPIS