



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 7

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**Znak: P-M/Z/2883/2022**

**Data: 14.07.2022r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022**

**Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

***PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu nr 83 poz.1 do SWZ – formularz asortymentowo- cenowy***

Czy zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne do: gastrokopii, kolonoskopii i bronchoskopii, pojemność łopatek standardowa i powiększona, z igłą lub bez igły, otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z możliwością wykonania biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 1,8mm, 2,3mm, 3,0mm; długość 120, 180 i 230 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi lub białymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, współpracujące z kanałem roboczym 2,0mm, 2,8 mm, 3,2 mm.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

***PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 83 poz.2 do SWZ- formularz asortymentowo - cenowy***

Czy zamawiający dopuści Jednorazowe pętłe do polipektomii jednorazowego użycia z możliwością cięcia z użyciem koagulacji. Wykonana z drutu plecionego. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalającą na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki; średnica pętli 10, 15, 24 mm, długość robocza 230 cm; do kanału roboczego do 3,2 mm; kształt owalny.

***Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, iż zaoferowane pętłe będą posiadały również pojedynczy drut.***

***PYTANIE nr.3 – dotyczy Pakietu 83 poz.4 do SWZ- formularz asortymentowo – cenowy***

Czy zamawiający dopuści Koszyk do usuwania polipów i ciał obcych. Wykonany z drutu oraz rozpostartej na nim siatki, w pełni obrotowy 360°, długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2.5 mm, średnica siatki 30mm.

***Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

***PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu nr 83 poz. 5 – formularz asortymentowo – cenowy***

Czy zamawiający dopuści Zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, podwiązki lateksowe lub bez lateksu,



zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia.

***Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż zaoferowane zestawy będą posiadały podwiązki wykonane z materiału hypalergicznego.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***