

Kraków, dn. 12.12.2024 r.

**dot. przetargu ZP-22/24  
na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie**

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy Pakiet 1 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dwuczęściową w rozmiarze 75cm x 90cm z regulowanym otworem przyklepnym 10cm x 15cm, z przylepcami na 4 rogach serwety, krawędzie o długości 75cm w centralnej części wyposażone w przylepiec 20cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy Pakiet 3 poz. 1-7,46**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-7,46 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy Pakiet 3 poz. 7**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

**Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy Pakiet 3 poz. 50**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tym zestawie serwetę o jednym trochę dłuższym boku, tj: 1 x serweta z włókniny foliowanej 75x45 cm, z przyklepnym otworem 8 cm, o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> ? Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy Pakiet 4 poz. 3-6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymogi SWZ, który w swoim składzie zawiera poliakrylan sodu (SAP) pozbawiony PHMB?

SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bójczych. W konsekwencji działanie opatrunku, obojętne dla zdrowych i nowopowstałych tkanek, pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej oraz niepożądanych skutków związanych z cytotoksycznością powstałą w wyniku agresywnego działania środków bakteriobójczych.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy Pakiet 4 poz. 17-18**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych zestawów w którego skład wchodzi samoprzylepna podkładka z portem połączonej z dwuświatłowym drenem z miękkiego PVC zamiast z silikonu?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy Pakiet 4 poz. 19-20**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych zbiorników połączonych z dwuświatłowym drenem z miękkiego PVC zamiast z silikonu?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy Pakiet 4 poz. 24**

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran, których Zamawiający planuje wykorzystywać w trakcie obowiązywania umowy do przeprowadzenia terapii za pomocą opisanych wyrobów w poz. 17-23 w Pakiecie Nr 4?

**Odp.: Zamawiający posiada 2 urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran, które planuje wykorzystywać w trakcie obowiązywania umowy do przeprowadzenia terapii za pomocą opisanych wyrobów w poz. 17-23 w Pakiecie Nr 4**