

Ameryka, dn. 11.04.2023 r.

L. dz. 0816/23

Do wszystkich oferentów

Dotyczy: **Zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę leków do Działu Farmacji nr 5/2023.**

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi pytaniami, Zamawiający odpowiada następująco na zadane pytania:

**Pyt. nr 1.** Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

**Odp.:** W przypadku zaprzestania lub braku produkcji należy zaproponować zamiennik. W sytuacji braku odpowiednika Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

**Pyt. nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zamianę proponowanych preparatów tj. fiołki na ampułki i odwrotnie. Ampułkostrzykawki, nie.

**Pyt. nr 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. nr 5.** Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. nr 6.** Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę, należy zaokrąglić do pełnego opakowania.

**Pyt. nr 7.** Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym, poz. 172 wyrazi zgodę na zaoferowanie metyloprednisolon- Meprelon 32mg (3 amp. + 3 rozp.) oraz przeliczenie dawki i ilości zgodnie z SIWZ?

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje SWZ.

**Pyt. nr 8.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie zbiorczym poz. 150 zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps.,? Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL.

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wymagany produkt leczniczy.

**Pyt. nr 9.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie zbiorczym poz. 150 zaoferowanie aktualnie stosowanego produktu LactoDr, zawierającego kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wymagany produkt leczniczy.

**Pyt. nr 10.** Zamawiający określa w Pakiecie zbiorczym poz. 265 i 266\_ system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy

dostępne na rynku, miałyby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi, nieodpłatnych glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym oksydaza glukozy GOD, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, paski do pomiaru glikemii u dorosłych i noworodków, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza ze względu na używanie dotychczas sprzętu podanego w opisie.

**Pyt. nr 11.** Czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści w Pakiecie zbiorczym poz. 265 i 266 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość wykonywania pomiarów we krwi kapilarnej i żyłnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,55ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

**Odp.:** Zamawiający nie dopuszcza ze względu na używanie dotychczas sprzętu podanego w opisie.

Zatwierdził, 11.04.2023r.