

**DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

TEL. 12 614 25 11, FAKS 12 614 34 86

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

Kraków, dn. 02.07.2019 r.

DZ. 271.56. 654 .2019

***Do wszystkich uczestników  
postępowania przetargowego  
nr DZ.271.56.2019***

***Dotyczy : odpowiedź na pytanie zadane w postępowaniu przetargowym nr  
DZ.271.56.2019 – Dostawa diagnostycznych urządzeń medycznych dofinansowanych ze  
środków zewnętrznych oraz własnych Szpitala***

***Szanowni Uczestnicy,***

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem zostało zadane następujące pytanie:

1. Dotyczy Pakiet I – Angiograf z wyposażeniem – 1 zestaw dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjno – instalacyjnych – punkt K.130.

Czy Zamawiający zechce dopuścić rozwiązanie gdzie dane demograficzne pacjenta będą przesyłane na aparat z posiadanego przez Zamawiającego systemu NeetRAAD za pomocą DICOM Worklist?

Pragniemy zaznaczyć, że obecny zapis uniemożliwia Naszej firmie złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty i faworyzuje inne rozwiązania oferowane przez firmę Siemens.

**Odp.: TAK, Zamawiający w ramach załącznika nr 4 do SIWZ w pakiecie nr I, punkt nr 130 dopuści rozwiązanie, gdzie dane demograficzne pacjenta będą przesyłane na oferowany angiograf z posiadanego przez Zamawiającego systemu NeetRAAD za pomocą DICOM Worklist z**

zachowaniem pozostałych wymaganych w punkcie 130 funkcjonalności a mianowicie: prezentacji synchronicznie ze sceną kardioangiograficzną przebiegu EKG oraz transferu wartości liczbowej dawki promieniowania z oferowanego angiografu do polifizjografu.

Z poważaniem,  
Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Lecznictwa  
*dr hab. n. med. Dorota Sobczyk*