

**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



Poznań, dnia 23 kwietnia 2024r.

znak sprawy: O-RSK.SZP.28.2.(P-PU/10).2024_ABM M.P.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na zadanie pod nazwą: **Dostawa urządzeń do robotycznie wspomaganej lokomocji oraz robotycznie wspomaganej pionizacji 2** nr rejestru: **SZP/DT-SERW/10/2024 ABM.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023. poz. 1605) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Część 1b

Czy zamawiający ma na myśli 1000 szt. Pojedynczych elektrod, czy 1000 opakowań po 4 szt. (elektrody 5x5 pakowane są wyłącznie w paczkach po 4 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 1000 szt. pojedynczych elektrod, nie opakowań. W związku z tym Zamawiający wymaga wyceny oferty dla 1 sztuki elektrody, nie dla opakowania.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Część nr 4 – Platforma wibracyjna

Czy zamawiający dopuści urządzenie o parametrach takich jak:

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 lub 2024

Platforma wibracyjna przeznaczona do pracy nad równowagą i koordynacją

Częstotliwość symulacji w zakresie od 5 do 33 Hz

Urządzenie z możliwością losowej zmiany częstotliwości symulacji
Urządzenie wyposażone w wewnętrzną jednostkę sterującą
Urządzenie z funkcją zdalnego sterowania
Urządzenie wyposażone w poręcz (dla pacjentów) zintegrowaną z podstawą
Maksymalne obciążenie $\geq 120\text{kg}$
Maksymalne wymiary urządzenia z poręczą: 880 mm x 825 mm x 1200 mm
Maksymalne wymiary bieżnika: średnica 420 mm
Zasilanie 220V – 240V

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy określone w załączniku nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Część nr 4 – Platforma wibracyjna

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez „Urządzenie z funkcją kołysania„ – czy urządzenia ma mieć możliwość kołysania manualnego czy urządzeniem ma mieć funkcję kołysania za pomocą sterowania zdalnego / ma kołysać się samo bez udziału bodźców zewnętrznych?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przez sformułowanie „Urządzenie z funkcją kołysania” należy rozumieć funkcję ruchu oscylacyjnego boczno-naprzemiennego.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SWZ, Część nr 4 – Platforma wibracyjna

Prosimy o doprecyzowanie czy „Maksymalna masa urządzenia 40 kg” to ma być masa samej platformy wibracyjnej czy masa platformy wraz z poręczami?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez sformułowanie „Maksymalna masa urządzenia 40 kg” należy rozumieć maksymalną masę urządzenia z poręczami.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 6b do SWZ § 1 Pkt 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wysyłkę sprzętu drogą kurierską?

UZASADNIENIE

Podtrzymanie zapisów „Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy” będzie generowało dodatkowe koszty związane z bezpośrednią dostawą przez Wykonawcę, co jest bardzo niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy PPU.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 6b do SWZ § 3 Pkt 3

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę naprawy z 7 dni roboczych na **14 dni roboczych** od zgłoszenia wady a w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, naprawa będzie wykonana w terminie do 21 **roboczych** dni od dnia zgłoszenia wady.

UZASADNIENIE

Standardowe terminy naprawy urządzeń medycznych wynoszą 14 dni roboczych w przypadku produktów Polskiej produkcji i 21 dni roboczych w przypadku produktów produkcji Zagranicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy PPU.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 6b do SWZ § 5 Pkt 4

Prosimy o sprecyzowanie co zamawiający ma na myśli przez zwrot: przystąpienia do naprawy. Czy chodzi o przyjęcie zgłoszenia, rozpatrzenie zgłoszenia, przyjazd serwisanta w celu sprawdzenia usterki czy np. całkowite usunięcie wady?

UZASADNIENIE

Standardowe terminy naprawy urządzeń medycznych wynoszą 14 dni roboczych w przypadku produktów Polskiej produkcji i 21 dni roboczych w przypadku produktów produkcji Zagranicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez zapis „Wykonawca przystąpi do naprawy” należy rozumieć podjęcie czynności mających na celu diagnozę niesprawności.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 6b do SWZ § 5 Pkt 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z

„Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi 5 dni roboczych od jej zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzanie części zamiennych, o czym należy poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie 5 dni roboczych od jej zgłoszenia awarii...”

Na

„Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę **wynosi 14 dni roboczych** od jej zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzanie części zamiennych, o czym należy poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie **7 dni roboczych** od jej zgłoszenia awarii.”

Oraz usunięcia zapisu „{...} Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat.”

UZASADNIENIE

Większość firm nie prowadzi wypożyczalni takich urządzeń ani sprzedaży produktów medycznych używanych. Podtrzymanie tego zapisu może spowodować znaczne ograniczenie liczby wykonawców mogących zrealizować zamówienie. Oczekiwanie dostępności sprzętu zastępczego w tak krótkim terminie powoduje konieczność posiadania urządzenia zastępczego co w przypadku tak specjalistycznej aparatury jest trudne do zapewnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy PPU.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 6b do SWZ § 5 Pkt 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na naprawy urządzenia w miejscu serwisu tj. siedzibie wykonawcy?

UZASADNIENIE

Wykonanie ewentualnych napraw w siedzibie serwisu będzie znacząco szybciej i sprawniej przeprowadzone jak i logicznie korzystniejsze dla wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż naprawa urządzeń może odbyć się poza siedzibą Zamawiającego na zasadach określonych w § 5 ust.6 PPU.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Załącznik nr 6b do SWZ § 5 Pkt 17

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga przeglądu technicznego wykonywanego w ostatnim miesiącu gwarancji również dla urządzeń dla których nie ma takich zaleceń producenta?

UZASADNIENIE

Podtrzymanie zapisu w pierwotnej formie może generować dodatkowe koszty związane z wykonaniem przeglądów dla urządzeń dla których nie są one wymagane co jest bardzo niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z PPU.

W związku z powyższym zmianie ulega treść:

1) Rozdział XII ust.3 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia **29 kwietnia 2024 roku godz. 09:00**

2) Rozdział XIII ust.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin otwarcia ofert: **29 kwietnia 2024 roku godz. 10:00**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oferty – ZMIANA.

Prawidłowy załącznik zostaje dołączony do pisma.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Przemysław Daroszewski
Dyrektor Szpitala

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Opracowała: M. Pietrzyk
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa