



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 03.08.2021 roku

FZP.III-241/73/21/ZO

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pod hasłem: „**DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU III**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego postępowania wpłynęły następujące pytania:

1) Pytanie

Dotyczy zadania nr 4 poz. 7-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

2) Pytanie

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg dodania kolumny z numerem katalogowym?

Poprzez wprowadzenie wymogu określenia numerów katalogowych Zamawiający uzyska pewność, iż oferowany asortyment jest zgodny wymaganym. Wprowadzenie wymogu pozwoli również Zamawiającemu uniknąć niezgodności asortymentowych na każdym etapie postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodanie kolumny.

3) Pytanie

Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia faktury wraz z towarem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody