



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

Tel: 75 738 00 00
E: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZGZ:
000000001137

Bolesławiec, 10 sierpnia 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1079, ze zm.) na: „Dostawę Kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 29/PN/2022

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1079 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 87

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający w powyżej przywołanym punkcie pisząc „Kardiomonitor mocowany gazem” miał na myśli Kardiomonitor na mocowaniu gazowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający miał na myśli Kardiomonitor na mocowaniu gazowym.

2. Dotyczy: pkt SWZ: Termin Realizacji Zamówienia

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania umowy tj. dostawy sprzętu medycznego do 12 tygodni od daty podpisania umowy?

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego maksymalnego wydłużenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. dot. załącznika nr 9 do SWZ- projekt umowy § 6 pkt 3

Wnosimy o zmianę zapisów wzoru umowy w przywołanym punkcie poprzez wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej sprzętu medycznego w autoryzowanym serwisie producenta w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) a w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maksymalnie 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia wady.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej sprzętu medycznego w autoryzowanym serwisie producenta w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) a w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maksymalnie 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia wady.

4. dot. załącznika nr 9 do SWZ- projekt umowy § 7 pkt 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania wynikające z obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony

lub/i wnosimy o zmniejszenie kar do wysokości 0,1-0,2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki wykonaniu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy tj. naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka, a nie od całkowitej wartości umowy.

5. dot. załącznika nr 9 do SWZ- projekt umowy § 7 pkt 1c

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne za zwłokę z wykonaniem naprawy gwarancyjnej są rażąco wysokie w związku z tym wnosimy o zmniejszenie kar umownych do wysokości 100,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 5 ust. 5 umowy

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

6. Pytanie dot. umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obustronne podpisanie umowy w formie elektronicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy w formie elektronicznej.

7. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fabrycznie nowy kardiomonitor wyprodukowany w min. 2021 roku, który będzie dostarczony z najnowszym dostępnym oprogramowaniem i bezpłatnie aktualizowany w trakcie trwania okresu gwarancji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na monitory starsze niż wyprodukowane w 2022 r.

8. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający klasę odporności IPX1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej klasie odporności.

9. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 5,7"?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanych parametrach technicznych.

10. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający moduł transportowy wyposażony w system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta oraz trendów z 24 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanych parametrach technicznych.

11. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający moduł transportowy o klasie szczelności IP32 oraz spełniający wymogi normy "MIL-STD-810F 516.5 Procedure IV transit drop"?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej klasie szczelności.

12. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor wyposażony w moduł transportowy o wadze 1,57kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej wadze sprzętu z uwagi na konieczność częstego transportu - przemieszczania urządzenia

13. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 14

Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 19" i rozdzielczości 1680x1050 pikseli?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

14. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość konfiguracji 3 układów wyświetlania danych, które można przełączać bezpośrednio z poziomu ekranu głównego za pomocą klawiszy funkcyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

15. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający regulację jasności na 8 poziomach bez wbudowanego czujnika oświetlenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

16. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość konfiguracji 3 układów wyświetlania danych, które można przełączać bezpośrednio z poziomu ekranu głównego za pomocą klawiszy funkcyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

17. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający funkcję wydruku funkcji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora na podłączonej drukarce sieciowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanych parametrach.

18. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający wbudowane 3 porty USB, wyjście sygnału na zewnętrzny monitor złączem HDMI, złącze Ethernet, port RS232 oraz gniazdo synchronizacji sygnału EKG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

19. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 24

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor nieposiadający funkcjonalności opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia nie uwzględniających funkcji szyfrowania danych z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

20. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość zawieszenia alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu w zakresie 1, 2, 3 minuty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

21. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający regulację głośności alarmów dźwiękowych na 7 progach głośności z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

22. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie 12 odprowadzeń EKG przy użyciu kabla 10-odprowadzeniowego oraz funkcję syntetyzowanych 18 odprowadzeń za pomocą przewodu do standardowych 12 odprowadzeń EKG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie 0-150 odd/min z dokładnością +/- 2 odd/min oraz regulacją alarmu bezdechu w zakresie 5-40 sekund?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie 0-150 odd/min z dokładnością +/- 2 odd/min oraz regulacją alarmu bezdechu w zakresie 5-40 sekund?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

25. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający pomiar saturacji w technologii BluPro z dokładnością +/- 2% w zakresie 80-100% oraz pomiarem tętna w zakresie 30-300 /min z dokładnością 3%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

26. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 37

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający pomiar temperatury w zakresie 0-45°C z dokładnością +/-1% w zakresie 25-45°C z możliwością wyboru z pośród 17 etykiet oraz możliwością podłączenia do 4 pomiarów temperatury równocześnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 38

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy monitor wyposażony w pomiar ciśnienia inwazyjnego w zakresie od -50 do 300 mmHg z możliwością przypisania 14 etykiet przy zachowaniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 39

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy monitor wyposażony w pomiar kapnografii we własnej technologii producenta kardiomonitora w strumieniu głównym przy zachowaniu pozostałych wymogów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach przy zachowaniu pozostałych wymogów.

29. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 44

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy monitor posiadający możliwość podłączenia zewnętrznych respiratorów Dräger Medical, Covidien Puritan Bennett, MAQUET, Hamilton Medical, CareFusion, GE Healthcare, Metran, Löwenstein Medical, Nihon Kohden, Air Liquide Medical Systems, jednego urządzenia jednocześnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia kompatybilnego ze sprzętem będącym na wyposażeniu Zamawiającego m.in. wskazanego w pytaniu.

30. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 45

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor nieposiadający funkcjonalności opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia nie uwzględniającego funkcji zawartych w OPZ z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany te które wskazał Zamawiający w OPZ.

31. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów z okresu 72 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

32. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość rozbudowy modułu transportowego o bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą podczas transportu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia wymogu w pozycji 47 w OPZ.

33. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor ułatwiający monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne przez oprogramowanie do wczesnego rozpoznawania oznak sepsy oraz narzędzie do wizualizacji dla EGDT w postaci wykresów z obszarem docelowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 49

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor nieposiadający funkcjonalności opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia nie uwzględniającego funkcji zawartych w OPZ.

35. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 50

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość doposażenia o drugi kanał SpO₂, NMT, bezprzewodowy moduł EEG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 51

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający adaptery pomiarowe dla pacjentów zaintubowanych w przypadku zaoferowania pomiaru kapnografii w strumieniu głównym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 54

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stację centralnego monitorowania przygotowaną sprzętowo do rozbudowy do maksymalnie 32 urządzeń monitorujących, wymagającą aktualizacji programowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

38. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 55

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stację centralnego monitorowania wyposażoną w dwa kolorowe ekrany o przekątnej min 23" i rozdzielczości 1920x1200 pikseli?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

39. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 58,59

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stację centralnego monitorowania umożliwiającą wybranie konfiguracji układu ekranu wielu łózek z listy predefiniowanych konfiguracji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia wymogu w pozycji 58,59 w OPZ.

40. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 60

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy system monitorowania nieposiadający funkcjonalności opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia nie uwzględniającego funkcji zawartych w OPZ z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany te które wskazał Zamawiający w OPZ.

41. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 64

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stację centralnego monitorowania posiadającą funkcję holterowską, ciągły zapis 16 przebiegów dynamicznych dla każdego łóżka z ostatnich 120 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanych parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

42. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 66

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stację centralnego monitorowania posiadającą zapis 10000 zdarzeń dla każdego łóżka z ostatnich 120 godzin oraz funkcję podglądu danych z monitorowania pacjenta wypisanego w ciągu ostatnich 5 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanych parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ

43. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 67

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stację centralnego monitorowania posiadające następujące alarmy arytmii: Asystolia, Migotanie komór, Tachykardia komorowa, Ekstremalna tachykardia, Ekstremalna bradykardia, Salwa komorowa, Bradykardia komorowa, Tachykardia nadkomorowa, Tachykardia, Bradykardia, Pauza, Para przedwczesnego pobudzenia komorowego (PPK), Wczesne przedwczesne pobudzenie komorowe, Zróżnicowany zapis EKG, Rytm komorowy, Bigeminia komorowa, Trigeminię komorowa, Przedwczesne pobudzenie komorowe, Nieregularna częstość oddechów, Wydłużony interwał częstości oddechów, Nadmierna czułość, Brak sygnału odczytu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia wymogu w pozycji 67 w OPZ.

44. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 70

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stację centralnego monitorowania posiadającą trendy graficzne i numeryczne z ostatnich 120 godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ.

45. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 71

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stację centralnego monitorowania posiadającą funkcję automatycznego zliczania i wyświetlanie liczby alarmów wybranego rodzaju?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wskazanej parametrach z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany w OPZ

46. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 73

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy system umożliwiający rozbudowę o zdalny, kontrolowany dostęp do monitorowanych danych za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia wymogu w pozycji 73 w OPZ.

47. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 77,78

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy system umożliwiający rozbudowę o serwer bramę HL7 umożliwiającą rozszerzoną komunikację ze szpitalnym systemem komputerowym i archiwizację danych bezpośrednio w szpitalnym systemie informatycznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia wymogu w pozycji 77,78 w OPZ.

48. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 80

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stację centralnego monitorowania nieposiadającą wbudowanego klienta systemu CitrixXen?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia nie uwzględniającego funkcji zawartych w OPZ z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany te które wskazał Zamawiający w OPZ.

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 81

49. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 81

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stację centralnego monitorowania nieposiadającą wbudowanego silnika HTML5?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia nie uwzględniającego funkcji zawartych w OPZ z uwagi na zaproponowanie sprzętu o gorszych właściwościach niż wskazany te które wskazał Zamawiający w OPZ.

50. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 82

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stację centralnego monitorowania posiadającą możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia wymogu w pozycji 82 w OPZ.

51. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 84,85

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitór posiadający możliwość rozbudowy o nieinwazyjny i ciągły rzut minutowy serca metodą esCCO, opartą na czasie przekazywania krzywej pulsu, uzyskanej z sygnałów EKG i SpO2 oraz pojedynczego pomiaru ciśnienia? Do obliczeń nie są wymagane żadne dodatkowe akcesoria (poza standardowymi akcesoriami do pomiaru EKG, SpO2 i NIBP)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia wymogu w pozycji 84,85 w OPZ.

52. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ poz. 86

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor umożliwiający rozbudowę o ekran kopiujący za pomocą złącza HDMI?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych w pytaniu, pod warunkiem spełnienia wymogu w pozycji 86 w OPZ.

53. Dotyczy załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy - §3 ust. 3

(Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

Wykonawca wnosi o zmianę wysokości noty obciążeniowej, o której mowa w §3 ust. 3 do wysokości 5% wartości netto urządzenia, którego uchybienie dotyczy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie. Powodem takiego stanowiska jest dbałość o prawidłową realizację umowy.

54. Dotyczy załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy - §6 ust. 3

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminów napraw, które wymagają sprowadzenia części zamiennych od producenta do 10 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

(Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ). Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej sprzętu medycznego w autoryzowanym serwisie producenta w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) a w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maksymalnie 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia wady.

55. Dotyczy załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy - §7 ust. 1a

(Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

Wykonawca wnosi o redukcję kar umownych, o których mowa w §7 ust. 1a do 1% wartości jednostkowej brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy tj. naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka, a nie od całkowitej wartości umowy.

56. Dotyczy załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy - §7 ust. 1

Wykonawca wnosi o odstąpienie od nakładania kar umownych, o których mowa w §7 ust. 1c i odstąpienie od zastosowania kary wynikającej z §7 ust. 1b w przypadku dostarczania przez

Wykonawcę na czas przedłużającej się naprawy urządzenia zastępczego o tożsamych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

(Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ). Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od nakładania kar umownych, o których mowa w §7 ust. 1c i odstąpienie od zastosowania kary wynikającej z §7 ust. 1b

57. Dotyczy załącznik nr 5 do SWZ wzór umowy - §7 ust. 1a

Wykonawca wnosi o poprzedzenie zastosowania kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1b w przypadku, o którym mowa w §7 ust. 1c wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji usługi w terminie 10 dni roboczych od dnia wezwania. Odstąpienie od umowy jako kara umowna w przypadku zwłoki z wykonaniem naprawy gwarancyjnej ponad 5 dni roboczych jest rozwiązaniem niezwykle radykalnym i ostatecznym. Tak sformułowane warunki umowy zmusza wykonawców do kalkulacji ryzyka kosztów potencjalnego odstąpienia umowy w cenie oferty, co znacząco podniesie jej cenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

(Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ). Zamawiający zmodyfikował treść umowy w **§ 6 ust.3 w powyższym zakresie.**

Odpowiedzi udzielił: **Jarosław LUBOŃSKI** – Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

DYREKTOR
ZOT w Bolesławcu
Kamień Barczyk

