




WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

 32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 20.01.2023 r.

DZP – 1/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyrobów medycznych do embolizacji wewnątrzczaszkowej, do badań angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 7

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 7 poprzez zapis ”Pętla do usuwania ciał obcych” Zamawiający wymaga zaoferowania pętli wielopłaszczyznowej do usuwania ciał obcych składającej się z trzech pętli nitinolowych umożliwiającej chwytanie obiektów pod każdym kątem: w zestawie z kompatybilnym introducerem (rozmiar do wyboru) – rozwiązanie jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania pętli wielopłaszczyznowej do usuwania ciał obcych składającej się z trzech pętli nitinolowych umożliwiającej chwytanie obiektów pod każdym kątem: w zestawie z kompatybilnym introducerem (średnica pętli 2-4, 4-8, długość min. 175 mm - rozmiar do wyboru).

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 26

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do Pakietu 26 łącznika wysokociśnieniowego wyłącznie jednej długości tj. 100 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 30

Czy Zamawiający w pakiecie 30 określa ilość na tylko 10 kompletów wkładów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny 10 opakowań po 50 sztuk.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 30

Czy strzykawka Empower posiadana przez zamawiającego jest objęta gwarancją?

Odpowiedź: Nie jest objęta gwarancją. Elementy muszą być kompatybilne z urządzeniem EMPOWER MR i dopuszczone przez producenta urządzenia.

DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie