

## Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów i wszczepów do zabiegów endoskopowych dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.28.D.2023, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy biopsyjnych jak wymagane z kolorem powleczenia niebieskim (kolonoskopowe) i szarym (gastroskopowe). Zachowanie wymogu kodowania kolorami typu szczypiec będzie zachowane. Wymaganie ściśle określonego koloru nie ma żadnego znaczenia klinicznego i mogłoby świadczyć o naruszeniu zasad uczciwej konkurencji, to z pewnością nie było zamierzeniem zamawiającego

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający w pozycji 2-3 dopuści zaoferowanie pętli z cewnikiem 2,3mm?

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego o średnicy 0,25mm?

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów z cięciwą jak wymagane z cewnikiem z końcówką zwężaną 7/5 Fr, nosek 5mm

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie 5.** Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów igłowych jak wymagane z cewnikiem z końcówką zwężaną 7/5 Fr, igła regulowana w zakresie 0-6mm

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie 6.** Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie balonów w rozmiarach 8-12-15 oraz 12-15-18mm, z cewnikiem zwężanym 7/5Fr, długość 2100mm, na przewodnik 0.035?

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7.** Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie koszy z opcją litotrypsji z cewnikiem o średnicy 2,3mm, długości narzędzia 2100mm, rozmiar koszyka do wyboru 20mm lub 30mm, rotacyjny, z kanałem do płukania / podania?

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 1 do oferty – Formularz asortymentowo-cenowy w **poz. 5** w opisie przedmiotu zamówienia.

W opisie jest

„Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkownika wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.”

Winno być:

„Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezykcjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkownika wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.”

W załączeniu

Załącznik nr 1 do oferty – Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji

**Z poważaniem**