



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 15 grudnia 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: *platforma zakupowa*

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1933) na „Dostawę aparatu do znieczulania, zgrzewarki rotacyjnej, lampy zabiegowej oraz wózków do przewozu pacjentów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 42/PN/2022.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1933), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 118

Czy Zamawiający będzie oczekiwać dostawy aparatu do znieczulania z kardiomonitorem z pomiarem aktywności mózgowej za pomocą modułu BIS wraz z kompletem min. 25 lub 50 szt. elektrod pomiarowych dla dorosłych? Jeśli tak to prosilibyśmy Zamawiającego o wskazanie punktu, w którym należałoby zaznaczyć spełnienie tego wymogu lub dodanie odpowiednie punktu w OPZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **oczekuje** dostawy aparatu do znieczulania z kardiomonitorem z pomiarem aktywności mózgowej za pomocą modułu BIS wraz z kompletem min. 25 lub 50 szt. elektrod pomiarowych dla dorosłych. Zamawiający informuje, że spełnienie tego wymogu należy zaznaczyć w poz. 118 OPZ.

2) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 123

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „Wymiana danego sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić po 3 nieskutecznych próbach naprawy tego samego elementu lub podzespołu niewynikających z winy użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zmianę zapisu na następujący: „Wymiana danego sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić po 3 nieskutecznych próbach naprawy tego samego elementu lub podzespołu niewynikających z winy użytkownika”.

3) Dotyczy zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, pkt 5.1.2 oraz 8.1.3

Czy ze względu na obszerność dokumentów, dla spełnienia wymagania opisanego w w/w pkt. swz, Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu parametrów wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na złożenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu parametrów wymaganych przez Zamawiającego w pkt 5.1.2 oraz 8.1.3 SWZ. Zamawiający **wymaga** złożenia przez Wykonawcę katalogu, prospektu lub folderu oferowanego sprzętu.

4) Dotyczy zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, pkt 4.8

Prosimy o ujednoczenie zapisów swz z zapisami w umowie w związku z 3 równymi ratami płatności tj. zmianę zapisu pkt. 4.,8 na zapis jaki widnieje w projekcie umowy:

„Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za dostarczony sprzęt w 3 (trzech) równych, nieoprocentowanych ratach, płatnych do 30 – tego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3, w kwotach:

- I rata: ... zł brutto (słownie: ... 0/100)
- II rata: ... zł brutto (słownie: ... 0/100)
- III rata: ... zł brutto (słownie: ... 0/100)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w zapisach §5 ust. 3 projektu umowy zaszła omyłka pisarska. W przypadku Zadania nr 1- Dostawa aparatu do znieczulania, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za dostarczony sprzęt w 6 (sześciu) ratach. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy §5 ust. 3 projektu umowy na poprawne, których brzmienie jest następujące: „Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za dostarczony sprzęt w 6 (sześciu) równych, nieoprocentowanych ratach, płatnych do 30 – tego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3, w kwotach:

- I rata: ... zł brutto (słownie: ... 00/100)
- II rata: ... zł brutto (słownie: ... 00/100)
- III rata: ... zł brutto (słownie: ... 00/100)
- IV rata: ... zł brutto (słownie: ... 00/100)
- V rata: ... zł brutto (słownie: ... 00/100)
- VI rata: ... zł brutto (słownie: ... 00/100)”

5) Dotyczy zapisów §5 ust. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na skrócenie terminu płatności do 30 dni.

6) Dotyczy zapisów §6 ust. 4 projektu umowy oraz poz. 121 OPZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części do napraw z zagranicy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wydłużenie czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części do napraw z zagranicy.

7) Dotyczy zapisów §7 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

- a) 0,2% i do maksymalnej wysokości 10%?
- b) 50 zł i do maksymalnej kwoty 1 000 zł?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmniejszenie wysokości kar umownych i zmianę zapisów §7 ust. 1 projektu umowy.

8) Dotyczy zapisów §7 ust. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 10%?

Uzasadnienie: Ustalone kary są wysokie, odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego a obecny poziom kar w w/w zapisach umowy przeczy zasadzie równości stron umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmniejszenie wysokości kar umownych i zmianę zapisów §7 ust. 2 projektu umowy.