



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 350/23

Poznań, dnia 23.05.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy-
platforma zakupowa**

Dotyczy: TPm-39/23 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. Dostawa 37 sztuk dygestoriów laboratoryjnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym: 27 sztuk dygestoriów laminowanych i 10 sztuk dygestoriów metalowych, wraz z transportem, wniesieniem, instalacją oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie norm odnośnie wymaganego certyfikatu PN-EN 14175- 2 jednocześnie posiadając PN-EN 14175-3?.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia producenta potwierdzającego spełnianie norm odnośnie wymaganego certyfikatu PN-EN 14175- 2.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wszystkich dygestoriów z płyty laminowanej o konstrukcji z profili aluminiowych malowanych proszkowo chemoodporną farbą epoksydową posiadające wykładkę komory dygestorium (ściany wewnętrzne) z żywicy fenolowej?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wykonania dygestoriów z płyty laminowanej o konstrukcji z profili aluminiowych malowanych proszkowo chemoodporną farbą epoksydową posiadających wykładkę komory dygestorium (ściany wewnętrzne) z żywicy fenolowej.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści wentylację dzięki modułowi wyciągu powietrza opartego na kolumnach wyciągowych? Takie rozwiązanie znacznie zwiększa wydajność przepływu powietrza przez co podwyższa wskaźnik usuwania emisji, dodatkowo zapewnia optymalny przepływ laminarny. Moduły są łatwo demontowalne, upraszczając dostęp w celu regularnego odkażania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyciąg laboratoryjny ma spełniać wymagania normy PN-EN 14175, potwierdzając zgodność wymaganymi certyfikatami.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie szafek pod dygestorium z płyty laminowanej wyłożonej w środku PP?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w dygestoriach metalowych wykonania szafek pod dygestorium z płyty laminowanej wyłożonej w środku PP.



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści dygestorium o głębokości 960 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza dygestorium o głębokości 960 mm.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści blat roboczy na wysokości 910 mm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza blat roboczy na wysokości 910 mm.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

*Opracowała: Marta Kozłowska
nr tel. (61) 854 60 22
e-mail: dzp@ump.edu.pl*