



Poznań, dnia 26 kwietnia 2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-31/24

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 5**

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Zestaw nr 1**

**Część nr 1 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej zgodnej z opisem:

- ✓ Trzyczęściowa ze stożkiem Luer
- ✓ Tłok Strzykawki posiada podwójne uszczelnienie
- ✓ Czytelna, nie zmywalna skala w kolorze czarnym
- ✓ Szczelna tłok zakończony gumową końcówką
- ✓ Lekkość i płynność w przesuwaniu tłoka
- ✓ Użyte materiały zapewniają, jakość i odporność na przeciekanie
- ✓ Opakowanie zbiorcze 100 szt.
- ✓ Niepirogenne, jednorazowego użycia, sterylna
- ✓ Opakowanie jednostkowe typu blister - pack
- ✓ Czytelna, niezmywalna czarna skala
- ✓ Dołączona igła iniekcyjna 0,45x13 mm, igła nie jest zamontowana na stałe
- ✓ Sterylizowane tlenkiem etylenu
- ✓ Działka elementarna – 1 I.U. = 0.01 ml

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 16 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli z portem górnym zgodną z opisem:

Wykonana z biokompatybilnego medycznego PUR

- Posiada dodatkowy port do wstrzyknięć ze zintegrowanym samodomykającym się koreczkiem

- 6 pasków RTG

- Wyposażona w metalowy mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci metalowego zatrasku na końcu igły automatycznie uruchamianego po wyjęciu igły z kaniuli

- Posiada filtr hydrofobowy

- Opakowanie typu TYVEC

- Pakowane po 50 sztuk

- Skrzydełka oraz koreczek portu górnego kodowany kolorystycznie

- Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi, prążkowany

- Elastyczne skrzydełka z dziurkami umożliwiają zamocowanie kaniuli plasterem lub jej przyszyście

- Rozmiar 24G 0,7x19 przepływ 18 ml/min

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**

**Zestaw nr 2**

CZĘŚĆ 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę wycenę żeli do cewnikowania za sztukę zamiast za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem tj. za 3750 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę żeli do cewnikowania za sztukę zamiast za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem, tj. 3750 sztuk, pozostałe parametry bez zmian.**

CZĘŚĆ 3 Czy Zamawiający dopuści żele do cewnikowania pakowane a'24 sztuki?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę żeli do cewnikowania pakowanych a'24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości do dwóch miejsc po przecinku, pozostałe parametry bez zmian.**





CZĘŚĆ 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę żeli do cewnikowania w opakowaniu a'24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do 2 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę żeli do cewnikowania pakowanych a'24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości do dwóch miejsc po przecinku, pozostałe parametry bez zmian.**

CZĘŚĆ 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę żeli do cewnikowania w opakowaniu a'24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do 157 opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę żeli do cewnikowania pakowanych a'24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości do dwóch miejsc po przecinku, pozostałe parametry bez zmian.**

DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości naliczania kar do 1% wartości netto niedostarczonej w terminie partii towaru licząc za każdy dzień zwłoki w dostawie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)



CERTYFIKAT 2023/56

