



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 06.07.2023 r.

**ZP/ 50 /2023**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznych sprzętów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii oraz Uniwersyteckiego Centrum Ginekologiczno - Położniczego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 13 Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny o pojemności 200ml, średnica 65mm, długość 185mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem. Długość przewodnika 70mm, wypychacz do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 13 Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny o pojemności 400ml, średnica 87mm, długość 200mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem. Długość przewodnika 223mm, wypychacz do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 13 Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny o pojemności 800ml, średnica 97mm, długość 70mm, wypychacz z uchwytem na dwa palce, do trokara 10, ściągacz z pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 13 Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny o pojemności 1200ml, średnica 130mm, długość 70mm, wypychacz z uchwytem na dwa palce, do trokara 10, ściągacz z pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 13 Jednorazowa igła Veresa z kranikiem do insuflacji i wskaźnikiem optycznym informującym o położeniu igły, dł.12cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.**

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 13 Jednorazowa igła Veresa z kranikiem do insuflacji i wskaźnikiem optycznym informującym o położeniu igły, dł.15cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.**

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 67 Trokary jednorazowe (zestaw 3 x 5 mm): 2 kaniule, 1 trzpień, bezostrzowego, optycznego trokara 5 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiające wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, długość kaniuli 150mm 100 mm, 75 mm, 3 szt. w op.

**Odpowiedź: nie**

**W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.**

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 67 1 kaniula, 1 trzpień, bezostrzowego, optycznego trokara 12 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiające wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, 3 szt. w op. 1 kaniula, bezostrzowego, optycznego trokara 12 mm

**Odpowiedź: nie**

**W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.**

#### **Pytanie 9**

Pakiet 37 Pozycja 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisaniem w SIWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**Pytanie 10**

## Pakiet 38 Pozycja 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie do 3 kg, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kótek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączy. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny ale parametry zgodne z SIWZ**

**Pytanie 11**

## Pakiet 38 Pozycja 2

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisaniem w SIWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kótek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączy. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny ale parametry zgodne z SIWZ**

**Pytanie 12**

## Pakiet 38 Pozycja 3

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisaniem w SIWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kótek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączy. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny ale parametry zgodne z SIWZ**

### **Pytanie 13**

Pakiet 38 Pozycja 4

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów powyżej 3 kg, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kótek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny ale parametry zgodne z SIWZ**

### **Pytanie 14**

Pakiet 38 Pozycja 5

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SIWZ, typu Y, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny ale parametry zgodne z SIWZ**

### **Pytanie 15**

Pakiet 38 Pozycja 6

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 6 z pakietu 38 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wdzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź: W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.**

### **Pytanie 16**

Pakiet 39 Pozycja 1

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 39 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wdzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź:** W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

**Pytanie 17**

Pakiet 40 Pozycja 6

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 6 z pakietu 40 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź:** W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

**Pytanie 18**

Pakiet 40 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników dla pacjentów 3-15 kg ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak dopuszcza

**Pytanie 19**

Pakiet 40 Pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników dla pacjentów powyżej 40 kg ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak dopuszcza

**Pytanie 20**

Pakiet 47 Pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu o długości 65 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza.

**Pytanie 21**

Pakiet 47 Pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu o długości 65 cm i szerokości 17 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SIWZ

**Pytanie 22**

Pakiet 47 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu wymiary 5-10,5 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszcza.

**Pytanie 23**

Pakiet 48 Pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód 5-11 cm, długość 20 cm, szerokość 5 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak dopuszcza

**Pytanie 24**

Pakiet 48 Pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód 10-15 cm, długość 23 cm, szerokość 6 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 25**

Pakiet 48 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód 14-26 cm, długość 36 cm, szerokość 8 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 26**

Pakiet 48 Pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód 21-28 cm, długość 45 cm, szerokość 11,5 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 27**

Pakiet 48 Pozycja 5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód 25-35 cm, długość 55 cm, szerokość 14 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 28**

Pakiet 48 Pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód 25-35 cm, długość 65 cm, szerokość 14 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 29**

Pakiet 48 Pozycja 7

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód 33-47 cm, długość 65 cm, szerokość 17 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 30**

Pakiet 48 Pozycja 8

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód 33-47 cm, długość 70 cm, szerokość 17 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 31**

Pakiet 48 Pozycja 9

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód 46-66 cm, długość 80 cm, szerokość 21,5 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 32**

Pakiet 49 Pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika długość 1 metr ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 33**

Pakiet 49 Pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera długość 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 34**

Pakiet 49 Pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika o długość 3 metrów ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 35**

Pakiet 49 Pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika o długość 1,5 metra ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 36**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści sterylne, jednorazowy dren wykonany ze 100% silikonu, z nitką Rtg, bez lateksu, długość 30 cm i szerokość (średnica) 8 mm. Drenaż kapilarny, dzięki specjalnej budowie dreny „nie zaklejają się”, drenowana treść spływa wewnątrz drenu.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 37**

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnowej metodą Seldingera (z prowadnicą) o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej) i pozwalającej na wprowadzenie prowadnicy Seldingera; cewnik przezskórny, prosty, 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszkań niskociśnieniowych etc.); prowadnica Seldingera pozwalająca na precyzyjną kontrolę przy pozycjonowaniu cewnika; strzykawka luer lock 30 ml, worek zbiorczy 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik luer-lock/stożkowy do systemu drenażowego, linia do przedłużenia cewnika 50 cm (montowana pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem); zacisk nożyczkowy; mocowanie cewnika (do przyszycia do skóry pacjenta). Zestaw jednorazowy, sterylne.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 38**

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnowej o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); cewnik przezskórny, prosty, 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszkań niskociśnieniowych etc.);

strzykawka luer lock 30 ml, worek zbiorczy 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik luer-lock/stożkowy do systemu drenażowego. Zestaw jednorazowy, sterylny.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 39**

dot. pakietu nr 45 – Okulary do fototerapii

Czy Zamawiający dopuści okularki w następujących rozmiarach;  
Micro – poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm  
do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 40**

dot. pakietu 45 – okulary do fototerapii

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyników badań okularków na przenikanie fal świetlnych?

**Odpowiedź: Tak, wymaga.**

**Pytanie 41**

dot. pakietu nr 45 – Okulary do fototerapii

Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okularki posiadały wklęsnięcia od strony oczodołów, co umożliwia fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?

**Odpowiedź: Nie, nie wymaga.**

**Pytanie 42**

dot. pakietu nr 45 – Okulary do fototerapii

Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okularki posiadały wklęsnięcia od strony oczodołów, co umożliwia fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?



**Odpowiedź: Nie, nie wymaga**



**Pytanie 43**

dot. części 45 – Okulary do fototerapii

Czy Zamawiający wymaga aby ochronnik oczu przed promieniowaniem UV był wykonany z jednego kawałka materiału oraz aby nie był osobnym elementem mocowanym rzepem do opaski?

**Odpowiedź: Tak, wymaga.**

**Pytanie 44**

dot. pakietu nr 45 – Okulary do fototerapii

Czy Zamawiający wymaga aby opaska mocująca okularki była wykonana z pianki poliuretanowej o otwartych komórkach a warstwa wierzchnia miała wplecione włókna nylonowe i przędzę Spandex? Umożliwia to bardzo dobry transport wilgoci ze skóry dziecka a jednocześnie pozwala na pewne mocowanie okularków.

**Odpowiedź: Nie, nie wymaga.**

**Pytanie 45**

Pakiet nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii chroniące przed szkodliwym działaniem światła lampy do fototerapii z zakresem nieprzenikania fal świetlnych potwierdzonym oświadczeniem od Producenta? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**Pytanie 46**

Pakiet 35, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wziernik uszny o średnicy 4,5mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 47**

Pakiet 35, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 48**

Pakiet 35, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki ostro-ostre, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 49**

Pakiet 35, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki długość 130 mm , pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 50**

Pakiet 35, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsete dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 51**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w pakiecie nr 63 prowadnice wykonane z nitinolu?, reszta jak w SWZ

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 52**

Pakiet 13

Czy zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków o średnicy 85 mm, długość 185 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 53**

Pakiet 13

Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków o średnicy 110 mm, długość 210 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 54**

Pakiet 13

Czy zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie worków o średnicy 160 mm, długość 200 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 55**

Pakiet 13

Czy zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie worków o średnicy 170 mm, długość 240 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 56**

Pakiet 58

Czy Zamawiający w pozycji 3, 4 i 5 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 57**

Pakiet 58

Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści zaoferowanie klipsownic o długości ramienia klipsa minimum 10 mm i szerokości rozwarcia klipsa 12 mm.

**Odpowiedź: Nie. Pacjent pediatryczny, zależy nam na małym rozmiarze klipsa.**

**Pytanie 58**

Pakiet 58

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 5 mm i 6 mm (do wyboru).

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 59**

Pakiet 58

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie igieł o długości 1800 mm, długość ostrza igły 5 mm i 6 mm (do wyboru).

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 60**

Pakiet 58

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczypiec o rozpiętości ramion 7 mm

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 61**

Pakiet 58

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie szczypiec o rozpiętości ramion 8 mm.

**Odpowiedź: Tak****Pytanie 62**

Pakiet 58

Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie szczypiec o rozpiętości ramion 4,5 mm.

**Odpowiedź: Nie. Zbyt duża rozpiętość ramion klipsa.****Pytanie 63**

Pakiet 58

Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie szczypiec z ramionami owalnymi (typ combo) bez gumowego wyłożenia, średnica otwarcia minimum 4 mm.

**Odpowiedź: Tak****Pytanie 64**

Pakiet 64

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów do tkanki cienkiej i grubej.

**Odpowiedź: Tak****Pytanie 65**

Dotyczy: Pakiet nr 23

Czy Zamawiający dopuszcza Elektrode igłową typu Trygon zieloną referencyjną ( dł. igły 15mm, dł przewodu 1,0m) z płaskim trójkątnym uchwytem, wtyczka touchproof, sterylną, jednorazową, 1 op=10 szt.?

**Odpowiedź: Tak****Pytanie 66**

Pakiet 18 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pincety bipolarnej, Classic, prostej, punktowej, końcówki ostre 0,2 mm, długość 165mm. Kompatybilnej z Erbe VIO 3 i VIO 300D?

**Odpowiedź: Tak****Pytanie 67**

Pakiet 34 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody wielorazowej czynnej typu Slim z ręczną aktywacją dwoma przyciskami ze zintegrowanym przewodem o dł.4 m wyjściem na elektrody o śr. trzpienia 4 mm kompatybilny do ERBE 350?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ****Pytanie 68**

Pakiet 34 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pincety bipolarnej prostej ostrej dł. 105 mm, kompatybilna do ERBE 350?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 69**

Pakiet 34 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Elektrody igłowej prosta  $\emptyset$  0,8 x 22mm,dł.40mm,trzpień śr. 4 mm ?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 70**

Pakiet 34 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodu do pincety bipolarnej wymienionej w pozycji 2 dł. kabla 4 m kompatybilny do ERBE 350?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Pytanie 71**

Pakiet 34 pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody wolframowej prostej izolowanej śr.0,5x3 mm, trzpień śr. 4 mm ?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 72**

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 61

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 61, w miejsce pierwotnych parametrów, szczoteczkę cytologiczną do dróg żółciowych 2.5 cm na cewnik 6.6 i 8 Fr o długości 185 lub 200 cm na przewodnik 0.021 i 0.035 miękki koniec 1.5 i 3.5 cm (do wyboru przez zamawiającego).

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 73**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 drenów w rozmiarach 12CH, 16CH, 20CH, 24CH, 28CH i 32CH o długości 520 mm spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 74**

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 11 znaczników o długości 40 cm spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 75**

Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Pakiecie nr 66 [Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1416) oraz z pkt. 5.4. regułą 8 załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych zwane „MDR”, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG zwaną „MDD”] wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne wyroby inwazyjne do długotrwałego użytku powinny posiadać klasę IIb), wymagać będzie zaoferowania wyrobów medycznych – klipsów naczyniowych zaklasyfikowanych do klasy IIb.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 76**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki w składzie zawierająca aloes, witaminę E, chlorheksydynę oraz 3% dimetikon?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 77**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od parametru dodatkowej warstwy termoizolacyjnej w opakowaniu?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza bez warstwy termoizolacyjnej**

**Pytanie 78**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki z możliwością podgrzania przez 20 sekund przy mocy 700W?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 79**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki ze skutecznością produktu na podstawie oceny klinicznej?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 80**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki nie posiadające opakowania z mini-kartą?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 81**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki bez instrukcji użycia?

**Odpowiedź: nie dopuszcza**

**Pytanie 82**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki z instrukcją użycia dołączoną do opakowania zbiorczego?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 83**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 25 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 84**

Pakiet nr 42, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur zawierający:

- dwa osobne opakowania o składzie:
  - 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni, nasączona dwuwęglanem sodu
  - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce,
  - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,

- 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem i wyciągiem z rumianku
- cztery osobne opakowania o składzie:
  - 1 gąbka z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, nasączona dwuwęglanem sodu
  - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
  - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% nadtlenkiem wodoru w saszetce,
  - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem i wyciągiem z rumianku

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej oceną kliniczną skutecznością w redukcji VAP, opakowanie w formie wygodnego dyspensera, który można postawić na stoliku, opakowanie umożliwia wyciąganie zestawów w odpowiedniej kolejności?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

#### **Pytanie 85**

##### **Pakiet nr 42, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur zawierający:

- dwa osobne opakowania o składzie:
  - 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni, nasączona dwuwęglanem sodu
  - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce,
  - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
  - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem i wyciągiem z rumianku
- cztery osobne opakowania o składzie:
  - 1 gąbka z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, nasączona dwuwęglanem sodu
  - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,
  - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce,
  - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem i wyciągiem z rumianku

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej oceną kliniczną skutecznością w redukcji VAP, opakowanie w formie wygodnego dyspensera, który można postawić na stoliku, opakowanie umożliwia wyciąganie zestawów w odpowiedniej kolejności?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 86**

Pakiet nr 42, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej bez uchwytu do yankauer?

**Odpowiedź: nie dopuszcza**

**Pytanie 87**

Pakiet nr 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okularki ochronne o długości 20-40cm?

**Odpowiedź: Nie, nie dopuszcza.**

**Pytanie 88**

Pakiet nr 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okularki ochronne w rozmiarach:

- S – długość 20-30cm
- M – długość 25-35cm
- L – długość 30-40cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza**

**Pytanie 89**

Pakiet 22, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z przeziernym uchwytem o lekkim, niebieskim zabarwieniu, końcówka w rozmiarze CH21, dren 210cm? Elementy zestawu niepołączone w opakowaniu.

**Odpowiedź: nie dopuszcza**

**Pytanie 90**

Pakiet 22, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez zacisku, z mieszkiem 25ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 91**

Pakiet 22, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw wyłącznie z mieszkiem 400ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 92**

Pakiet 22, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści mieszki wyłącznie o pojemności 400ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 93**

Pakiet 45, Pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby okulary posiadały badania na przenikanie fal świetlnych?

**Odpowiedź: Nie, nie odstąpi.**

**Pytanie 94**

Pakiet 45, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okulary w rozmiarach: 20-28cm, szer.60mm; 24-34cm, szer.65mm; 30-40cm, szer.67mm?

**Odpowiedź: Nie, nie dopuszcza**

**Pytanie 95**

dotyczy Pakietu 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów dobowych do higieny jamy ustnej - co 4 godziny składających się z:

- 2 opakowań zawierających szczoteczkę do zębów ze złączem do linii odsysającej oraz portem kciukowym umożliwiającym regulację siły odsysania (trzonek szczoteczki i włosie wykonane z jednego odlewu co eliminuje ryzyko wypadania włosa i aspiracji do dróg oddechowych pacjenta), saszetkę z 0,12% roztworem chlorheksydyny, aplikator do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, oraz kieliszek do dozowania płynu.
- 4 opakowań zawierających aplikator czyszcząco-ssący, ze złączem do linii odsysającej oraz portem kciukowym umożliwiającym regulację siły odsysania (głównka aplikatora zbudowana z miękkich silikonowych płytek umożliwia delikatne czyszczenie z równoczesnym odsysaniem zębów, dziąseł, języka i podniebienia, a jej unikatowa konstrukcja ułatwia nanoszenie roztworów antybakteryjnych stosowanych do higieny jamy ustnej), saszetkę z antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny, aplikator do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, oraz kieliszek do dozowania płynu.
- Zestaw z możliwością powieszenia na plastikowej, dołączonej do zestawu zawieszce oraz sugerowaną kolejnością stosowania.
- Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie 96**

dotyczy Pakietu 45 – okulary

Pytanie 1: Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony Zamawiający wymaga okularów wykonane z opatentowanego materiału, z dodatkową ochroną na oczy ale przepuszczającego promienie lecznicze, wykonane z jednej części materiału, z uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Okulary przeznaczone do stosowania u skrajnych wcześniaków i noworodków z wrażliwą i delikatną skórą. Umożliwiające skuteczne umiejscowienie oraz całkowite bezbolesne odklejenie. Dostępne rozmiary: Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy, Wcześniaki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy. Oznaczenia rozmiarów (naklejki identyfikacyjne) na indywidualnym opakowaniu (nie na okularach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 97**

dotyczy Pakietu 45 – okulary

Czy Zamawiający wymaga aby okulary do fototerapii posiadały dodatkową ochronę oczu na poziomie 99,9 % potwierdzoną niezależnymi badaniami?



**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 98**

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 29 poz. 9 Czy Zamawiająco dopuści do zaoferowania ostrze równoważne bez ssania dystalnego?

Producent wycofał ze swojej oferty ostrza z możliwością dystalnego ssania.

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie 99**

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 29 poz. 13 Czy Zamawiająco dopuści do zaoferowania ostrze równoważne bez ssania dystalnego?

Producent wycofał ze swojej oferty ostrza z możliwością dystalnego ssania.

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie 100**

Pakiet 34, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową uniwersalną o powierzchni aktywnej 105cm<sup>2</sup> bez kabla, z wyprowadzeniem na klips, z etykietami wklejanymi do dokumentacji medycznej, kompatybilna do diatermii ICC350?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ**

**Pytanie 101**

Pakiet 34, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści pincetę bipolarną izolowaną bagnetową tępą dł 195 mm kompatybilne do ERBE 350?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 102**

Pakiet 34, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę igłową prostą trzpień śr. 4 mm dł. Igły 22 mm śr. igły 0,7 mm?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 103**

Pakiet 54, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nóż prosty, 25 x3,3mm, uchwyt 4mm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**

**Pytanie 104**

Pakiet 64 - Dostawa staplerów chirurgicznych

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem 60 mm przeznaczony do tkanki cienkiej 1,5mm po zamknięciu i grubej 2 mm po zamknięciu?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 105**

Pakiet 64 - Dostawa staplerów chirurgicznych

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem 80 mm przeznaczony do tkanki cienkiej 1,5mm po zamknięciu i grubej 2 mm po zamknięciu?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 106**

Pakiet 64 - Dostawa staplerów chirurgicznych

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki kompatybilne ze staplerami opisanymi w pytaniach do poz. 1 i 2?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 107**

Pakiet 47

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie mankietów o następujących wymiarach: długość 69 cm, szerokość 15,5cm, reszta bez zmian.

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 108**

Pakiet 47

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie mankietów o następujących wymiarach: długość 65 cm, szerokość 17,5cm, rozmiar 34-47, reszta bez zmian.

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 109**

Pakiet 47

poz. 3 Prosimy o dopuszczenie mankietów rozmiar 6-11cm, reszta bez zmian.

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 110**

Pakiet 47

poz. 3 Prosimy o wskazanie rodzaju wymaganego konektora: zdj. 1 motylek, zdj. 2 luer



**Odpowiedź: motylek**

**Pytanie 111**

Pakiet 48

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie mankietów o długości 21 cm, reszta bez zmian.

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 112**

Pakiet 48

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie mankietów o długości 29 cm i szerokości 8,8cm, reszta bez zmian

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 113**

Pakiet 48

poz. 3 Prosimy o dopuszczenie mankietów o następujących wymiarach: długość 39 cm, szerokość 11,5cm, rozmiar 18-26, reszta bez zmian.

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 114**

Pakiet 48

poz. 4 Prosimy o dopuszczenie mankietów o następujących wymiarach: długość 39,5 cm, szerokość 11,5cm, rozmiar 21-27, reszta bez zmian.

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 115**

Pakiet 48

poz. 5 Prosimy o dopuszczenie mankietów o następujących wymiarach: długość 50 cm, szerokość 14,5cm, reszta bez zmian.

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 116**

Pakiet 48

poz. 6 Prosimy o dopuszczenie mankietów o następujących wymiarach: długość 56 cm, szerokość 15,5cm, reszta bez zmian.

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 117**

Pakiet 48

poz. 7 Prosimy o dopuszczenie mankietów o następujących wymiarach: długość 65 cm, szerokość 17,5cm, rozmiar 34-47, reszta bez zmian.

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 118**

Pakiet 48

poz. 8 Prosimy o dopuszczenie mankietów o następujących wymiarach: długość 69 cm, szerokość 15,5cm, rozmiar 25-35, reszta bez zmian.

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 119**

Pakiet 48

poz. 9 Prosimy o dopuszczenie mankietów o następujących wymiarach: długość 78 cm, szerokość 22cm, reszta bez zmian.

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 120**

Pakiet 49

Prosimy o podanie technologii, w której pracuje moduł SpO2 (Nellcor/ Oximax/ Masimo).

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie czujników z przewodem o długości 0,9m.

**Odpowiedź: tak dopuszcza, ale pozostałe parametry b/z**

**Pytanie 121**

Pakiet 49

Prosimy o podanie technologii, w której pracuje moduł SpO2 (Nellcor/ Oximax/ Masimo).  
poz. 2 Prosimy o dopuszczenie przewodu przedłużającego o długości 2,5m

**Odpowiedź: tak dopuszcza ale pozostałe parametry b/z**

#### **Pytanie 122**

Pakiet 49

Prosimy o podanie technologii, w której pracuje moduł SpO2 (Nellcor/ Oximax/ Masimo).  
poz. 3 Czy Zamawiający ma na myśli czujnik z przewodem 3m, który ma być dodatkowo podłączony do przewodu przedłużającego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 123**

Pakiet 49

Prosimy o podanie technologii, w której pracuje moduł SpO2 (Nellcor/ Oximax/ Masimo).  
poz.3 Prosimy o dopuszczenie czujników typu Y oraz czujników z gumką na palec dla dzieci do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 124**

Pakiet 49

Prosimy o podanie technologii, w której pracuje moduł SpO2 (Nellcor/ Oximax/ Masimo).  
poz. 4 Czy Zamawiający ma na myśli czujnik z długim przewodem, który ma być dodatkowo podłączony do przewodu przedłużającego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 125**

Pakiet 49

Prosimy o podanie technologii, w której pracuje moduł SpO2 (Nellcor/ Oximax/ Masimo).  
poz. 4 Prosimy o dopuszczenie długości przewodu czujnik 3m.

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

#### **Pytanie 126**

Pakiet 49

Prosimy o podanie technologii, w której pracuje moduł SpO2 (Nellcor/ Oximax/ Masimo).  
poz. 4 Prosimy o dopuszczenie czujnika z klipsem na ucho dla dorosłych.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 127**

Pakiet 40, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści kabel o dł. 0,9 m?

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

#### **Pytanie 128**

Pakiet 40, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów 3-20 kg (zakres ten pokrywa de facto wymagany obecnie przez Zamawiającego zakres 4-15 kg) i o długości 1,1 m lub 3 m?

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

#### **Pytanie 129**

Pakiet 40, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów 10-50 kg (zakres ten pokrywa de facto wymagany obecnie przez Zamawiającego zakres 15-50 kg) i o długości 1,1 m lub 3 m?

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 130**

Pakiet 40, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów 0-3 kg i o długości 1,1 m lub 3 m?

**Odpowiedź: tak dopuszcza**

**Pytanie 131**

Pakiet 47, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści mankiet o wymiarach 6-11 cm?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie 132**

Pakiet 49, poz. 3: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli, że wymaga czujników o długości kabla 150 cm lub 300 cm? Nie istnieje możliwość zaoferowania czujników z kablem, który miałby jednocześnie 150 cm i 300 cm.

**Odpowiedź: zamawiane są według potrzeb pacjenta 150 cm lub 300 cm**

**Pytanie 133**

Pakiet 49, poz. 4: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli czujniki typu klips na ucho dla dorosłych, wyposażone w dodatkową silikonową zawieszkę? Według naszej wiedzy nie istnieją czujniki typu "silikonowy klips na ucho" ani czujniki na ucho, które byłyby przeznaczone do stosowania u niemowląt i dzieci. Czy Zamawiający dopuści czujniki o długości 1,1 m lub 3 m?

**Odpowiedź: tak wyraża zgodę na ;sylikonowy czujniki typu klips na ucho i długość kabla 3 m**

**Pytanie 134**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 13

Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny o pojemności 200ml, średnica 65mm, długość 185mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem. Długość przewodnika 70mm, wypychacz do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 135**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 13

Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny o pojemności 400ml, średnica 87mm, długość 200mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem. Długość przewodnika 223mm, wypychacz do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 136**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 13

Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny o pojemności 800ml, średnica 97mm, długość 70mm, wypychacz z uchwytem na dwa palce, do trokara 10, ściągacz z pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 137**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 13

Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny o pojemności 1200ml, średnica 130mm, długość 70mm, wypychacz z uchwytem na dwa palce, do trokara 10, ściągacz z pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 138**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 13 Jednorazowa igła Veresa z kranikiem do insuflacji i wskaźnikiem optycznym informującym o położeniu igły, dł.12cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 139**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 13 Jednorazowa igła Veresa z kranikiem do insuflacji i wskaźnikiem optycznym informującym o położeniu igły, dł.15cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 140**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 67 Trokary jednorazowe (zestaw 3 x 5 mm): 2 kaniule, 1 trzpień, bezostrzowego, optycznego trokara 5 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiającym wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, długość kaniuli 150mm 100 mm, 75 mm, 3 szt. w op.

**Odpowiedź: nie**

**W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.**

**Pytanie 141**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i wydzieli z pakietu nr 67 1 kaniula, 1 trzpień, bezostrzowego, optycznego trokara 12 mm z zaawansowanym systemem fiksacji z dyskiem retencyjnym oraz balonem fiksacyjnym, umożliwiającym wykonanie insuflacji za pomocą otworu na obturatorze, 3 szt. w op. 1 kaniula, bezostrzowego, optycznego trokara 12 mm

**Odpowiedź: nie**

**W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.**

**Uwaga**

- 1) W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
- 2) Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej [https://platformazakupowa.pl/pn/csk\\_umed](https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed) - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kinga Miśkiewicz