

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 21.04.2023 roku

ZP/p/6/2023

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Dostawa implantów ortopedycznych i naczyniowych oraz jednorazowych wyrobów medycznych dla Pracowni Naczyniowej**”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 2

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w części 1a rozwidlona, dostępna w dwóch z trzech długości: 20, 40 i 60cm wyraża zgodę aby zaoferować protezę o długości 50 cm?

Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w części Ib. PROSTA, dostępna w trzech z czterech długości: 20, 25, 40 i 60 cm wyraża zgodę aby zaoferować protezy o długościach 20, 40 i 70 cm?

Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w części II. Proteza naczyniowa dziana, prosta, pokryta srebrem wyraża zgodę aby zaoferować protezy o długościach 20, 40 i 70 cm?

Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w części IV. Łata naczyniowa wyraża zgodę aby zaoferować łaty o podanej specyfikacji :

Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,4-0,45 mm, przepuszczalność $\leq 5\text{ml/cm}^2/\text{min}$, bez konieczności wstępnego przygotowywania o rozmiarach:

6mm x 75m, 8mm x 75mm, 10mm x 75mm, 12mm x 75mm, 14mm x 75mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: M. Flis

KIEROWNIK
Departamentu Zamówień Publicznych
mgr Michał Flis