



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 17.05.2021 r.

ZP.TP.17.1.2021

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-3ce9c3ff-ae33-11eb-911f-9ad5f74c2a25

dotyczy: postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na zakup i dostawy materiałów opatrunkowych, zestawów do podciśnieniowej terapii leczenia ran, pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych, chusteczek z balsamem.

Znak sprawy ZP-TP/14/21

Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 9 poz. 8 i dopuści:  
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?  
lub  
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?  
**ODP. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania wyżej wymienionych dwóch opcji gazików tym samym nie wydzieli pozycji do osobnej części, podtrzymując zapisy SWZ.**
2. Dotyczy Zadania 1, poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?  
**ODP. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości.**

3. Dotyczy Zadania 1, poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści kompresy o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w gramaturze- 3,36-3,39g?  
**ODP. Zamawiający nie dopuszcza kompresów o gramaturze 3,36-3,39g, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.**
4. Dotyczy Zadania 1, poz. 5  
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby serwety poddane były wstępnemu praniu.  
**ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
5. Dotyczy Zadania 1, poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm, 20 nitkową, 4 warstwową?  
**ODP. Taka serweta jest za mała dlatego Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
6. Dotyczy Zadania 1, poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?  
**ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a'20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.**
7. Dotyczy Zadania 3, poz. 1-3  
Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne które można sterylizować tlenkiem etylenu?  
**ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
8. Dotyczy Zadania 3, poz. 1-6  
Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta o metodzie sterylizacji, zamiast informacji zawartej w karcie danych technicznych?  
**ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
9. Dotyczy Zadania 6, poz. 2-4  
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z przecięciem papieru zabezpieczającego wzdłuż dłuższego boku?  
**ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
10. Dotyczy Zadania 7, poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie pakowany a'6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?  
**ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
11. Dotyczy Zadania 9, poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 60mm x 65mm rozłożone, 30mm x 32,5mm złożone, 2-warstwowe??

**ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza gaziki w rozmiarze 60mm x 65mm rozłożone, 30mm x 32,5mm złożone, 2-warstwowe.**

12. Dotyczy Zad 3. poz. 1,2,3

Zamawiający określił wymóg: "*dołączenia kart danych technicznych, gdzie jest potwierdzona możliwość sterylizacji opasek elastycznych parą wodną, bez utraty ich właściwości sprzed procesu sterylizacji*". Jako producent prosimy o doprecyzowanie, czy poprzez „*utratę właściwości po stylizacji*” Zamawiający rozumie, że opaska po stylizacji nie może żółknąć oraz stracić rozciągliwość?

**ODP. Zamawiający rozumie, że opaska po sterylizacji powinna zachować deklarowaną rozciągliwość oraz nie powinna znacząco zmienić koloru.**

13. Dotyczy Zad 3. poz. 3,4,5

Zamawiający określił wymóg: "*dołączenia kart danych technicznych, gdzie jest potwierdzona możliwość sterylizacji opasek parą wodną, bez utraty ich właściwości sprzed procesu sterylizacji*". Jako producent prosimy o doprecyzowanie czy poprzez „*utratę właściwości po stylizacji*” Zamawiający rozumie, że opaska po stylizacji nie może żółknąć oraz skurczyć się?

**ODP. Dla pozycji 4,5,6 w części 3 Zamawiający stawia wymóg potwierdzenia w karcie danych technicznych możliwości sterylizacji opasek dzianych parą wodną. Dla opasek dzianych nie stawia wymogu o „*utratę właściwości po stylizacji*” – pisownia oryginalna. Ale skoro Wykonawca dopytuje, to jak najbardziej Zamawiający rozumie, że opaska po sterylizacji powinna zachować deklarowany rozmiar (długość) oraz nie powinna znacząco zmienić koloru.**

14. Dotyczy Zad 3. poz. 9

Czy Zamawiający dopuści watę higieniczno-kosmetyczną?

**ODP. Zamawiający ze starannością opisał oczekiwania względem poz. 9 w części 3, dlatego podtrzymuje zapisy SWZ.**

15. Dotyczy Zad 3. poz. 9

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą?

**ODP. Zamawiający ze starannością opisał oczekiwania względem poz. 9 w części 3, dlatego podtrzymuje zapisy SWZ.**

16. Dotyczy Zad 3. poz. 9

Czy Zamawiający dopuści watę pakowaną a500 g z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

**ODP. Zamawiający ze starannością opisał oczekiwania względem poz. 9 w części 3, dlatego podtrzymuje zapisy SWZ.**

17. Dotyczy Zad 6. poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści opatrunki jałowe na przylepcu z przecięciem wzdłuż dłuższego boku?

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza opatrunków z nacięciem papieru ochronnego wzdłuż dłuższego boku i podtrzymuje zapisy SWZ.**

18. Dotyczy Zad 12. poz. 5

Na rynku pojawiły się pieluszki dla dzieci, których dystrybutor twierdzi że posiadają "specjalne miejsce na kikut". To nieprecyzyjne określenie nie oznacza, że oferowane pieluszki posiadają wycięcie na kikut pępowinowy. Czy Zamawiający zgodnie z siwz wymaga wycięcia na kikut pępowinowy, dzięki któremu kikut nie jest osłonięty pieluszką i dzięki dostępowi powietrza bezpiecznie i szybko goi się?

**ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, w których wymaga wycięcia na kikut pępowinowy, dzięki któremu kikut nie jest osłonięty pieluszką.**

19. Dotyczy Zad 12. poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania chusteczek, które posiadają świadectwo jakości PZH, dołączone do oferty?

**ODP. Zamawiający oczekuje zaoferowania chusteczek, posiadających świadectwo jakości PZH, które Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego.**

20. Dotyczy Pakietu 1 Poz. nr 2,3– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejalowych kl. I reg. 4? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

**ODP. Zamawiający nie dopuszcza kompresów gazowych innych niż klasa Ila reguła 7.**

21. Dotyczy Pakietu 6 Poz. nr 6– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra opatrunkowego na włókninie spełniającego wymagania SWZ, jednakże o długości 5m, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym?

**ODP. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.**

22. Dotyczy Pakietu 7 Poz. nr 2- czy Zamawiający wymaga, aby plastry jałowe pod wenflon miały dodatkowy element wchłaniający w rozmiarze min. 2,5 x 2 cm?

**ODP. Zamawiający nie stawia wymogu co do rozmiaru elementu wchłaniającego. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza dodatkowy element wchłaniający w rozmiarze min. 2,5 x 2 cm.**

23. Dotyczy Pakietu 7 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści plastry jałowe pod wenflon w opakowaniach a' 50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym?

**ODP. Zamawiający dopuszcza plastry jałowe pod wenflon w opakowaniach a' 50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym.**

24. Dotyczy Pakietu 7 Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przezroczystego przylepca jałowego z wycięciem na port, zgodnego z SIWZ, jednakże wzmocnionego na brzegach włókniną?

**ODP. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przezroczystego przylepca jałowego z wycięciem na port, wzmocnionego na brzegach włókniną, pozostałe parametry zgodnie z SWZ**

25. Dotyczy Część 4, poz. 1. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania dzianych rękawów opatrunkowych elastycznych. długość 25 m w stanie rozciągniętym, rozmiar odpowiedni na dużą kończynę, nogę i głowę dziecka. Szerokość stan nierozciągnięty 3,8 cm -4,6 cm, szerokość stan rozciągnięty 55 cm -75 cm.

**ODP. Zamawiający dopuszcza dziane rękawy opatrunkowe w takim rozmiarze.**

26. Dotyczy Część 4, poz. 2. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania dzianych rękawów opatrunkowych elastycznych. długość 25 m w stanie rozciągniętym, rozmiar odpowiedni na tułów, dużą głowę, mały tułów. Szerokość stan nierozciągnięty 6,5 cm -7,5 cm, szerokość stan rozciągnięty 90 cm -120 cm.

**ODP. Zamawiający dopuszcza dziane rękawy opatrunkowe w takim rozmiarze.**

#### **Pytania do wzoru umowy:**

1. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:

"Ustępy 1 i 6 paragrafu 7 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustępu 7 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% kwoty z faktury za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w płatności".

**ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Jednocześnie §3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1145 ze zm.) – dalej K.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego. Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji dalszych dostaw, chyba że opóźnienie płatności przekroczyło 60 dni.**

2. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**ODP. Tak, zgodnie z §4 ust. 6 i ust. 7 projektu umowy.**

3. Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw do godz. 15.00 (§2 ust. 3 pkt. 1)?

**ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

4. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w § 7 ust. 1 pkt 1) wynosiła 0,5% wartości brutto wyrobów niedostarczonych w terminie?

**ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy wykreślić zdanie: „(...) przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąży Wykonawcę (w tym kosztami transportu)”?

Uzasadnione jest aby w przypadku zakupu towaru u innego dostawcy kara umowna nie była już naliczana. W takim przypadku zamówienie należy uznać za zrealizowane. Dalsze naliczanie kar umownych w przypadku zrealizowanego zamówienia nie jest zasadne i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w 16 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

**ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

6. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 6 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: *„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”*

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy

**ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

7. Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:

*„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiążanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej."

**ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

8. W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 7 wzoru umowy proponowanego zapisu:

*„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.*

**ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**