



Znak: AE/ZP-27-21/19

Tarnów, 2019-05-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, lat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 2.** Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika jednorazowego do pulsoksymetrów Nellcor N-595, bezklejowe mocowanie – opaska na stopę/rękę, dla noworodków o wadze poniżej 3kg?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 3.** Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w Pakiecie 19 wydzieli pozycje: 3 i utworzy z nich osobny pakiet/zadanie.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepłą, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm i 14 Fr i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu 40 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permethane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu,



nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

7. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu 40 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 53 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na głowicę USG o wymiarach 15 cm x 122 cm w zestawie ze sterylnym żelom do USG oraz sterylną serwetą. Pozostałe parametry bez zmian.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający w pozycji 4 w związku z wycofaniem z produkcji filtrów z przedłużkami 10 cm przed i 5 cm za filtrem wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów z liniami około 3 cm po obu stronach? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1.** Czy w Pakiecie Nr 16 „System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet”, Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach: Uniwersalna taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępem przezczasłonowego jak i nadłonowego,
  - taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego,
  - środek taśmy z kolorowym znacznikiem,
  - atraumatyczne brzegi środka taśmy na długości 60 mm wygładzone termicznie,
  - długość taśmy 450 mm,
  - gramatura taśmy 95g/m<sup>2</sup>,
  - taśma w osłonce ułatwiającej implantację,
  - taśma przystosowana do użycia z przewodnikami wielorazowymi do dostępu przezczasłonowego lub nadłonowego ?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1.** Czy w Pakiecie Nr 17 „Systemy siatkowe leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy”, Zamawiający dopuści produkty o następujących parametrach: Pozycja nr 1: System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z:
  - siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym,
  - gramatura siatki 21g/m<sup>2</sup> (+/- 2g/ m<sup>2</sup>),
  - porowatość siatki ok. 93% (+/- 3%),
  - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do wiązań krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych,
  - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy,
  - siatka w komplecie z 6 szwami niewchłaniającymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji,
  - rozmiar siatki standard?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2.** Czy w Pakiecie Nr 17 „Systemy siatkowe leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy”, Zamawiający dopuści produkty o następujących parametrach: Pozycja nr 2: System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z: siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym,
  - gramatura siatki 21g/m<sup>2</sup> (+/- 2g/ m<sup>2</sup>),
  - porowatość siatki ok. 93% (+/- 3%),
  - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do wiązań krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych,
  - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy,
  - siatka w komplecie z 4 szwami niewchłaniającymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji,
  - rozmiar siatki standard ?



13. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 6 i 10.** Czy Prosimy o wskazanie czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje papieru oryginalnego czy dopuszcza papier kompatybilny.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 11.** Prosimy o zweryfikowanie opisu przedmiotu zamówienia. Papier do KTG Oxford SFR 618 B ma rozmiar 112mmx100mmx150 kartek. Prosimy o dopuszczenie wskazanego przez nas papieru.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1-3.** Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 szt. elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku
16. **Dotyczy pkt XVI.8 SIWZ.** Prosimy o zmianę ogólnych warunków umowy w pkt 7 poprzez wprowadzenie zapisu, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmieni się odpowiednio kwota brutto umowy, tj. zostanie odpowiednio obniżona lub odpowiednio podwyższona proporcjonalnie do zmiany
17. **Dotyczy pkt XVI.13 SIWZ.** Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
18. **Dotyczy pkt XVI.18 SIWZ.** Prosimy o wykreślenie pkt 18 zawartego w rozdz. XV SIWZ z umowy
19. **Dotyczy pkt XVI.20 SIWZ.** W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
20. **Dotyczy pkt XVI SIWZ.** Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania: Cewnik dwuświatłowy do krótkiej dializy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu; kanały cewnika o przekroju D, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką, skalowanie cewnika co 1cm, cewnik i końcówka widoczna w RTG. grubość: 14r, oraz długości : 15/17/20 cm. Skład zestawu: \*cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika zakończone luer lock, nadruk grubości cewnika na rozgałęźniku, \* , \*igła 18g x 7cm z portem bocznym / zastawka , \*prowadnik nitinolowy o długości 70cm typu J odporny na zaginanie , \* 2 rozszerzadła, \*2 skrzydełka mocujące w formie zapinanego klipsu, \*2 koreczki \* strzykawka 5ml, \* skalpel 11, \*2 opatrunki w formie plastra \*naklejka identyfikacyjna pacjenta, Cewniki dostępne w wersji: prosty, zagięty, zagięte ramiona. Zestaw pakowany sterylnie w pełna charakterystyka/parametrów umieszczoną na opakowaniu?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania: Cewnik permanentny do dializ wykonany z biokompatybilnego carbothanu, o konstrukcji kanałów w kształcie podwójnego „D” z miękką atraumatyczną końcówką zakończoną „schodkowo” w rozmiarach : 14Fr . Długości do mufki : 19cm, 23cm, 27cm, 31cm. Skład zestawu: \*cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika i grubości cewnika na rozgałęźniku , \*igła 18g x 7cm z bocznym portem /zastawka, \*prowadnik nitinolowy o średnicy 0,035" , długości 70cm typu J, odporny na zaginanie, \* 3 rozszerzadła: 12Fr , 14FR w tym jedno 16Fr z koszulką rozrywalną i zastawką hemostatyczną, \*tunelizator, \*strzykawka 10ml, \*skalpel 11, \*2 nakrętki/ koreczki, \*skrzydełka do przysycia cewnika oraz dodatkowo plaster z rzepem do bezszwowego zamocowania cewnika, \* 2 opatrunki w formie plastra ,\*naklejka identyfikacyjna pacjenta. Cewniki dostępne w wersji prostej i zagiętej. Zestawy pakowane sterylnie z pełną charakterystyką składu zestawu na opakowaniu?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2 i 3.** Prosimy o wydzielenie poz. 2 i 3 do osobnego Pakietu.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1 i 2.** Prosimy o wydzielenie poz. 2 i 3 do osobnego pakietu
25. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów w przedziale wagowym od 1 do 20 kg
26. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze <3kg i >30kg.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 19 poz. 2** czujników do pulsoksymetrów opisanych w pytaniu.





- Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 3 z Pakietu Nr 19 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu.
- Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 39 poz. 1 również cewników opisanych w pytaniu.
- Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 poz. 1 również cewników opisanych w pytaniu.
- Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 1 z Pakietu Nr 40 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu.
- Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 poz. 2 również cewników opisanych w pytaniu.
- Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 2 z Pakietu Nr 40 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu.
- Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 53 poz. 1 również opisanego w pytaniu zestawu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 4 również opisanego w pytaniu filtra, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz. 1 taśmy do leczenia wysilkowego nietrzymania moczu u kobiet opisanej w pytaniu.
- Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 1 systemu do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy opisanego w pytaniu.
- Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 2 systemu do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy opisanego w pytaniu.
- Ad. 13 Zamawiający oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 21 poz. 6 i 10 papierów spełniających wymagania określone w SIWZ.
- Ad. 14 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 21 (a nie jak podał Wykonawca Nr 23) poz. 11 papieru kompatybilnego z aparatem KTG Oxford SRF 618B5, w związku z czym dopuszcza zaoferowanie papieru o rozmiarze 112mmx100mmx150 kartek.
- Ad. 15 Zamawiający nie musi dopuszczać podania w Formularzu Cenowym ceny jednostkowej dla opakowania, ponieważ wymaga podania wielkości opakowania i ceny jednostkowej za opakowanie.
- Ad. 16 – 18, 20 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ogólnych warunkach umowy pkt XVI SIWZ.
- Ad. 19 Ze względu na specyfikę działalności, Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć ile razy w ciągu trwania umowy będzie składał zamówienia ponieważ uzależnione to jest od liczby chorych wymagających danego sprzętu, jak również od rodzaju sprzętu będącego przedmiotem umowy (np. czy występuje w różnych rozmiarach).
- Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 poz. 1 również cewników opisanych w pytaniu.
- Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 poz. 2 cewników opisanych w pytaniu.
- Ad. 23 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 2 i 3 z Pakietu Nr 14 i utworzenie z nich osobnego pakietu.
- Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 2 i 3 z Pakietu Nr 19 i utworzenie z nich osobnego pakietu.
- Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 poz. 1 czujników do pulsoksymetrów przeznaczonych dla pacjentów w przedziale wagowym od 1 do 20 kg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 poz. 2 czujników do pulsoksymetrów przeznaczonych dla pacjentów o wadze <3kg i >30kg.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*