



Opole, dnia 13.03.2024 r.

znak: ZP.261.102.2024

Dotyczy: Zakup wraz z dostawą i montażem myjni – dezynfektora obuwia – 1 szt.

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

Pytanie 1. pkt. 4. OPZ: Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej wskazując wysokość drzwi na 420 mm podczas, gdy wymiar wózka wsadowego Zamawiający opisał na 500 mm? W takiej konfiguracji niemożliwym będzie wsunięcie wózka wsadowego do myjni. Zwracam się o odstąpienie od wymagań w tym punkcie lub o dopuszczenie wyższych, ergonomicznych drzwi adekwatnych do wymiarów wózka wsadowego tj. o maksymalnej wysokości 540 mm.

Odp. Zamawiający potwierdza wysokość wsadu drzwi 420mm oraz wymiary kosza 500 x 500mm(dł/gł).

Pytanie 2. pkt. 8 OPZ: Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej wskazując zużycie wody na 2,6 l zamiast 12,6 l na fazę? Uzasadnienie: Przy wskazanej przez Zamawiającego w pkt. 13 wielkości wózka wsadowego objętość komory to ok. 150 - 170 litrów. Dla takiej objętości komory wszyscy wiodący producenci myjni przewidują zużycie wody na poziomie nie większym niż 12 litrów na jedno napełnienie komory.

Odp. Zamawiający doprecyzowuje maksymalne zużycie wody 2,6 l na cykl krótki i normalny i dokonuje zmiany w pkt. 8 OPZ.

Pytanie 3. pkt. 8: Zwracam się o doprecyzowanie parametru zużycia wody.

Odp. Zamawiający doprecyzowuje maksymalne zużycie wody 2,6 l na cykl krótki i normalny oraz 11 litrów na cykl intensywny.

Pytanie 4. pkt. 9: Czy wyznaczony parametr stanowi wartość maksymalną przewidzianą przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.



Pytanie 5. pkt. 10: Czy wyznaczony parametr stanowi wartość maksymalną przewidzianą przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6. pkt. 11: Czy wyznaczony parametr stanowi wartość maksymalną przewidzianą przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7. pkt. 14: Czy wyznaczony parametr stanowi wartość minimalną przewidzianą przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8. pkt. 22: Czy Zamawiający zezwoli na głębokość myjni 630 mm? Uzasadnienie: Jest to standardowy wymiar dla tego typu urządzeń wynikający z ich konstrukcji.

Odp. Zamawiający dopuszcza gł. 630mm i modyfikuje opis w pkt. 22.