



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Bytom, dnia 06.03.2023 r.

DZP – 11/2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup doposażenia w ramach eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

### **Pytanie nr 1 - Załącznik nr 2d – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada wysięgnik ręki do podciągania z możliwością ustawienia tylko w jednej pozycji pod kątem 45<sup>0</sup> do środka łóżka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytania nr 2 - Pakiet nr 5 – Lampa zabiegowa bezcieniowa pkt. 3, 7 i pkt.9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy zabiegowej z 6-cioma diodami LED, za to z lepszym niż wymaganym natężeniem światła w odległości 1 m: 70.000 lux.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pytanie nr 3 - Pakiet nr 5 – Lampa zabiegowa bezcieniowa pkt. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy zabiegowej z dużym zakresem ruchowym (kątem obrotu wynoszący nawet 1,5 m i zapewniający maksymalną elastyczność), jak na poniższym zdjęciu

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 4 - Pakiet nr 5 – Lampa zabiegowa bezcieniowa pkt. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy zabiegowej o temperaturze barwowej 4350K. Różnica 50 K jest niezauważalna.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 5 - Pakiet nr 5 – Lampa zabiegowa bezcieniowa pkt. 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy zabiegowej o poborze mocy 28W.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 6**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 28.04.

**Odpowiedź:** Zgodnie z pkt. VI SWZ – Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ

**Pytanie nr 7 - Pakiet nr 5**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 2e współczynnik odwzorowania barw Ra: 98?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 8 - Pakiet nr 5**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 2e regulację natężenia oświetlenia w zakresie 20%-100%

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 9 - Pakiet nr 5**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 2e pobór mocy 24 W?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

#### **Pytanie nr 10 - Pakiet nr 5**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w załączniku nr 2e wagę +/-38,1?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

#### **Pytanie nr 11- Pakiet nr 5**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptują dostawę towaru w załączniku nr 2e za pośrednictwem firmy kurierskiej bez rozmieszczenia, montażu, instalacji oraz szkolenia? Warto zauważyć, że lampy zabiegowe nie są urządzeniami skomplikowanymi w obsłudze i wykwalifikowany personel szpitala nie wymaga dodatkowych szkoleń w zakresie ich obsługi. Na podstawie dostarczonych instrukcji obsługi, wykwalifikowany personel medyczny jest w stanie samodzielnie zamontować, sprawdzić i użytkować urządzenia. Ponadto usługa montażu sprzętu i przeszkolenia pracowników znacznie zwiększy cenę jednostkową sprzętu.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

#### **Pytanie nr 12- Pakiet nr 5**

Proszę o uszczegółowienie zapisu w umowie „naprawy gwarancyjne” w zakresie załącznika nr 2e. Takie określenie jest zbyt ogólne i może zawierać szeroki i nieprzewidywalny zakres zadań, co nie pozwala Wykonawcy na prawidłowe i korzystne dla obu stron skalkulowanie kosztów wykonania zadania.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy naprawy urządzeń obejmują uszkodzenia, które nie wystąpiły z winy użytkownika oraz prosimy o wyjaśnienie czy naprawy mają obejmować uszkodzenia mechaniczne?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. Równocześnie Zamawiający wyjaśnia, że naprawy gwarancyjne nie obejmują wad wynikłych z winy użytkownika, m.in. uszkodzenia mechaniczne (np. uszkodzenie obudowy w wyniku niewłaściwego użytkowania), jednakże uszkodzenia mechaniczne nie spowodowane winą użytkownika podlegają naprawom gwarancyjnym (np. uszkodzenia kół jezdnych związane z normalnym użytkowaniem, przepalenie obudowy lub zwierciadła w wyniku przepięcia itp.)

#### **Pytanie nr 13- Pakiet nr 5**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w załączniku nr 2e odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów technicznych. Rezygnacja z wymogu przeglądów, serwisu oraz konserwacji wpłynie korzystnie na wartość oferty. Producenci urządzeń opisanych w w/w pakiecie nie wymagają serwisów, konserwacji i przeglądów wykonywanych przez dystrybutora. Zalecają jedynie kontrole przez użytkownika sprzętu. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

#### **Pytanie nr 14 - Pakiet nr 5**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w załączniku nr 2e zaakceptują dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bez obecności Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz sprawdzenia poprawności działania przez Wykonawcę dostarczonego

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo  
Śląskie**

towaru? Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

#### **Pytanie nr 15 - Pakiet nr 5**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy - nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego - w załączniku nr 2e do 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia o awarii oraz o możliwość wykonywania tych czynności w serwisie Wykonawcy. Koszty transportu urządzenia, który wymaga usunięcia usterki i awarii nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego w obydwie strony pokrywałby Wykonawca.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

#### **Pytanie nr 16 - Pakiet nr 5**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy dot. załącznika nr 2e. Takie wymaganie w praktyce oznacza, że Wykonawca zamiast jednego urządzenia powinien zakupić dwa urządzenia. Ponadto posiadanie na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy, powoduje uwzględnienie jego kosztów w cenie oferty. Rezygnacja z zapisów dot. wymiany dostarczenia lampy zastępczej pozwoli Wykonawcy przedstawić ofertę korzystniejszą pod względem finansowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1) zmienia się treść pkt. 1 w części XVII SWZ - **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**, który otrzymuje brzmienie:

*„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 07.04.2023 r.”*

2) zmienia się treść pkt. 1 w części XVIII SWZ - **SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**, który otrzymuje brzmienie:

*„Ofertę należy złożyć poprzez Paltformę do dnia 09.03.2023 r. do godziny 09:00.”*

3) zmienia się treść pkt. 3 w części XVIII SWZ - **SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**, który otrzymuje brzmienie:

*„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2023 r. o godzinie 09:05”.*

Podpisał:  
DYREKTOR  
Wojciech Michalik

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie