



Znak: AE/ZP-27-46/20

Tarnów, 2020-08-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostaw: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapturowego, ładunków do staplerów, trokarów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w Pozycji 1 dopuści również zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, asortyment o następujących parametrach endostapler uniwersalne, tnąco-zamykające, jednorazowego użytku, co najmniej dwie długości ramienia (rękojeści) mieszczące się w przedziale 16-34 cm, z dwoma dźwigniami (zamykającą, spustową), z zagięciem kątowym co najmniej 45o w obie strony, długość linii zszywek 60 mm, sterylne wraz z dostarczaniem kompatybilnym jednorazowym trokarem 12mm, pozwalającym na stosowanie narzędzi w przedziale średnicy 4,7-12,7 mm bez ryzyka utraty odmy, w tym staplerów o tzw. trzonie „oversize” 12mm?
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w Pozycji 2 dopuści również zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, asortyment o następujących parametrach ładunki do endostaplerów z poz. 1, sterylne, o długości 60 mm, przed zamknięciem wysokość zszywek 2,5mm, 3,5mm, 3,8mm lub 4,1mm?
- Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający w Pakiecie 9 w Pozycji 1 dopuści również zaoferowanie, oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, asortyment o następujących parametrach jednorazowe trokary 12-13 mm z przezroczystą kaniulą z uźebrowaniem w postaci odwróconej choinki, i kierunkowym bezpiecznym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V", ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza, dwustopniowy do insuflatora umożliwiający wykonanie insuflacji/desuflacji, z wbudowanym systemem uszczelki pozwalającym na stosowanie bez konieczności użycia redukcji narzędzi w przedziale średnicy 4,7- 12,7 mm bez ryzyka utraty odmy?
- Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych trokary 12-13 mm z karbowaną przezroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Dwustopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie insuflacji i desuflacji. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5/12-13 mm. (narzędzia od 5 do 12-13 mm?)

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** wyrobów opisanych w pytaniu.

**Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** wyrobów opisanych w pytaniu.

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** również trokarów opisanych w pytaniu.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 1 również trokarów opisanych w pytaniu

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora  
mgr Danuta Nosek

