

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski, dnia 03.10.2023 r.

Otrzymują:

- strona prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/799980>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do równowagi kwasowo – zasadowej.

Oznaczenie sprawy: FDZP.226.35.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy zamawiający udostępni miejsce na serwerze wirtualnym wraz z licencją Windows w celu instalacji dedykowanego oprogramowania umożliwiającego komunikację analizatorów z systemem LIS/HIS zgodnie z poniższą specyfikacją?

CPU 4 Cores x64

RAM 8 GB

Free Disk Space 200 GB

Network TCP/IP network card with fixed IP address

Operating System Microsoft® Windows 10 or higher

Note: the operating system must support .NET Framework 4.7.

Odpowiedź: Zamawiający zapewni wyspecyfikowany sprzęt, lecz licencja Windows 10 pozostaje w gestii oferenta.

2. Czy zamawiający umożliwi dostęp do wydzielonego serwera wirtualnego z wykorzystaniem dedykowanego VPNa oraz zdalnego pulpitu lub oprogramowania typu Anydesk czy Teamviewer, w celu instalacji, skonfigurowania oraz serwisowania

dedykowanego oprogramowania Oferenta umożliwiającego komunikację analizatorów z systemem LIS/HIS z wykorzystaniem protokołu HL-7?

Odpowiedź: Tak

3. Prosimy o potwierdzenie czy wykonanie integracji pomiędzy dzierżawionym oprogramowaniem Oferenta a systemem szpitalnym AMMS leży po stronie Zamawiającego, a tym samym Zamawiający wymaga od Oferenta jedynie wykonania integracji między aparatami, a dzierżawionym oprogramowaniem?

Odpowiedź: Pełna integracja po stronie oferenta.