



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 30

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 3121 /2022

Data: 28.07.2022r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 4 Poz. 1-8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający wymaga cewnika ze zmrożoną powierzchnią zapobiegającą przywieraniu rurki do cewnika?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 21 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga wyceny za 4 sztuki elektrod czy za 4 komplety (po 2 sztuki)?  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 4 szt. zestawów (po 2 sztuki w jednym zestawie).**

**PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 26 Poz. 1-8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5 dla pacjentów o wadze odpowiednio: <5 kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, >70 kg?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 28 Poz. 1-7 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania systemu automatycznej regulacji zmiany ciśnienia w mankiecie?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 29 Poz. 1-8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne z niewielką zawartością ftalanów?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 29 Poz. 31 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 3,3, tak jak dotychczas dostarczana?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 29 Poz. 33 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4,7, tak jak dotychczas dostarczana?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 8 – dotyczy Pakietu 29 Poz. 40 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści łącznik ze złączami 15F/22M od strony pacjenta oraz złączem 22F od strony aparatury?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 9 – dotyczy Pakietu 31 Poz. 1-9 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań klinicznych na obniżoną przenikalność dla podtlenu azotu?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 10 – dotyczy Pakietu 31 Poz. 1-9 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na przyrządzie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni Zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 11 – dotyczy Pakietu 31 Poz. 1-9 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści, aby na baloniku kontrolnym widniało oznaczenie rozmiaru, objętość mankietu oraz nr LOT?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 12 – dotyczy Pakietu 31 Poz. 1-9 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści aby na korpusie rurki widniał wyłącznie rozmiar rurki?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 13 – dotyczy Pakietu 31 Poz. 1-9 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurki intubacyjnej w rozmiarach 4,0-9,0  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 14 – dotyczy Pakietu 36 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego filtra o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml • Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 15 – dotyczy Pakietu 41 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z 2 rurami o długości 180cm i 1 rurą o długości 120cm, pozostałe



parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 16 – dotyczy Pakietu 41 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o średnicy wewnętrznej 22mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 17 – dotyczy Pakietu 41 Poz.3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z dołączoną osobno zatyczką?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 18 – dotyczy Pakietu 41 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy bez zatyczki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 19 – dotyczy Pakietu 44 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną z PCV, a balony z lateksu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 20 – dotyczy Pakietu 44 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena z dwoma balonami (przełykowy oraz żołądkowy)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 21 – dotyczy Pakietu 44 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarach 16F, 18F oraz 21F?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 22 – dotyczy Pakietu 51 Poz. 1,2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach: • posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora • posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl • posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI) • posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej • posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu • regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN” • blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180° • posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu • system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów • cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania • cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm • oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym • w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim • system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów • sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu • jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin • pakowany w rękaw papierowo-foliowy • rozmiary: Ch12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych Ch12, 14, 16 o dł. 30 cm – dla rurek tracheostomijnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



**PYTANIE nr 23 – dotyczy Pakietu 51 Poz. 1,2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach: • posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora • dodatkowa, obrotowa złączka 15mm • posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer • posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) • posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej • posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu • regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN” • blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180° • samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta • system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów • cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania • cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm • oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym • w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim • system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania • w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik • sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu • jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin • pakowana folia/papier • rozmiary: Ch 12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych Ch 12, 14, 16 o dł. 33 cm – dla rurek tracheostomijnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 24 – dotyczy Pakietu 51 Poz. 1,2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamkniętego systemu do odsysania z dołączonym osobno systemem drenów Y?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 25 – dotyczy Pakietu nr 52, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do toalety jamy ustnej posiadający saszetkę z żelem do nawilżania, zamiast balsamu do natłuszczenia, tak jak dotychczas dostarczany, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 26 – dotyczy Pakietu 74 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 2m?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 27 – dotyczy Pakietu 74 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania drenu o długości 2m?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 28 – dotyczy Pakietu 74 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści cewnik z częścią nosową wykonaną z miękkiego PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 29 – dotyczy Pakietu 74 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści cewnik do 2 tubusami o długości ok. 8-9cm w odstępie ok. 6mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 30 – dotyczy Pakietu 74 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści cewnik z elastycznym konektorem o średnicy (wew. /zew.) ok. 7 / 11mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**



**PYTANIE nr 31 – dotyczy Pakietu 74 Poz. 4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu o długości 2,1m?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 32 – dotyczy Pakietu 74 Poz. 5 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 33 – dotyczy Pakietu 74 Poz. 5,6,7 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach S, M, L i XL?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 34 – dotyczy Pakietu 97 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie zaokrąglonej rękawicy z żelom myjącym, jednorazowego użytku, wykonana z włókien poliestrowych, o wymiarze 17 cm x 24,5 cm x 0,2cm, gramaturze 170g/m<sup>2</sup> (przednia część – 100g/m<sup>2</sup>, tylna – 70g/m<sup>2</sup>) z instrukcją użytkowania i składem na opakowaniu?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 35 – dotyczy Pakietu 97 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 36 – dotyczy Pakietu 97 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie ściereczki z żelom myjącym, jednorazowego użytku, wykonana z włókien poliestrowych, o wymiarze 12 cm x 20 cm x 0,5cm, gramaturze 100g/m<sup>2</sup> z instrukcją użytkowania i składem na opakowaniu?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 37 – dotyczy Pakietu 97 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 24 sztuki z przeliczeniem ilości?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga..**

**PYTANIE nr 38 – dotyczy Pakietu 108 Poz. 1,2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Prosimy o odstąpienia wymogu zgodności z normą EN 13795:2011ze względu na fakt, iż dotyczy ona materiałów używanych do produkcji ubrań i obłożeń na blok operacyjny.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 39 – dotyczy Pakietu 108 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający o wymiarze 220x110cm?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 40 – dotyczy Pakietu 108 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający o wymiarze 110x110cm?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 41 – dotyczy Pakietu 110 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie: - rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw - 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwie z zastawką jednokierunkową - 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem



węglowym neutralizującym zapach - 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka - zestaw wprowadzający - Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml - Czas stosowania 29dni, potwierdzone badaniami?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 42 – dotyczy Pakietu 110 Poz. 2 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml, skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml, pakowane po 10 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 43 – dotyczy Pakietu 134 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wyposażoną w 6 dysz Venturiego (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 44 – dotyczy Pakietu 134 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie wyłącznie rozmiaru XL?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 45 – dotyczy Pakietu 144 Poz. 1-4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający dopuści łyżki Miller w rozmiarach 00, 0, 1, 2, 3, 4?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 46 – dotyczy Pakietu 144 Poz. 1-4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający dopuści łyżki z oznaczeniem rozmiaru, nr LOT, znakiem CE i symbolem „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) po stronie wprowadzenia światłowodu, natomiast na opakowaniu informacja o producencie, dacie ważności i produkcji, rozmiarze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 47 – dotyczy Pakietu 144 Poz. 1-4 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający dopuści 3-letnią datę ważności?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 48 – dotyczy Pakietu 144 Poz. 5 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z fioletowym ringiem na górze rękojeści?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**

