



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-70/23

Tarnów, 2023-10-10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawę bilirubinometra 1 szt.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy bilirubinometru, za pomocą którego uzyskujemy precyzyjne wyniki pomiarowy już po pierwszym pomiarze, z miejscem pomiaru na małżowinie usznej, z parametrami technicznymi:
Ad 6, 7 Sprawdzenie poprawności kalibracji przy użyciu dołączonych końcówek kalibracyjnych w zestawie.
Ad 9 Minimum 100 pomiarów na jednym ładowaniu akumulatora lub zestawie baterii
Ad 11 Zakres pomiarowy 0-20 mg/dl
Ad 14 Pamięć 40 ostatnich pomiarów
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
2. Czy Zamawiający wymaga urządzenia zapewniającego wiarygodny wynik pomiarowy już po pierwszym pomiarze – brak konieczności wykonywania kilku pomiarów?
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe, z rokiem produkcji 2021? Pełna gwarancja. Takie rozwiązanie wpłynie na zaoferowanie niższej ceny oferty.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 2.

Zamawiający informuje, iż nie wymaga urządzenia zapewniającego wiarygodny wynik pomiarowy już po pierwszym pomiarze. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 3.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosok

*Wojciech
Pisau*

