



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
<https://spzoz-mogilno.pl/>

Nr sprawy 11SMspzoz2023

Mogilno, dnia 18.05.2023 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR III

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 11SMspzoz2023 – Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją na potrzeby oddziału położniczego

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

ZADANIE NR 3 - Kolposkop z torem wizyjnym

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści kolposkop ze światłem LED posiadające jedną, neutralną barwę światła bez złącza światłowodu typ Storz?

Argumentujemy to tym, że neutralne światło jak stosowane w każdym typie tego rodzaju urządzeń i nie wnosi żadnych cech unikatowych do pracy z urządzeniem. Dodatkowo Zamawiający w odpowiedzi na pytanie o wymóg złącza typ Storz wymaga rozwiązania, które określa nazwę własną, typ i markę co jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Ad. 1 TAK, Zamawiający dopuszcza

DOTYCZY ZADANIA NR 7 – Aparat KTG – Kardiotokograf

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby aparat KTG posiadał dwie analizy – przedporodową i na czas pierwszej fazy porodu?

Ad. 2 NIE, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się termin składania i otwarcia ofert na **24.05.2023 r.**, godziny pozostają bez zmian.

Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno
Technicznych
Jarosław Głowacki
/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a