



Szp-241/ZP-002/ 93./2024

Wrocław, dnia 20.02.2024 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**DOSTAWA PROTEZ NACZYNIOWYCH** „

Pytanie nr 1

Czy w pakiecie nr 3 podpunkt 2 Zamawiający dopuści protezy o długości zbrojenia 70 cm (reszta parametrów bez zmian)?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Pytanie nr 2

Pytanie do : Pakiet nr 2 - Protezy antybakteryjne srebrne,

Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści :

Proteza naczyniowa posrebrzana, rozwidlona, podwójnie welurowana, uszczelniana bezaldehydowo wchłaniającą, zmodyfikowaną żelatyną, przepuszczalność cieczy 0 ml/min. - nieprzepuszczalna dla płynów impregnowana jonami srebra. max 3% utrata jonów srebra w skali roku, dziana, nieprzepuszczalna dla płynów, dwustronnie welurowana, doskonała kompatybilność, długoterminowe powstrzymywanie infekcji, redukująca proces adhezji bakterii, wspomaga proces gojenia. Zawartość aktywnego związku srebra od 0,07 – 0,16 mg/cm². Stężenie jonów srebra od min. 0,06 do 0,15 mg/cm²,

Minimalny zakres rozmiarów:

długość użytkowa 40 cm, średnica [mm] 12 x 6, 14 x 7, 16 x 8, 18 x 9, 20 x 10, 22 x 11, 24 x 12

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pozycja nr 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści:

Proteza welurowana posrebrzana, prosta.

Proteza naczyniowa posrebrzana, prosta, podwójnie welurowana, uszczelniana bezaldehydowo wchłaniającą, zmodyfikowaną żelatyną, przepuszczalność cieczy 0 ml/min. - nieprzepuszczalna dla płynów, impregnowana jonami srebra. max 3% utrata jonów srebra w skali roku, dziana, nieprzepuszczalna dla płynów, dwustronnie welurowana, doskonała kompatybilność, długoterminowe powstrzymywanie infekcji, redukująca proces adhezji bakterii, wspomaga proces gojenia. Zawartość aktywnego związku srebra od min. 3,0 - 6,0 mg/cm². Stężenie jonów srebra od min. 0,06 do 0,15 mg/cm²,

Minimalny zakres rozmiarów:

długość użytkowa 15 cm średnica [mm] od 6 – 24 (10 średnic)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

długość użytkowa 30 cm - średnica [mm] od 8 – 24 (7 średnic)
długość użytkowa 40 cm - średnica [mm] od 6 – 12 (5 średnic)
długość użytkowa 60 cm - średnica [mm] 6, 7, 8

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką
- 2) *) za zwłokę w powierzeniu w depozyt wyrobu medycznego w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką
- 3) *) za zwłokę w uzupełnieniu depozytu w wysokości 0,5% wartości brutto nie uzupełnionej partii depozytu, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieuzupełnionej partii depozytu
- 4) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 0,5% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii reklamowanego towaru;
- 6) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Dotyczy projektu umowy - załącznik nr 2 do SWZ

- 1) Czy Zamawiający akceptuje fakturę w formacie pdf?

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje faktury w formacie PDF.

- 2) Czy Zamawiający zgodzi się na 30-dniowy termin płatności faktury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

- 3) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary w § 9 ust. 1 pkt 3 do 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Analis

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

Z-ca Sterownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

