



Sygnatura sprawy: **EZ/504/NT/23**

NTG.037.50.2023

Wrocław 11.08.2023 r.

Dot. **Odpowiedzi na pytania z dnia 10.08.2023 r.** do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „**Dostawy różne- pościel, krzesła biurowe, regały szafy**”.

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

dot. załącznik nr 1 do SWZ – zadanie nr 14 Dostawa parawanów jezdnych

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści parawany jezdne o głębokości 450mm? Wymiar ten jest wystarczający aby zachować odpowiednią stabilność parawanu?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuści parawany jezdne o głębokości 450mm, lecz nie czyni z tego wymogu.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści parawany jedne z konstrukcją z profilu aluminiowego o wymiarach 20x20mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści parawany jedne z konstrukcją z profilu aluminiowego o wymiarach 20x20mm, lecz nie czyni z tego wymogu.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści parawany jezdne z funkcją łączenia elementami ‘dziewczyzna-chłopak’? Proponowane rozwiązanie przedstawione poniżej



Odpowiedź:

Zamawiający dopuści parawany jezdne z funkcją łączenia elementami jak wyżej, lecz nie czyni z tego wymogu.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ekranu odpornego na zapalenie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg odporności na zapalenie.

dot. załącznik nr 1 do SWZ – zadanie nr 15 Dostawa tac na narzędzia chirurgiczne

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści tace na narzędzia chirurgiczne o wymiarach 325x175x40 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści tac na o wymiarach 325x175x40 mm.

