



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-10/20

Tarnów, 2020-02-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę respiratorów stacjonarnych 2 sztuki oraz respiratora stacjonarno-transportowego 1 sztuka.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 - respirator stacjonarno-transportowego 1 sztuka, Załącznik Nr 6.2 pkt.29 - Czy Zamawiający dopuści respirator z szerszym zakresem wyzwalania przepływowego tj. 0,5-15 l/min.?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie respiratora z zakresem wyzwalania przepływowego 0,5-15 l/min.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

