



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

**WYKONAWCY**

Łódź, dnia 21.02.2024 r.

### **Sprawa nr ZP/17/2024**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawy drobnego wyposażenia medycznego dla Oddziałów CKD II na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi"

### **Wyjaśnienia II treści specyfikacji warunków zamówienia**

W związku ze zgłoszonym na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie Nr 1**

Pakiet 17 – Materac zmiennociśnieniowy

1. Czy Zamawiający dopuści pompę o klasyfikacji IP 21?

Uzasadnienie: różnica polega tylko na innym stopniu kąta padania kropli wody:

IP21, IP22 – oprawy, które posiadają zabezpieczenie przed skraplaniem się wody i kroplami:

Pierwsza cyfra (oznacza stopień ochrony przed ciałami stałymi w tym przed pyłem, narzędziami i częściami ciała): 2 - ochrona przed ciałami stałymi o śred. 12,5 mm (ochrona przed dotykiem palcem

Druga cyfra podaje się stopień zabezpieczenia oprawy przed wnikaniem wody: 1 - ochrona przed padającymi pionowo kroplami wody

2 - ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem do 15° względem położenia normalnego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.**

#### **Pytanie Nr 2:**

Pakiet 17 – Materac zmiennociśnieniowy

Czy Zamawiający dopuści pompę bez wskaźnika wizualnego prawidłowego ciśnienia oraz alarmu wizualnego w przypadku spadku ciśnienia z ręczną regulacją ciśnienia w materacu pozwalającą na jego dostosowanie do wagi użytkownika (miętko-twardo, bez skali w kilogramach)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie Nr 3:**

Pakiet 17 – Materac zmiennociśnieniowy

Czy Zamawiający dopuści pompę z regulacją ciśnienia: 10 - 50 mmHg? - pozostałe parametry wymagane dla pompy bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

**Uwaga**

- 1) W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
- 2) Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej [https://platformazakupowa.pl/pn/csk\\_umed](https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed)  
- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kinga Miśkiewicz