



Znak: AE/ZP-27-43/23

Tarnów, 2023-07-14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000EURO) na dostawę: łóżek szpitalnych i opieki długoterminowej, szafek przyłóżkowych, wózków do przewożenia chorych.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 14 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający w pkt. 14 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia dopuści do przetargu łóżko, wyposażone w 4 koła o średnicy 75 mm, z indywidualną blokadą jazdy i obrotu?
2. **Dotyczy pkt 21 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający w pkt. 21 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia dopuści do przetargu łóżko, posiadające wieszak kroplówki z możliwością zamontowania w co najmniej w 2 punktach łóżka od strony głowy, z 4 haczykami z tworzywa, wszystkie pozostałe elementy wieszaka metalowe?
3. **Dotyczy pkt 26 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający w pkt. 26 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia dopuści do przetargu szafkę dwustronną wykonaną z płyty meblowej i CDF Swiss odpornej na uszkodzenia i wilgoć, parametrami technicznymi przewyższający płytę HPL i ABS?
4. **Dotyczy pkt 33 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający w pkt. 33 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia dopuści do przetargu szafkę, której obudowa jest wykonana w kolorze łóżek, a fronty i półki w kolorze jasny popiel?
5. **Dotyczy pkt 11 Załącznika Nr 4.1 dla Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie 385-835mm?
6. **Dotyczy pkt 22 Załącznika Nr 4.1 dla Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające poręcze na całej długości z wolną przestrzenią wynoszącą około 5 mm pomiędzy szczytami a barierką?
7. **Dotyczy pkt 25 Załącznika Nr 4.1 dla Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające wieszak kroplówki z haczykami wykonanymi z tworzywa?
8. **Dotyczy pkt 33 Załącznika Nr 4.1 dla Pakietu Nr 1 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania szafki przyłóżkowej, która nie jest obrotowa.
9. **Dotyczy pkt 33 Załącznika Nr 4.1 dla Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową, której szkielet wykonany jest z blachy?
10. **Dotyczy pkt 39 Załącznika Nr 4.1 dla Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 340x590 mm?
11. **Dotyczy pkt 4 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, którego szczyty nie posiadają maskownicy siłowników?
12. **Dotyczy pkt 11 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie 380-780 mm?
13. **Dotyczy pkt 15 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, które nie posiada krążków odbojowych we wszystkich narożnikach?
14. **Dotyczy pkt 19 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające barierki boczne o wysokości 240 mm?
15. **Dotyczy pkt 26 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową, której szkielet wykonany jest z blachy?
16. **Dotyczy pkt 32 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blat boczny o wymiarach 340x590 mm?
17. **Dotyczy pkt 3 Załącznika Nr 4.3 dla Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek wykonany ze stali węglowej lakierowanej?



18. **Dotyczy pkt 5 Załącznika Nr 4.3 dla Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości 2090 mm?
19. **Dotyczy pkt 5 Załącznika Nr 4.3 dla Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości wraz z zamontowanymi barierkami wynoszącej 750 mm?
20. **Dotyczy pkt 7 Załącznika Nr 4.3 dla Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający tunel na kasetę RTG?
21. **Dotyczy pkt 8 Załącznika Nr 4.3 dla Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach leża 1920x650 mm?
22. **Dotyczy pkt 10 Załącznika Nr 4.3 dla Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający regulację wysokości w zakresie 570-910 mm?
23. **Dotyczy pkt 14 Załącznika Nr 4.3 dla Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający na szczytach uchwyty ze stali nierdzewnej?
24. **Dotyczy pkt 15 Załącznika Nr 4.3 dla Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z hamulcem centralnym sterowanym jedną stalową, chromowaną rurą – obejmą zlokalizowaną nad kołami od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy? Rozwiązanie takie jest niezwykle wygodne dla personelu.
25. **Dotyczy pkt 18 Załącznika Nr 4.3 dla Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia wózka w uchwyt na prześcieradło?
26. **Dotyczy pkt 20 Załącznika Nr 4.3 dla Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z wysokością barierki 338 mm od górnej krawędzi leża?
27. **Dotyczy pkt 21 Załącznika Nr 4.3 dla Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający materac o grubości 5 cm?
28. **Dotyczy pkt IV.1 Formularza Ofertowego.** Prosimy Zamawiającego o określenie terminu płatności dla wystawionej przez Wykonawcę FV za realizację przedmiotu umowy.
29. **Dotyczy pkt 12.11.2 SWZ.** Prosimy Zamawiającego o umożliwienie dołączenia do oferty materiałów informacyjnych dystrybutora. Umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert przez Wykonawców w tym postępowaniu, gdyż nie każdy z Wykonawców jest producentem sprzętu, który oferuje.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** łóżek wyposażonych w 4 koła z indywidualną blokadą jazdy i obrotu, pod warunkiem, że średnica kół wynosi minimum 100 mm, a łóżko spełnia pozostałe wymagania SWZ.

**Ad. 2** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 21 Załącznika Nr 4.2 dla łóżek szpitalnych oferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.**

**Ad. 3** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 26 Załącznika Nr 4.2 dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 2.**

**Ad. 4** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 33 Załącznika Nr 4.2 dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 2.**

**Ad. 5** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** łóżek szpitalnych z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 385-835 mm, pod warunkiem elektrycznej regulacji wysokości minimum w zakresie 430 mm - 760 mm (w odniesieniu od podłogi do górnej krawędzi leża) i spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 6** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 22 Załącznika Nr 4.1 dla łóżek szpitalnych oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 1.**

**Ad. 7** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 25 Załącznika Nr 4.1 dla łóżek szpitalnych oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 1.**

**Ad. 8** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** szafek przyłóżkowych nie posiadających korpusu obrotowego względem podstawy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 9** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 33 Załącznika Nr 4.1 dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 2.**



**Ad. 10** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 39 Załącznika Nr 4.1 dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 2.**

**Ad. 11** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 4 Załącznika Nr 4.2 dla łóżek szpitalnych oferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.**

**Ad. 12** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** łóżek szpitalnych z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 380-780 mm, pod warunkiem elektrycznej regulacji wysokości minimum w zakresie 400 mm - 620 mm (w odniesieniu od podłogi do górnej krawędzi leża) i spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 13** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 15 Załącznika Nr 4.2 dla łóżek szpitalnych oferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.**

**Ad. 14** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 19 Załącznika Nr 4.2 dla łóżek szpitalnych oferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.**

**Ad. 15** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 26 Załącznika Nr 4.2 dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 2.**

**Ad. 16** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 32 Załącznika Nr 4.2 dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 2.**

**Ad. 17** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 3 Załącznika Nr 4.3 dla wózków do przewożenia chorych oferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.**

**Ad. 18** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 5 Załącznika Nr 4.3 dla wózków do przewożenia chorych oferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.**

**Ad. 19** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 5 Załącznika Nr 4.3 dla wózków do przewożenia chorych oferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.**

**Ad. 20** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** wózków do przewożenia chorych, z tunelem na kasetę RTG, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 21** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 8 Załącznika Nr 4.3 dla wózków do przewożenia chorych oferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.**

**Ad. 22** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** wózków do przewożenia chorych posiadających regulację wysokości w zakresie 570-910 mm, pod warunkiem, że regulacja wysokości odbywa się za pomocą pompy hydraulicznej, minimum w zakresie 610 mm - 790 mm (w odniesieniu od podłogi do górnej krawędzi leża) i wózki spełniają pozostałe wymagania SWZ.

**Ad. 23** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** wózków do przewożenia chorych posiadających na szczytach uchwyty ze stali nierdzewnej, pod warunkiem, że są to uchwyty ułatwiające prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem i wózki spełniają pozostałe wymagania SWZ.

**Ad. 24** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 15 Załącznika Nr 4.3 dla wózków do przewożenia chorych oferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.**

**Ad. 25** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 18 Załącznika Nr 4.3 dla wózków do przewożenia chorych oferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.**

**Ad. 26** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 20 Załącznika Nr 4.3 dla wózków do przewożenia chorych oferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.**

**Ad. 27** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 21 Załącznika Nr 4.3 dla wózków do przewożenia chorych oferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.**

**Ad. 28** Zgodnie z wymaganiem określonym w pkt IV.1 Formularza Ofertowego to Wykonawca winien podać termin zapłaty od dnia wystawienia faktury, przy czym nie może on być nie krótszy niż 30 dni.

**Ad. 29** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 12.11.2 SWZ.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora  
  
mgr Danuta Nosek

