



D.25C/250/540/2022

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/22-39rj/22, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 1

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, syntetyczny Lactomer 9:1, pleciony, powlekany kopolimerem poli(glikolidu-co-laktydu) i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania 60-70 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, pleciony, powlekany kopolimerem poli(glikolidu-co-laktydu) i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania 60-70 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 3, poz. 1-8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia tj. co oznacza określenie „typ GS”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż typ GS oznacza igłę wzmocnioną, okrągłą.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 3, poz. 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia tj. co oznacza określenie „typ V”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż typ V oznacza igłę cienką, okrągłą, stożkową.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 5

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy, niewchłaniający, wykonany z polipropylenu, bez katalogowego określenia „z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 5, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 3/8 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach, długości zwoju i promienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

7. Zapytanie Wykonawcy:



Dot. Zadania 5, poz. 8

Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli w/w pozycję?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obciążone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, niewchłaniające, syntetyczne, plecione, poliestrowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. Zadania 11

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, syntetyczny Lactomer 9:1, pleciony, powlekany kopolimerem poli(glikolidu-co-laktydu) i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania 60-70 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 1-13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłaniających w 60-90 dni, syntetyczne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymywanie min. 70% po 14 dniach i min. 50% po 21 dniach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 4, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 4, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 8, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 57mm?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 8, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici 1 x 75cm z podwojeniem zamawianych ilości saszetek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłaniających w 60-90 dni, syntetyczne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymywanie min. 70% po 14 dniach i min. 50% po 21 dniach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 1, pozycji nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 3 dopuści nić sterylną, syntetyczną, wchłaniającą, plecioną, składającą się z homopolimerów kwasu glikolowego i pokrytą epsilon-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, w czasie dwóch tygodni po implantacji utrzymuje in vivo około 65% swojej pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie, a ponad 40% po trzech tygodniach, a absorpcja jest zasadniczo zakończona pomiędzy 60 a 90 dniem, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, Pozycji nr 1 dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 6,

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, dopuści nici chirurgiczne niewchłaniające, syntetyczne, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycja nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 3 dopuści igłę okrągłą nieodczepialną o długości 36 mm i długość nici 1 x 75 cm pakowaną pojedynczo z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 6, pozycji nr 7 i 8

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycjach nr 7 i 8 dopuści długość nici 1 x 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 6, pozycji nr 9

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, Pozycji nr 9 dopuści długość nici 1 x 75 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:



Zamawiający nie dopuszcza.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakietu nr 8, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8, Pozycji nr 1 dopuści igłę okrągło-tnącą nie obracaną, o ośmiopunktowym mocowaniu nici stalowej w igle, długości 48 mm i długość nici 2 x 45 cm z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakietu nr 8, Pozycja nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8, Pozycji nr 2 dopuści igłę okrągło-tnącą nie obracaną, o ośmiopunktowym mocowaniu nici stalowej w igle, długości 48 mm i długość nici 45 cm z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania nr 9, pozycji nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9, Pozycji nr 1 dopuści długość igły 50 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1 dot. Zadanie 1

W ramach zadania nr 1 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie równoważnych szwów o parametrach:

szwy wchłaniające wykonane z syntetycznego poliesteru (Lactomer 9-1) złożonego z glikolidu i laktody-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszkanką kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 2 dot. Zadanie 2 poz.1

W ramach zadania nr 2 poz 1 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie równoważnych szwów o parametrach:

Wchłaniający system zamykania ran, składający się z igły z nicią zaopatrzoną w jednokierunkowe zaczepy, zakończoną zgrzewaną pętlą chwytakową; czas wchłaniania 180 dni, podtrzymywanie tkankowe w 7-mym dniu 80%, w 14-tym dniu 65%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 3 dot. Zadanie 2 poz.2,3

W ramach zadania nr 2 poz. 2,3 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie równoważnych szwów o parametrach:

Wchłaniający system zamykania ran, składający się z igły z nicią zaopatrzoną w jednokierunkowe zaczepy, zakończoną zgrzewaną pętlą chwytakową; czas wchłaniania 90-110 dni, podtrzymywanie tkankowe w 7-mym dniu 90%, w 14-tym dniu 75%

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

31. Zapytanie Wykonawcy:



Pytanie 4 dot. Zadanie 5

W ramach zadania nr 5 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie równoważnych szwów o parametrach:

Szew monofilamentowy niewchłaniający wykonany z polipropylenu z dodatkiem polietylenu, o stałej średnicy nici z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształceniem węzła z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępienie i odkształcanie podczas wkłucia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 5 dot. Zadanie 5 poz.9

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w zadaniu nr 5 poz.9 czy Zamawiający nie miał na myśli igły 2 x 37 mm okrągła, 1/2 koła, 2/0, 120 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli igły 2 x 37 mm okrągła, 1/2 koła, 2/0, 120 cm.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 6 dot. Zadanie 5 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 5 poz.11 igły okrągłej 37 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 7 dot. Zadanie 6 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz.6 nici w kolorze białym. Nici te są obecnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 8 dot. Zadanie 6 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz.7 nici o parametrach 2 x 25 mm, okrągła, 1/2 koła, 2/0, 1 x 90 cm niebieska, podkładka 3x7x1.5mm twarda. Nici te są obecnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

36. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 9 dot. Zadanie 6 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz.8 nici o parametrach 2 x 25 mm, okrągła, 1/2 koła, 2/0, 1 x 75 cm niebieskie. Nici te są obecnie używane przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 10 dot. Zadanie 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 nici z igłą konwencjonalnie tnącą. Pozostałe parametry bez zmian.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


Marzena Magulska

